

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

15.06.2021

İhale Kodu :19746
Sayı :53117430/
Konu :Teklif Mektubu

SAYIN

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun esas ve hükümlerine göre satın alınacaktır.Firmanız tarafından temini mümkün ise piyasa araştırmasına esas olmak üzere; Hastanemize **KDV Hariç** fiyat verilmesini rica ederim.

AÇIKLAMALAR

- 1.Teklif mektuplarına cevapların Hastanenin yada firmanın antetli kağıtlara yazılması,
 - 2.İlgili firma tarafından kaşelenmesi, noter tastikli vekalet verilmiş yetkili kişi tarafından imzalanması,
 - 3.Teklifin yapıldığı tarihin belirtilmesi,
 - 4.Teklif edilen fiyatlarda herhangi bir oynama ve düzeltme yapılmaması,
 - 5.Yüklenici firma malzeme tesliminde garanti belgesi ve satış sonrası hizmet yeterlilik belgesini getirmek zorundadır.
 - 6.Firma teklif mektubunda Marka ve UBB belirtmek zorundadır.
 - 7.Teklif edilen ürünlerde Sağlık Bakanlığı Onaylı ve T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) kayıtlı olmalıdır.Teklif veren isteklilerin teklif ettiği ürünün tedarikçi firma tanımlayıcı numarası veya teklif ettiği ürünün bayisi olduğuna dair bayi tanımlayıcı numarası olmalıdır.
 - 8.Teklif edilen ürünlerin ticari markası, modeli TİTUBB barkod numarası ve Firma ve/veya Bayi Tanımlayıcı numarası teklif sıra numarasına göre liste halinde ihale dosyasında verilecektir.
 - 9.Ekteki teknik şartnameye göre teklif verilecektir.
- NOT : Tekliflerde Karalama ve Daksil Kesinlikle Olmayacaktır.
Teklifler imza firma kaşesi olması şartıyla **18.06.2021** tarih saat **10:00** kadar ersinihale@gmail.com adresine ya da (342) 221 0142 nolu numaraya fax ile gönderilebilir.

Telefon : 342 221 0700
Faks : 342 221 0142
Mail : ersinihale@gmail.com

Vedat ARIKAN
İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.

S.N	Malzeme Adı	Miktar	Birimi	UBB - UTS	SUT KODU	Birim Fiyatı	ToplamTutar
1	TROMBEKTOMİ KATETERİ, PERİFERİK,DOĞRUDAN İLERLETİLEN, MOTORU İLE BİRLİKTE (KV2022)	1	Adet				
2	TROMBOASPIRASYON KATETERİ, PERİFERİK,TEL ÜZERİNDEN İLERLETİLEN, MOTORU İLE BİRLİKTE	1	Adet				
3	VENA KAVA FİLTRESİ KALICI / GEÇİCİ / GERİ ALINABİLİR	1	Adet				
4	PERİFERİK MİKROKATETER, ÖRGÜLÜ, (MİKRO KILAVUZ TELİ İLE BİRLİKTE) (GR1026)(KV1276)	1	Adet				
Genel Toplam (KDV Hariç)							

NOT : SUT kapsamında olan ürünler için SGK'da geri ödeme alınmazsa veya eksik alınırsa firmaya rücu edilecektir.

Teklif Mektubuna Esas Fiyat Bildiren Firmanın

Adı		Firma Yetkilisi
Adresi		
Telefon		Kaşe ve İmza
Faks		
Vergi D.No		

MİKROKATETER (MİKROTELİ İLE BİRLİKTE) ŞARTNAME.

SUT KODU:KV1276

- 1.Mikrokateter endovasküler girişimlerde sorun yaşanan olgularda erişim sağlamak üzere tasarlanmış olmalıdır.
- 2.Mikrokateter flexible,Braided,Polyimide özellikte olmalıdır.
- 3.Mikrokateter shaft çapı 3 F,90 cm uzunlukta olmalıdır.
- 4.Mikrokateter iç çapı 14 inch ve pürüzsüz yapıya sahip olmalıdır.
- 5.Mikrokateter burulma ve bükülmelere karşı dirençli ve mikro örgülü yapıda olmalıdır.
- 6.Mikrokateter atravmatik yapıda olmalıdır.
- 7.Mikrokateter yapısı tek operatör tarafından kullanıma uygun olmalıdır.
- 8.Mikrokateter radyopak özellikli ve kolay görüntülenebilir olmalıdır.
- 9.Mikrokateter tubing yapıda,esnek olmalıdır.
- 10.Mikrokateter güçlü yapıda olmalı ve bu özelliği ile destek kateter görevini yerine getirebilmelidir.
- 11.Mikrokateter 0,014 inch klavuz tel uyumlu olmalıdır.
- 12.Klavuz tel 0,014 inch,yüksek torklu,180 cm uzunlukta radyopak özellikli hidrophilik gövde yapısı,Nitinol paslanmaz çelik ve sarmal uç kısmına sahip olmalıdır.
- 13.Klavuz tel uç kısmı kolay şekil alabilme özelliğinde olmalıdır.
- 14.Klavuz tel 2 yıl miadlı olmalıdır.
- 15.Klavuz tel farklı destek seviyelerine (Hafif,Orta,Yüksek vb.) Sahip olmalıdır.
- 16.İhaleye girecek olan firmalar distribütör firma tarafından yetkilendirilmiş olmalı ve istendiğinde bu belgeyi ihale dökümanlarında sunabilmelidir.
- 17.İhaleye girecek firmalar en az iki gün önceden kullanılacak malzemeyi ilgili klinikte denetip uygunluk belgesi almalıdır.
- 18.İlgili şartname maddelerine birerbir uymayan firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

Op. Dr. Y. ZARSLANOĞLU
Kalp Damar Cerrahi Uzmanı
Dip. Tes. No: 100714 Sicil No: 90526
Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Op. Dr. NURSEL CAKIR TAHTA
Dip. Tes. No: 126943
Kalp Damar Cerrahi Uzmanı
G. Anıy Dr. Ersin Arslan
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Op. Dr. Gökalep GÜZEL
Kalp Damar Cerrahi Uzmanı
Dip. Tes. No: 71298
Uzman T. Sicil No: 10519
Gaziantep Eğitim ve Araştırma Hastanesi