

T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü  
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

16.06.2021

İhale Kodu :19758  
Sayı :53117430/  
Konu :Teklif Mektubu

**SAYIN**

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun esas ve hükümlerine göre satın alınacaktır.Firmanız tarafından temini mümkün ise piyasa araştırmasına esas olmak üzere; Hastanemize **KDV Hariç** fiyat verilmesini rica ederim.

**AÇIKLAMALAR**

- 1.Teklif mektuplarına cevapların Hastanenin yada firmanın antetli kağıtlara yazılması,
- 2.İlgili firma tarafından kaşelenmesi, noter tastiklivekalet verilmiş yetkili kişi tarafından imzalanması,
- 3.Teklifin yapıldığı tarihin belirtilmesi,
- 4.Teklif edilen fiyatlarda herhangi bir oynama ve düzeltme yapılmaması,
- 5.Yüklenici firma malzeme tesliminde garanti belgesi ve satış sonrası hizmet yeterlilik belgesini getirmek zorundadır.
- 6.Firma teklif mektubunda Marka ve UBB belirtmek zorundadır.
- 7.Teklif edilen ürünlerde Sağlık Bakanlığı Onaylı ve T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) kayıtlı olmalıdır.Teklif veren isteklilerin teklif ettiği ürünün tedarikçi firma tanımlayıcı numarası veya teklif ettiği ürünün bayisi olduğuna dair bayi tanımlayıcı numarası olmalıdır.

8.Teklif edilen ürünlerin ticari markası, modeli TİTUBB barkod numarası ve Firma ve/veya Bayi Tanımlayıcı numarası teklif sıra numarasına göre liste halinde ihale dosyasında verilecektir.

9.Ekteki teknik şartnameye göre teklif verilecektir.

NOT : Tekliflerde Karalama ve Daksil Kesinlikle Olmayacaktır.

Teklifler imza firma kaşesi olması şartıyla **21.06.2021**tarih saat **10:00**kadar [ersinihale@gmail.com](mailto:ersinihale@gmail.com) adresine ya da (342) 221 0142 nolu numaraya fax ile gönderilebilir.

Telefon : 342 221 0700  
Faks : 342 221 0142  
Mail : [ersinihale@gmail.com](mailto:ersinihale@gmail.com)

  
Vedat ARİKAN  
İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.

S.No	Malzeme Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	BİYOĞÜVENLİK KABİNİ FİLTRE SETİ DEĞİŞİMİ VE BAKIM ONARIM(YEDEK PARÇA/MAL ALIMI,İSTİSNA PARÇALAR DAHİL)	Adet	1		
<b>Genel Toplam (KDV Hariç)</b>					

NOT : SUT kapsamında olan ürünler için SGK'da geri ödeme alınamazsa veya eksik alınırsa firmaya rücu edilecektir.

**Teklif Mektubuna Esas Fiyat Bildiren Firmanın**

Adı		Firma Yetkilisi
Adresi		
Telefon		Kaşe ve İmza
Faks		
Vergi D.No		



**T.C.**  
**GAZİANTEP VALİLİĞİ**  
**İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ**

Dr. Ersin ARSLAN Eğitim ve Araştırma Hastanesi

**NÜVE MN 120-90 MODEL BİYOGÜVENLİK KABİNİ**  
**FİLTRE SETİ VE DEĞİŞİMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Filtre seti ana filtre, egzoz filtre ve UV lambadan oluşmalı ve hepsi bir değiştirilmelidir.
2. Ana filtre boyutları 610\*1220\*69 mm – 610\*915\*69 olmalıdır.
3. Ana filtre EN 1822 normuna uygun H14 tip olmalıdır.
4. Ana filtrenin,0,3 µm dan büyük partiküllere karşı verimliliği %99,998 olmalıdır.
5. Ana filtrenin basınç değeri 250 pa dayanmalıdır.
6. Ana filtre hava geçirgenliği 1200 m<sup>3</sup>/h kapasitede olmalıdır.
7. Ana filtre kasası alüminyumdan olup, sızdırmazlığa elverişli contası mevcut olmalıdır.
8. Egzoz filtre boyutları 610\*610\*69 mm – 457\*610\*69 olmalıdır.
9. Egzoz filtre EN 1822 normuna uygun H13 tip olmalıdır.
10. Egzoz filtre verimliliği %99,995 olmalıdır.
11. Egzoz filtre basınç değeri 100 pa dayanmalıdır.
12. Egzoz filtre kasası ahşap olmalı ve sızdırmazlığa elverişli contası mevcut olmalıdır.
13. Filtreler darbe ve büyük partiküllere karşı koruyucu kafese sahip olmalıdır.
14. Filtrelerin test sertifikaları olmalıdır.
15. Filtrelerin yüzeyi homojen olmalı, herhangi bir ek olmamalıdır.
16. UV lamba 254 nm ışın etkisi altında mikroorganizma öldürücü özelliğe sahip olmalıdır.
17. Filtre değişimleri yapıldıktan sonra cihazda bulunan alarm düzeneği ve gerekli elektronik aksamlarla ilgili montaj eksiksiz yapılacak ve cihaz çalışır duruma geldikten sonra kurumda görevli personele bu değişikliğin yapıldığına dair belge imzalatılıp bir kopyası idareye bırakılacaktır.
18. Değişimi yapılan filtreler 1 (bir) yıl garantili olmalı ve filtrenin garanti süresi boyunca bakımları, arızaları ve kalibrasyonları firma tarafından ücret talep edilmeden yapılmalıdır.
19. Filtre değişimi yapıldıktan sonra Biyogüvenlik Kabininin validasyonu yapılacaktır.
20. Sistem en az yıllık %95 uptime (cihaz aktif faaliyet süresi 365 gün üzerinden hesaplanır) olacak şekilde çalışacaktır.Bu süreye ulaşılmaması halinde, ulaşılamayan her süre için garanti ve bakım zamanına iki kat süre eklenecektir.
21. Yetki belgesine sahip olan veya gerekli güncel sertifikalara sahip yüklenici firma kendisinin veya yetkilendiren temsilci/ana firmanın TS 12426 standardını TSE Hizmet Yeterlilik Belgesinde sunabilmelidir.

**Halil İbrahim ÖZTÜRK**  
Mikrobiyoloji Lab. Sorumlusu  
Teknikeri

**Uzm. Dr. Unut DENİZ**  
Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Uzmanı  
Dip. Tes. No: 106490  
25 Aralık Devlet Hastanesi

**Uzm. Dr. Ersin ARSLAN**  
Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı  
Dip. Tes. No: 106490  
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma  
Hastanesi GAZİANTEP