

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

16.06.2021

İhale Kodu :19754
Sayı :53117430/
Konu :Teklif Mektubu

SAYIN

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun esas ve hükümlerine göre satın alınacaktır.Firmanız tarafından temini mümkün ise piyasa araştırmasına esas olmak üzere; Hastanemize **KDV Hariç** fiyat verilmesini rica ederim.

AÇIKLAMALAR

- 1.Teklif mektuplarına cevapların Hastanenin yada firmanın antetli kağıtlara yazılması,
 - 2.İlgili firma tarafından kaşelenmesi, noter tastiklivekalet verilmiş yetkili kişi tarafından imzalanması,
 - 3.Teklifin yapıldığı tarihin belirtilmesi,
 - 4.Teklif edilen fiyatlarda herhangi bir oynama ve düzeltme yapılmaması,
 - 5.Yüklenici firma malzeme tesliminde garanti belgesi ve satış sonrası hizmet yeterlilik belgesini getirmek zorundadır.
 - 6.Firma teklif mektubunda Marka ve UBB belirtmek zorundadır.
 - 7.Teklif edilen ürünlerde Sağlık Bakanlığı Onaylı ve T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) kayıtlı olmalıdır.Teklif veren isteklilerin teklif ettiği ürünün tedarikçi firma tanımlayıcı numarası veya teklif ettiği ürünün bayisi olduğuna dair bayi tanımlayıcı numarası olmalıdır.
 - 8.Teklif edilen ürünlerin ticari markası, modeli TİTUBB barkod numarası ve Firma ve/veya Bayi Tanımlayıcı numarası teklif sıra numarasına göre liste halinde ihale dosyasında verilecektir.
 - 9.Ekteki teknik şartnameye göre teklif verilecektir.
- NOT : Tekliflerde Karalama ve Daksil Kesinlikle Olmayacaktır.
Teklifler imza firma kaşesi olması şartıyla **21.06.2021**tarih saat **10:00**kadar ersinihale@gmail.com adresine ya da (342) 221 0142 nolu numaraya fax ile gönderilebilir.
Telefon : 342 221 0700
Faks : 342 221 0142
Mail : ersinihale@gmail.com


Vedat ARIKAN
İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.

S.No	Malzeme Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	STERNUM TELİ NO:5 55 (±3) MM 1/2 KESKİN DÖNEM İĞNE 4X45 CM	Adet	1500		
Genel Toplam (KDV Hariç)					

NOT : SUT kapsamında olan ürünler için SGK'da geri ödeme alınamazsa veya eksik alınırsa firmaya rücu edilecektir.

Teklif Mektubuna Esas Fiyat Bildiren Firmanın

Adı		Firma Yetkilisi
Adresi		
Telefon		Kaşe ve İmza
Faks		
Vergi D.No		

STEEL WIRE (ÇELİK TEL SÜTÜR)MONOWIRE

1. Malzeme monofilament yapıda 316 L serisi 1. kalite çelik telden imal edilmiş olmalıdır.
2. Telin kalınlığı, düğüm tutma kabiliyeti yüksek olmalı ve düğümleme esnasında kopmamalıdır. U.S.P. ve Avrupa Farmakopisine uygun olmalıdır. (Cerrahi girişim sırasında numune değerlendirme kapsamındadır)
3. Vücutta reaksiyon göstermemelidir.
4. Telin yüzeyi pürüzsüz olmalı ve tiftiklenmeye karşı dayanıklı olmalı ve dikiş süresince deforme olmamalıdır. (Cerrahi girişim sırasında numune değerlendirme kapsamındadır)
5. Telin iğneleri paslanmaz çelikten, kırılma ve bükülmelere karşı dirençli olmalıdır. İğne; cerrah,dikiş atma işlemini bitirene kadar, dokudan ilk geçişteki performansı ile geçmeli ve dikiş atma işlemi bitene kadar eğilip kırılmamalıdır. (Cerrahi girişim sırasında numune değerlendirme kapsamındadır)
6. Cerrahi iğne gövdesi portegüye takıldığında özelliğini yitirmemeli , kaymamalı ve portegü ile temas ettiği yerlerde ezilme ve bükülmeler olmamalıdır. (Cerrahi girişim sırasında numune değerlendirme kapsamındadır)
7. Kullanım esnasında cerrahi iğne doku geçişleri sırasında delici özelliğini kaybetmemeli, çoklu geçişlerde ucu körelmemeli, kolay penetrasyon sağlayacak yapıda olmalıdır. (Cerrahi girişim sırasında numune değerlendirme kapsamındadır)
8. İğne tel etrafında birleşim yerinde 360° dönebilecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
9. Cerrahi tel iğne ile uyumlu olmalı, kullanım esnasında tel iğne ile birleşme yerinden ayrılmamalı ve birleştiği yerde dokuda en az travmayı sağlayacak minimum kalınlık farkına sahip olmalıdır.
10. Teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl miatlı olmalıdır.
11. Birim Ambalaj:cerrahi iplik, kullanım anına kadar sterilitesinin korunmasını sağlayacak şekilde ambalajlanmış olmalıdır. Bir adet = Bir poşettir.
12. Teklif edilen ürün, ambalajı alüminyum folyo, vb. malzemeden ise tek ambalaj, değil ise iç ve dış olmak üzere çift ambalaja sahip olmalıdır.
13. Tek ambalajlı süturlardaki ambalaj materyali, su ve nemden etkilenmeyecek, sütünun kıvrılarak deforma olmasına neden olmayacak, kolay yırtılmayacak ve soyulabilir özellikte olmalıdır.
14. Çift ambalajlı süturlar için; iç ambalaj sütünun kıvrılarak deforme olmasını, su ve nem almasını engelleyecek malzemeden imal edilmiş olmalı.
15. Cerrahi tel iğneye takılı, steril, telin düğüm olmasını engelleyecek şekilde ambalajlanmış olmalıdır. Ambalajdan dolaşmadan ve rahat çıkarılabilmelidir. Birim ambalajın işaretli açılma yerinden açıldığında iğnenin portegü ile tutulması için iğne görülmelidir.
16. Her ürün kalemi için 1 adet numune verilecek, numuneler orijinal kutusu ve ambalajı içerisinde olacak, kutu ambalaj içerisinde ürüne ait TÜRKÇE açıklama prospektüs olacaktır.
17. Ürünün Raf Ömrü 5 yıl olmalıdır.Ürün teslim tarihinden itibaren raf ömrü en az 1 yıl olmalıdır.
18. Ürünün ÜTS'de (Ürün Takip Sistemi) ve TITUBB kaydı olmalıdır.
19. Birim ambalajın üzerinde okunaklı ve bozulmayacak biçimde aşağıdaki bilgiler yazılmış olmalıdır.
 - a. İmalatçı firmanın ticari adı ve/veya kısa adı,
 - b. İğne cinsi (yuvarlak, keskin, spatül, tapercut, taperpoint, küt uçlu), iğne adedi (tek veya çift olduğu görülecek şekilde), iğne boyu (mm olarak),
 - c. İğne büyüklüğü 1:1 oranında görülebilmeli,
 - d. Telin kalınlığı (metrik ve U.S.P. olarak),
 - e. Telin uzunluğu,
 - f. Sterilite ibaresi, sterilizasyon metodu,
 - g. Son kullanma tarihi
 - h. UBB barkod
 - i. Lot numarası yazılı olmalıdır
20. Kutu Ambalaj : Ambalajlama aşağıda belirtilen özelliklere sahip olmalıdır.

Op.Dr. Mustafa KILIÇ
Klinik Uzmanı
Dip. No: 126943
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi GAZİANTEP

Op. Dr. Nürsel ÇAKIR TAHTA
Dip. Tescil No: 126943
Kalp Damar Cerrahi Uzmanı
G.A.E. Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Op. Dr. Gökalep GÜZEL
Kalp Damar Cerrahi Uzmanı
Dip. Tescil No: 71298
Uzm. Tescil No: 10519
Dr. Ersin Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- a. İçerisinde birim ambalajdan kaç adet olduğu belirtilmelidir.
 - b. Seri veya kontrol numarası olmalıdır.
 - c. Kutu ambalajın üzerinde, birim ambalajın üzerinde yazması gereken bilgilerin tamamı olmalıdır.
 - d. Kutular, depolama ve taşıma şartlarında kullanım anına kadar sterilitesini koruyacak şekilde ambalajlanmış olmalıdır.
-


Opr. Dr. Murat ARI
Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı
Dip. No:6817-Tes. No:12114-İhtisas No:104120
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma
Hastanesi GAZİANTEP


Op. Dr. Mürsel ÇAKIR TAHTA
Dip. Tescil No: 126943
Kalp Damar Cerrahi Uzman
G. Antep Dr. Ersin Arslan
Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Op. Dr. Gökalep GÜZEL
Kalp Damar Cerrahi Uzmanı
Dip. Tescil No: 71298
Uzm. Tescil No: 10519
Gaziantep-Dr. Ersin Eğitim ve Araştırma Hastanesi