

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

16.06.2021

İhale Kodu :19757
Sayı :53117430/
Konu :Teklif Mektubu

SAYIN

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun esas ve hükümlerine göre satın alınacaktır.Firmanız tarafından temini mümkün ise piyasa araştırmasına esas olmak üzere; Hastanemize **KDV Hariç** fiyat verilmesini rica ederim.

AÇIKLAMALAR

- 1.Teklif mektuplarına cevapların Hastanenin yada firmanın antetli kağıtlara yazılması,
- 2.İlgili firma tarafından kaşelenmesi, noter tasdiklivekalet verilmiş yetkili kişi tarafından imzalanması,
- 3.Teklifin yapıldığı tarihin belirtilmesi,
- 4.Teklif edilen fiyatlarda herhangi bir oynama ve düzeltme yapılmaması,
- 5.Yüklenici firma malzeme tesliminde garanti belgesi ve satış sonrası hizmet yeterlilik belgesini getirmek zorundadır.
- 6.Firma teklif mektubunda Marka ve UBB belirtmek zorundadır.
- 7.Teklif edilen ürünlerde Sağlık Bakanlığı Onaylı ve T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) kayıtlı olmalıdır.Teklif veren isteklilerin teklif ettiği ürünün tedarikçi firma tanımlayıcı numarası veya teklif ettiği ürünün bayisi olduğuna dair bayi tanımlayıcı numarası olmalıdır.
- 8.Teklif edilen ürünlerin ticari markası, modeli TİTUBB barkod numarası ve Firma ve/veya Bayi Tanımlayıcı numarası teklif sıra numarasına göre liste halinde ihale dosyasında verilecektir.
- 9.Ekteki teknik şartnameye göre teklif verilecektir.

NOT : Tekliflerde Karalama ve Daksil Kesinlikle Olmayacaktır.

Teklifler imza firma kaşesi olması şartıyla **23.06.2021**tarih saat **10:00**kadar ersinihale@gmail.com adresine ya da (342) 221 0142 nolu numaraya fax ile gönderilebilir.

Telefon : 342 221 0700
Faks : 342 221 0142
Mail : ersinihale@gmail.com


Vedat ARKAN
İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.

S.No	Malzeme Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	ToplamTutar
1	İ.V KANÜL (BRANÜL/İNTRAKET/ANJİOKET) NO:22G - MAVİ	Adet	1500		
Genel Toplam (KDV Hariç)					

NOT : SUT kapsamında olan ürünler için SGK'da geri ödeme alınmazsa veya eksik alınırsa firmaya rücu edilecektir.

Teklif Mektubuna Esas Fiyat Bildiren Firmanın

Adı		Firma Yetkilisi
Adresi		
Telefon		Kaşe ve İmza
Faks		
Vergi D.No		

İ.V KANÜL (BRANÜL/İNTRAKET/ANJİOKET) NO:22G – MAVİ

1. Branüllerin virjin kısmı PUR (poliüretan), Virgin teflon (PTFE veya FEP) den yapılmış olmalıdır
2. Kanül X-ray ışınlarına karşı radyopak özellik taşımalıdır.
3. İğne ucu hastada acı yaratmayacak şekilde sivri ve uygun kesimli olmalı iğne üzerinde pürüzlenme olmamalı, ışığa doğru tutulduğunda üzerinde lekelenme olmamalıdır.
4. Kanül'ün kapaklı enjeksiyon portu olmalıdır.
5. Kanül'ün IV. puşe yapılan enjeksiyon portu kapağa tam oturmalı istemsiz açılmamalıdır.
6. IV. Kanül'ün kapağı vidalı veya geçmeli olmalı ve serum seti kan seti, step-cock ve vb. bağlantılarla uyumlu olmalıdır.
7. Renk kodlu olmalı çapları uluslar arası standartlara uygun olmalıdır.
8. İğne plastik kılıfı damara girerken çelik iğne ile uyumlu olmalıdır.
9. İğne plastik kılıf kaygan ve şeffaf olmalı delik ya da çatlak olmamalıdır.
10. Yapısal özelliği nedeniyle damara ve dokuya zarar vermemeli, kolayca damara girmeli girerken plastik kılıf büzülmemeli ve geriye kıvrılmamalıdır.
11. Plastik dış kılıf, sıyrılma riskine karşı konik formda olmalı ve kanül ucunun başlama noktasına kadar uzanmalı ve kanül kullanma esnasında plastik kısım ciltten kolayca girebilmelidir.
12. Plastik dış kılıf, kolay fonksiyon için özel forumda ince çeperli yüksek akım hızlı teflondan olmalıdır.
13. Dış yüzey üzerinde radyopak çizgi olmalıdır.
14. Kanül hidrofob veya mekanik transparan kan tutuculu olmalıdır.
15. Kanül arkasında ayrılabilir luer lock kapakcık olmalı ve Luer lock koruyucu dış ucu kapalı olmalıdır.
16. Sabitlemenin çok rahat yapılabilmesi için, kanatların yumuşak rahat açılabilir ve iz bırakmayacak şekilde olmalıdır.
17. 16G Gri, 18G Yeşil, 20G Pembe, 24G Sarı, 26G Mor seçenekleri bulunmalıdır. Hastanelerin ihtiyacına göre sipariş edilen ebatlarda ürün teslim edilebilmelidir.
18. Ürün numunesi mutlaka getirilmelidir. Numunesi olmayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
19. Steril tekli paketlerde olmalıdır.
20. Kanül hidrofob ve transparan kan tutucu olmalıdır.

Esra DEMİR
Hemşire

Uzm. Dr. İdris İNCE
Hematoloji Uzmanı
Tes. No: 120854 Dip. No: 110711
Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim
ve Araştırma Hastanesi

Uzm. Dr. İlker Nihat OKTEN
İç Hast. ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 129036 Dip. No: 2818
Gaziantep Dr. Ersin Arslan E. A. H.

Uzm. Dr. Pınar KUBILAY TOLUNAY
Tıbbi Onkoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 129036
Gaziantep Dr. Ersin Arslan E. A. H.

21. Steril ambalaj depolama esnasında yırtılıp kırılmayacak materyal olmalıdır.
22. Kanül tek elle kullanılabilir yapıda dizayn edilmiş olmalıdır.
23. Ambalaj üzerinde imal tarihi, sterilizasyon ve son kullanma tarihi yazılı olmalıdır.
24. Teslim edilen malzemenin son kullanma tarihi (raf ömrü) en az 2 yıl olmalıdır.

Malzemenin UBB kaydı olmalıdır

Uzm. Dr. İdris İNCE
Hematoloji Uzmanı
Tes. No: 120851 - Dip. No: 110711
Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim
ve Araştırma Hastanesi

Esra DEMİR
Hemşire

Uzm. Dr. İlker Nihat ÖKTEN
İç Hast. ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 129018 - Dip No: 2818
Gaziantep Dr. Ersin Arslan E.A.H.

Uzm. Dr. Aliyar KUBILAY TOLUNAY
Tıbbi Onkoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 152789
Gaziantep Dr. Ersin Arslan E.A.H.