

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

16.06.2021

İhale Kodu :19759
Sayı :53117430/
Konu :Teklif Mektubu

SAYIN

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun esas ve hükümlerine göre satın alınacaktır.Firmanız tarafından temini mümkün ise piyasa araştırmasına esas olmak üzere; Hastanemize **KDV Hariç** fiyat verilmesini rica ederim.

AÇIKLAMALAR

- 1.Teklif mektupların cevapların Hastanenin yada firmanın antetli kağıtlara yazılması,
- 2.İlgili firma tarafından kaşelenmesi, noter tasdikli ve kalet verilmiş yetkili kişi tarafından imzalanması,
- 3.Teklifin yapıldığı tarihin belirtilmesi,
- 4.Teklif edilen fiyatlarda herhangi bir oynama ve düzeltme yapılmaması,
- 5.Yüklenici firma malzeme tesliminde garanti belgesi ve satış sonrası hizmet yeterlilik belgesini getirmek zorundadır.
- 6.Firma teklif mektubunda Marka ve UBB belirtmek zorundadır.
- 7.Teklif edilen ürünlerde Sağlık Bakanlığı Onaylı ve T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) kayıtlı olmalıdır.Teklif veren isteklilerin teklif ettiği ürünün tedarikçi firma tanımlayıcı numarası veya teklif ettiği ürünün bayisi olduğuna dair bayi tanımlayıcı numarası olmalıdır.
- 8.Teklif edilen ürünlerin ticari markası, modeli TİTUBB barkod numarası ve Firma ve/veya Bayi Tanımlayıcı numarası teklif sıra numarasına göre liste halinde ihale dosyasında verilecektir.
- 9.Ekteki teknik şartnameye göre teklif verilecektir.

NOT : Tekliflerde Karalama ve Daksil Kesinlikle Olmayacaktır.

Teklifler imza firma kaşesi olması şartıyla **24.06.2021** tarih saat **10:00** kadar ersinihale@gmail.com adresine ya da (342) 221 0142 nolu numaraya fax ile gönderilebilir.

Telefon : 342 221 0700
Faks : 342 221 0142
Mail : ersinihale@gmail.com


Vedat ARİKAN
İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.

S.No	Malzeme Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	SUPRAPUBİK DRENEJ SET	Adet	30		
Genel Toplam (KDV Hariç)					

NOT : SUT kapsamında olan ürünler için SGK'da geri ödeme alınmazsa veya eksik alınırsa firmaya rücu edilecektir.

Teklif Mektubuna Esas Fiyat Bildiren Firmanın

Adı		Firma Yetkilisi
Adresi		
Telefon		Kaşe ve İmza
Faks		
Vergi D.No		

SİSTOFİX (SUPRAPUBİK DRENAJ KATETERİ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Mesanenin suprapubik yoldan drenajı amacıyla kullanılmalıdır.
2. Takılma işlemi sırasında gerekecek malzemeleri içeren set halinde olmalıdır.
3. Mesane drenajını sağlayacak kateter poliüretan malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
4. Kateter çapı için 8-10-12-14 f ebat seçenekleri olmalı, uzunluğu 45-50 cm olmalıdır.
5. Set içerisinde 1 adet 12-14 cm uzunluğunda metal trocar, 1 adet ucu kıvrık drenaj kateteri, 1 adet klemp ve 1 adet sabitleme flasteri, 1 adet bistüri, 1 adet idrar torbası bulunmalıdır.
6. Trokar koruyucu kılıfı içinde olmalıdır.
7. Kateter üzerinde işaret çizgileri bulunmalıdır.
8. Orijinal steril ambalajında olmalıdır.
9. T.C. Sağlık Bakanlığı UBB kayıtları yapılmış olmalıdır.
10. Ürün ilgili birim tarafından denendikten sonra karar verilecektir.

Op.Dr. Mehmet Sinan ATKIN
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve
Araştırma Hastanesi
Üroloji Uzmanı
Dip.No: 14889 Dip.Tes.No: 132086



Op.Dr. Hakan AKSÜT
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve
Araştırma Hastanesi
Üroloji Uzmanı
Dip.No.2460-İht.No.67163-108975



Op.Dr. Asaf DEMİRBAĞ
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi
ÜROLOJİ UZMANI
Dip.Tes.No.115396

