

T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü  
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

28.05.2021

İhale Kodu :19750  
Sayı :53117430/  
Konu :Teklif Mektubu

**SAYIN**

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun esas ve hükümlerine göre satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise piyasa araştırmasına esas olmak üzere; Hastanemize **KDV Hariç** fiyat verilmesini rica ederim.

**AÇIKLAMALAR**

1. Teklif mektuplarına cevapların Hastanenin yada firmanın antetli kağıtlara yazılması,
2. İlgili firma tarafından kaşelenmesi, noter tasdikli vekalet verilmiş yetkili kişi tarafından imzalanması,
3. Teklifin yapıldığı tarihin belirtilmesi,
4. Teklif edilen fiyatlarda herhangi bir oynama ve düzeltme yapılmaması,
5. Yüklenici firma malzeme tesliminde garanti belgesi ve satış sonrası hizmet yeterlilik belgesini getirmek zorundadır.
6. Firma teklif mektubunda Marka ve UBB belirtmek zorundadır.
7. Teklif edilen ürünlerde Sağlık Bakanlığı Onaylı ve T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) kayıtlı olmalıdır. Teklif veren isteklilerin teklif ettiği ürünün tedarikçi firma tanımlayıcı numarası veya teklif ettiği ürünün bayisi olduğuna dair bayi tanımlayıcı numarası olmalıdır.
8. Teklif edilen ürünlerin ticari markası, modeli TİTUBB barkod numarası ve Firma ve/veya Bayi Tanımlayıcı numarası teklif sıra numarasına göre liste halinde ihale dosyasında verilecektir.
9. Ekteki teknik şartnameye göre teklif verilecektir.

NOT : Tekliflerde Karalama ve Daksil Kesinlikle Olmayacaktır.

Teklifler imza firma kaşesi olması şartıyla 18.06.2021 tarih saat 14:00kadar ersinihale@gmail.com adresine ya da (342) 221 0142 nolu numaraya fax ile gönderilebilir.

Telefon : 342 221 0700  
Faks : 342 221 0142  
Mail : ersinihale@gmail.com

**Vedat ARIKAN**  
İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.

S.No	Malzeme Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	FEMORAL KOMPONENT İNTRAKONDİLER MODÜLER ROTASYONLU COCR / TİTANYUM MENTEŞELİ ANATOMİK/NON ANATOMİK	Adet	1		
2	TİBİAL KOMPONENT MENTEŞELİ ANATOMİK / NON ANATOMİK İNTRAKONDİLERE UYGUN MODÜLER ROTASYONLU COCR/TİTANYUM	Adet	1		
3	TİBİAL İNSERT MENTEŞELİ UHMW POLİETİLEN POLİETİLEN TÛM BOYLAR	Adet	1		
4	MENTEŞE KİLİTLEME MEKANİZMASI COCR/TİTANYUM TÛM BOYLAR	Adet	1		
5	FEMORAL VE TİBİAL STEM - ÇİMENTOSUZ, COCR/TİTANYUM KAPLAMASIZ (AP4110)	Adet	2		
6	FEMORAL BLOK (VİDALARI DAHİL) DİSTAL / POSTERİOR ÇİMENTOSUZ COCR/TİTANYUM TÛM BOYLAR	Adet	4		
7	TİBİAL BLOK (VİDALARI DAHİL) MEDİAL/LATERAL/FULL ÇİMENTOSUZ COCR/TİTANYUM TÛM BOYLAR (AP4280)	Adet	4		
<b>Genel Toplam (KDV Hariç)</b>					

NOT : SUT kapsamında olan ürünler için SGK'da geri ödeme alınmazsa veya eksik alınırsa firmaya rücu edilecektir.

**Teklif Mektubuna Esas Fiyat Bildiren Firmanın**


Adı		Firma Yetkilisi
Adresi		
Telefon		Kaşe ve İmza
Faks		
Vergi D.No		

## MENTEŞELİ DİZ PROTEZİ

1. Tibial komponentler modüler ve non modüler seçenek sunmalıdır.
2. Tibial komponentler hekimin doğru seçimini ve bu seçimin hasta özelliklerine uyumunu sağlamak amacı ile 6 farklı size 'da olmalıdır.
3. Tibial komponentler' e 10mm lik takilabilen full block sayesinde eklem seviyesi ayarlanabilmelidir.
4. Femoral ve tibial stem uzatmaları offset veya straight seçenekli olmalıdır. Stem uzunlukları 30mm,100 mm ve 155 mm çapları ise 10-11-12-13-14-15-16-17-18mm olmalıdır.
5. Patellar komponentlerin yapısı polyethilen materyalden üretilmiş olmalıdır.
6. Patellar komponentler seçilen femoral ve tibial componentlere tam uyumunun sağlanabilmesi için 4 farklı size ve kalınlık seçenekleri içermelidir.
7. Paket üzerinde üretim tarihi, sterilizasyon şekli, seri numarası ve miadı olmalıdır. Paket içinde de 4 adet yapışkan kullanılan implantı tanımlayan etiket olmalıdır.
8. Tibial komponentin stem uzunluğu 80mm olmalı,üzerine uygulanan insert sayesinde rotasyonel harekete izin vermelidir.
9. Paket üzerinde üretim tarihi, sterilizasyon şekli, seri numarası ve miadı olmalıdır. Paket içinde de 4 adet yapışkan kullanılan implantı tanımlayan etiket olmalıdır.
10. Protezin FDA onayı (satılacak implantın adının açıkça yazılı olduğu) veya CE belgesi (93/42/EEC sayılı Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği) olmalıdır
11. Sistem her biri ayrı iki kez paketlenmiş steril pakette bulunan parçalardan oluşmalıdır. Parçalar paketlenildikten sonra gamma sterilizasyonla steril edilmiş olmalıdır.

AP4350	MENTEŞELİ FEMORAL KOMPONENT	1 ADET
AP4430	MENTEŞELİ TIBIAL KOMPONENT	1 ADET
AP4380	MENTEŞELİ INSERT	1 ADET
AP4360	FEMORAL KOMP. KITI	1 ADET
AP4140	FEMORAL AUGMNET	4 ADET
AP4280	TİBİAL AUGMENT	4 ADET
AP4110	STEM	2 ADET

**DR. ERSİN ARSLAN E.A.H.**  
Adı: SAMİYE HÜSEYİN/  
Kayıt Tarihi: 18.05.2021 08:54:00  
Doğ. Tarihi: 6.01.1955 /HALEP  
Ortopedi Servisi  
Op.Dr.BEYTULLAH UNAT  
T.C.No:99041826830 Prt:Y210009395



Uzm. Dr. Bevtullah Unat  
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı  
Gaziantep Dr. Ersin Arslan Hastanesi

Op. Dr. Mustafa Kemal YILMAZ  
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı  
Gaziantep Dr. Ersin Arslan Hastanesi

Dr. Ersin Arslan Eğitim ve  
Araştırma Hastanesi  
Op.Dr. Samiye Hüseyin  
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı