

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

21.06.2021

İhale Kodu :19783
Sayı :53117430/
Konu :Teklif Mektubu

SAYIN

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun esas ve hükümlerine göre satın alınacaktır.Firmanız tarafından temini mümkün ise piyasa araştırmasına esas olmak üzere; Hastanemize **KDV Hariç** fiyat verilmesini rica ederim.

AÇIKLAMALAR

- 1.Teklif mektuplarına cevapların Hastanenin yada firmanın antetli kağıtlara yazılması,
- 2.İlgili firma tarafından kaşelenmesi, noter tasdiklivekalet verilmiş yetkili kişi tarafından imzalanması,
- 3.Teklifin yapıldığı tarihin belirtilmesi,
- 4.Teklif edilen fiyatlarda herhangi bir oynama ve düzeltme yapılmaması,
- 5.Yüklenici firma malzeme tesliminde garanti belgesi ve satış sonrası hizmet yeterlilik belgesini getirmek zorundadır.
- 6.Firma teklif mektubunda Marka ve UBB belirtmek zorundadır.
- 7.Teklif edilen ürünlerde Sağlık Bakanlığı Onaylı ve T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) kayıtlı olmalıdır.Teklif veren isteklilerin teklif ettiği ürünün tedarikçi firma tanımlayıcı numarası veya teklif ettiği ürünün bayisi olduğuna dair bayi tanımlayıcı numarası olmalıdır.
- 8.Teklif edilen ürünlerin ticari markası, modeli TİTUBB barkod numarası ve Firma ve/veya Bayi Tanımlayıcı numarası teklif sıra numarasına göre liste halinde ihale dosyasında verilecektir.
- 9.Ekteki teknik şartnameye göre teklif verilecektir.

NOT : Tekliflerde Karalama ve Daksil Kesinlikle Olmayacaktır.

Teklifler imza firma kaşesi olması şartıyla **25.06.2021** tarih saat **10:00**kadar ersinihale@gmail.com adresine ya da (342) 221 0142 nolu numaraya fax ile gönderilebilir.

Telefon : 342 221 0700
Faks : 342 221 0142
Mail : ersinihale@gmail.com


Vedat ARIKAN
İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.

S.No	Malzeme Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	DOUBLEJ HİDROFİLİK ÜRETRAL STENT BİR UCU KAPALI (BİR UCU AÇIK) 4.8 F 26 CM	Adet	360		
Genel Toplam (KDV Hariç)					

NOT : SUT kapsamında olan ürünler için SGK'da geri ödeme alınmazsa veya eksik alınırsa firmaya rücu edilecektir.

Teklif Mektubuna Esas Fiyat Bildiren Firmanın

Adı		Firma Yetkilisi
Adresi		
Telefon		Kaşe ve İmza
Faks		
Vergi D.No		

DOUBLE -J KATATER SETİ (4,8 F 26 CM)

- 1-Stent vücut içinde kullanılabilir malzemedan imal edilmiş olmalı, uygun idrar drenajı sağlayabilmelidir.
- 2-Pigtail uçlarda ve gövde boyunca en iyi şekilde drenajı sağlayacak sayıda ve büyüklükte delikler olmalıdır.
- 3-Stentler ihalede istenen uzunluklarda olmalıdır.
- 4-4.8 fr 26 cm kitler bir ucu açık stent, uç kısmında radyopak işareti olan açık uçlu en az 80 cm stent yerleştirici vede .035 düz uçlu 150 cm PTFE stiff shaft guidewire içermelidir.
- 5-Stentin uçları atravmatik olmalı, işlem sırasında ve sonrasında iritasyona sebep olmamalıdır.
- 6-Stent radyopak olmalı ve fluoroskopi altında rahatlıkla görülebilmelidir.
- 7-Stent üzerinde derinlik belirteçleri (marker) olmalı ve kateter ölçüsü belirtilmiş olmalıdır.
- 8-Her set; 1 adet stent (distal ucunda kolay çekilmesi için iplik bulunan), kılavuz tel, klemp ve yerleştirme sırasında kullanılmak üzere stent itici (pusher) içermelidir, stent iticinin (pusher) distal ucunda radyopak belirleyici bulunmalıdır.
- 9-Stentin bir ucu açık diğer ucu kapalı olmalıdır.Klempler kolay açılabilir mekanizmaya sahip olmalıdır.
- 10-Malzemeler steril ve orijinal ambalajlarında teslim edilmelidir.
- 11-Ambalaj üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.
- 12-Numuneler değerlendirildikten sonra karar verilecektir.

Op.Dr. Hakkı AKSİT
Dr.Ersin Arslan Eğitim ve
Araştırma Hastanesi
Uroloji Uzmanı
Dip.No.2460-lht.No.163-103975

Op. Dr. Hakan CAN DİREK
Dip.Tes.No.158439
Uroloji Uzmanı
Dr.Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Op.Dr. Mehmet SİPAHİ AKKIN
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve
Araştırma Hastanesi
Uroloji Uzmanı
Dip.No: 14809 Dip.Tes.No: 133986