

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

25.06.2021

İhale Kodu :19803
Sayı :53117430/
Konu :Teklif Mektubu

SAYIN

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun esas ve hükümlerine göre satın alınacaktır.Firmanız tarafından temini mümkün ise piyasa araştırmasına esas olmak üzere; Hastanemize **KDV Hariç** fiyat verilmesini rica ederim.

AÇIKLAMALAR

- 1.Teklif mektuplarına cevapların Hastanenin yada firmanın antetli kağıtlara yazılması,
- 2.İlgili firma tarafından kaşelenmesi, noter tasdikli vekalet verilmiş yetkili kişi tarafından imzalanması,
- 3.Teklifin yapıldığı tarihin belirtilmesi,
- 4.Teklif edilen fiyatlarda herhangi bir oynama ve düzeltme yapılmaması,
- 5.Yüklenici firma malzeme tesliminde garanti belgesi ve satış sonrası hizmet yeterlilik belgesini getirmek zorundadır.
- 6.Firma teklif mektubunda Marka ve UBB belirtmek zorundadır.
- 7.Teklif edilen ürünlerde Sağlık Bakanlığı Onaylı ve T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TITUBB) kayıtlı olmalıdır.Teklif veren isteklilerin teklif ettiği ürünün tedarikçi firma tanımlayıcı numarası veya teklif ettiği ürünün bayisi olduğuna dair bayi tanımlayıcı numarası olmalıdır.
- 8.Teklif edilen ürünlerin ticari markası, modeli TITUBB barkod numarası ve Firma ve/veya Bayi Tanımlayıcı numarası teklif sıra numarasına göre liste halinde ihale dosyasında verilecektir.
- 9.Ekteki teknik şartnameye göre teklif verilecektir.

NOT : Tekliflerde Karalama ve Daksil Kesinlikle Olmayacaktır.

Teklifler imza firma kaşesi olması şartıyla **28.06.2021** tarih saat **10:00** kadar ersinihale@gmail.com adresine ya da (342) 221 0142 nolu numaraya fax ile gönderilebilir.

Telefon : 342 221 0700
Faks : 342 221 0142
Mail : ersinihale@gmail.com

Vedat ARIKAN
İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.

S.N	Malzeme Adı	Miktar	Birimi	UBB - UTS	SUT KODU	Birim Fiyatı	ToplamTutar
1	ENDO VASKÜLER AORTİK STENTGREFT (EVAR) UYGULAMASI MALZEME SETİ (TÜM PARÇALAR DAHİL)(KV4000)	1	Adet				
2	ABDOMİNAL AORTİK STENT GREFT KARŞI BACAK ANA GÖVDE İLE UYUMLU	2	Adet				
3	ABDOMİNAL AORTİK ANA GÖVDE VE İPİLATERAL BACAK , PTFE'Lİ STENT GREFT/ ABDOMİNAL AORTİK ANA GÖVDE VE İPİLATERAL BACAK SUPRARENAL KANCALI STENT GREFT/ ABDOMİNAL AORTİK, ANA GÖVDE VE İPİLATERAL BACAK, SUPRARENAL HİDROFİLİK STENT GREFT	1	Adet				
4	KATETER YABANCI CİSİM YAKALAMA KEMENT PERİFERİK (KR2027 - KV1240)	1	Adet				
Genel Toplam (KDV Hariç)							

NOT : SUT kapsamında olan ürünler için SGK'da geri ödeme alınmazsa veya eksik alınırsa firmaya rücu edilecektir.

Teklif Mektubuna Esas Fiyat Bildiren Firmanın

Adı		Firma Yetkilisi
Adresi		Kaşe ve İmza
Telefon		
Faks		
Vergi D.No		

KV1240 Tek İlmecli Makro Yakalama Sistemi Teknik Şartnamesi

1. Yakalama sistemi, bir kateter ve tek ilmekli bir kementten(snare) oluşmalıdır. Kement şaftı üzerinde bulunan bir tutamak sayesinde konumlandırma kolay yapılabilmelidir.
2. Malzemenin endovasküler ve non-vasküler kullanım için uygun seçenekleri bulunmalıdır.
3. İlmek, kırılmaya dayanıklı, yüksek biyolojik uyumluluğa sahip, mükemmel radyo-opak özellikte olmalıdır.
4. Esnek Nitinol şaft sayesinde bükülmeye direnç gösterebilmelidir.
5. Şaft ile ilmek arasında doksan derecelik açı olmalı, bu sayede yabancı malzeme yakalanması ve kontrolü kolay olmalıdır.
6. Kateterin ucunda radyo-opak bir bant olmalı, böylelikle sistem floroskopi altında kolay izlenebilmelidir.
7. Snare şaft uzunluğu 120cm olmalıdır. Şaftı 120cm olan yakalama sisteminin, 100cm uzunluğunda kendi kateteri olmalıdır.
8. İlmeği 10mm olan yakalama kateter çapı 4Fr'ten, ilmeği 15mm, 20mm ve 30mm olan yakalama kateter çapı ise 6Fr'ten büyük olmamalıdır.
9. Tüm malzemeler, kateter ve kement, tel ile tek bir paket içinde, steril olarak teslim edilmelidir. Steril malzeme en az bir yıllık miatlı olmalıdır.
10. Malzemenin CE onayı, UBB kaydı bulunmalıdır.

Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Kalp Damar Cerrahi Uzmanı
Dip. Tes. No: 110255
Dr. Ersin Arslan
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
Dr. Ersin Arslan GAZİANTEP
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Op. Dr. Cemalettin KAYIRAN
Kalp ve Damar Cerrahi - Dip. Tes. No: 1102702

Op. Dr. Gökçel GÜZEL
Kalp Damar Cerrahi Uzmanı
Dip. Tes. No: 71298
Uzm. Tes. No: 10519
Gaziantep Dr. Ersin Eğitim ve Araştırma Hastanesi

**KV4000 / GR3000 / KR3000/ ENDOVASKÜLER AORTİK STENTGREFT
(EVAR) UYGULAMASI MALZEMESETİ (TÜM PARÇALAR DAHİL)**

**KV1183 / GR1165 / KR1206 - STENTGREFT, AORTİK, ABDOMİNAL, ANA GÖVDE VE
İPSİLATERAL BACAK,PTFE'Lİ**

1. Stent Greftkendiliğindengenişleyebilir (self-expandable) olmalıdır.
2. Stent materyaliNitinololmalıdır.
3. StentGreftinproksimalinde çıplak flareleriolmalıdır.
4. Proksimal için 20mm, 22mm, 24mm, 26mm, 28mm, 30mm, 32mm, 34mm ve 36 mm çapseçenekleriile 110mm, 120mm, 130mm ve 140mm uzunlukseçenekleriolmalıdır.
5. Taşıyıcı sistem hidrofiliikkaplı olmalıdır.
6. Teklif verilen markanın Torasik ve AortaUniilyakStentGraft sistemleri de bulunmalıdır.
7. Uluslar arası kabul görmüşkalite standartlarının en az birine sahip olmalıdır (İSO, FDA,CE)

Uzm. Dr. Sedat SAVALLI
Dip. Tescil No: 110255
Dr. Ersin Arslan
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Kayg
SAĞLIK BAKANLIĞI
Dr. Ersin Arslan GAZİANTEP
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Op. Dr. Cemalettin AYIRAN
Kalp ve Damar Cerrahi - Dip. Tescil No: 105702

Op. Dr. Gökaly GÜZEL
Kalp Damar Cerrahi Uzmanı
Dip. Tescil No: 71298
Uzm. Tescil No: 10519
Gaziantep Dr. Ersin Eğitim ve Araştırma Hastanesi

**KV4000 / GR3000 / KR3000/ ENDOVASKÜLER AORTİK STENTGREFT
(EVAR) UYGULAMASI MALZEMESETİ (TÜM PARÇALAR DAHİL)**

KV2029 / GR2040 / KR2023 - STENTGREFT, AORTİK, ABDOMİNAL, KARŞI BACAĞ, ANA GÖVDE İLE UYUMLU

1. Stentkendiliğinden genişleyebilir (self-expandable) olmalıdır.
2. Stent materyali nitinol olmalıdır.
3. Distal çap seçenekleri 10mm - 12mm - 14mm - 16mm - 18mm - 20mm - 22mm olmalı ve 40mm , 60mm, 80mm, 90mm, 100mm ve 120mm uzunluk seçenekleri olmalıdır.
4. Kullanılacak malzeme ana gövde ile aynı marka olmalıdır.
5. Taşıyıcı sistem hidrofili kaplı olmalıdır.
6. Uluslar arası kabul görmüş kalite standartlarının en az birine sahip olmalıdır (İSO, FDA,CE)
10. Tekli steril ambalajında teslim edilmelidir.

Uzm. Dr. Sedat SAKAL
Kardiyoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 19255
Dr. Ersin Arsan
Eğitim ve Araştırma Hastaneleri

Kayran
SAĞLIK BAKANLIĞI
Dr. Ersin Arsan GAZİANTEP
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Op. Dr. Calettin KAYIRAN
Kalp ve Damar Cerrahi - Dip. Tes. No: 19255

Op. Dr. Gökalep GÜZEL
Kalp Damar Cerrahi Uzmanı
Dip. Tescil No: 71298
Uzm. Tescil No: 10519
Gaziantep Dr. Ersin Eğitim ve Araştırma Hastanesi