

T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü  
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2.07.2021

İhale Kodu :19820  
Sayı :53117430/  
Konu :Teklif Mektubu

**SAYIN**

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun esas ve hükümlerine göre satın alınacaktır.Firmanız tarafından temini mümkün ise piyasa araştırmasına esas olmak üzere; Hastanemize **KDV Hariç** fiyat verilmesini rica ederim.

**AÇIKLAMALAR**

- 1.Teklif mektuplarına cevapların Hastanenin yada firmanın antetli kağıtlara yazılması,
- 2.İlgili firma tarafından kaşelenmesi, noter tasdiklivekalet verilmiş yetkili kişi tarafından imzalanması,
- 3.Teklifin yapıldığı tarihin belirtilmesi,
- 4.Teklif edilen fiyatlarda herhangi bir oynama ve düzeltme yapılmaması,
- 5.Yüklenici firma malzeme tesliminde garanti belgesi ve satış sonrası hizmet yeterlilik belgesini getirmek zorundadır.
- 6.Firma teklif mektubunda Marka ve UBB belirtmek zorundadır.
- 7.Teklif edilen ürünlerde Sağlık Bakanlığı Onaylı ve T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) kayıtlı olmalıdır.Teklif veren isteklilerin teklif ettiği ürünün tedarikçi firma tanımlayıcı numarası veya teklif ettiği ürünün bayi olduğuna dair bayi tanımlayıcı numarası olmalıdır.
- 8.Teklif edilen ürünlerin ticari markası, modeli TİTUBB barkod numarası ve Firma ve/veya Bayi Tanımlayıcı numarası teklif sıra numarasına göre liste halinde ihale dosyasında verilecektir.
- 9.Ekteki teknik şartnameye göre teklif verilecektir.

NOT : Tekliflerde Karalama ve Daksil Kesinlikle Olmayacaktır.

Teklifler imza firma kaşesi olması şartıyla **06.07.2021** tarih saat **10:00**kadar ersinihale@gmail.com adresine ya da (342) 221 0142 nolu numaraya fax ile gönderilebilir.

Telefon : 342 221 0700  
Faks : 342 221 0142  
Mail : ersinihale@gmail.com

  
Vedat ARIKAN  
İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.

S.No	Malzeme Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	HASTA ALT BEZİ SERME	Adet	20000		
2	HASTA ÖNLÜĞÜ	Adet	10000		
<b>Genel Toplam (KDV Hariç)</b>					

NOT : SUT kapsamında olan ürünler için SGK'da geri ödeme alınamazsa veya eksik alınırsa firmaya rücu edilecektir.

**Teklif Mektubuna Esas Fiyat Bildiren Firmann**

Adı		Firma Yetkilisi
Adresi		
Telefon		Kaşe ve İmza
Faks		
Vergi D.No		

## TEK KULLANIMLIK HASTA ÖNLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Tek kullanımlık olmalıdır.
2. Her vücut yapısına uygun olmalıdır.
3. Paketler tekli ve nonsteril olmalıdır.
4. Bedeni en az 160 cm eninde 130 cm boyunda olmalıdır.
5. Sıvı geçirmemelidir.
6. Overlok dikişli olmalıdır.
7. Hava geçirgen olmalıdır.
8. Uzun kollu olmalıdır.
9. Önlüğün bilek kısmı manşetli olmalıdır ve manşet kısmı tam kavrayıp yukarı sıyrılmamalıdır.
10. Boyun kısmı terletmeyen kumaştan biyeli olmalıdır.
11. Boyun kısmında ayarlanabilir bant veya bağcık olmalıdır.
12. Bel kısmında kuşak olmalıdır.
13. Ürün denendikten sonra karar verilecektir.

Uzm. Dr. Bekir Suat KURKÇUOĞLU  
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı  
Dip. Tes. No: 112274 Uzm. Tes. No: 95140  
Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Uzm. Dr. Batıkan Elmas  
Dip. Tes. No: 127000  
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı  
Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Batıkan ELMAS  
Hemşire

## HASTA ALTI YATAK BEZİ (YATAK KORUYUCU) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Üst tabaka ince olmalı ,emilen sıvının hastayla temasını önleyici özellikte olmalı,altta sıvının yatağa geçmesini engellen ikinci bir tabak olmalı
2. İçinde pamuksu dokunun dağılımı eşit olmalıdır ve kullanımda pamuklar topaklanmamalı
3. Yatak korucunun boyutları 60\*90(±5cm)olmalı
4. Bezin emicilik özelliği kritik bölgede (ortasında) arttırılmış olmalı
5. Bez cildi tahriş etmemeli,daima kuru kalma sızıntıya karşı bariyer görevi görmeli
6. Hastanın cildine değen kısımlar rahatsızlık vermeyecek özellikte ve antialerjik yapıda olmalı
7. Emiciliği arttıran ve kokuyu engelleyen süper emici maddeden imal edilmiş olmalı
8. Emiş hızı minimum 80 ml/h olmalıdır
9. Ürün denendikten sonra alımına karar verilecektir
10. Ürünün UBB kodu olmalıdır

Uzm.Dr. Belgin Suat KORKÇUOĞLU  
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı  
Dip. Tes. No: 13827 Uzm. Tes. No: 95140  
Erişkin ve Çocuk Enfeksiyon Hastaneleri

Uzm.Dr. İbrahim Hakan ERTAŞ  
Dr. Erkin Arslan Erkin ve Araştırma Hast.  
Dip. Tes. No: 127000  
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı

Batikan ELMAS  
Hemşire  
Batikan Elmas