

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

6.07.2021

İhale Kodu :19823
Sayı :53117430/
Konu :Teklif Mektubu

SAYIN

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun esas ve hükümlerine göre satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise piyasa araştırmasına esas olmak üzere; Hastanemize **KDV Hariç** fiyat verilmesini rica ederim.

AÇIKLAMALAR

- 1.Teklif mektuplarına cevapların Hastanenin ya da firmanın antetli kağıtlara yazılması,
 - 2.İlgili firma tarafından kaşelenmesi, noter tasdikli vekalet verilmiş yetkili kişi tarafından imzalanması,
 - 3.Teklifin yapıldığı tarihin belirtilmesi,
 - 4.Teklif edilen fiyatlarda herhangi bir oynama ve düzeltme yapılmaması,
 - 5.Yüklenici firma malzeme tesliminde garanti belgesi ve satış sonrası hizmet yeterlilik belgesini getirmek zorundadır.
 - 6.Firma teklif mektubunda Marka ve UBB belirtmek zorundadır.
 - 7.Teklif edilen ürünlerde Sağlık Bakanlığı Onaylı ve T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) kayıtlı olmalıdır. Teklif veren isteklilerin teklif ettiği ürünün tedarikçi firma tanımlayıcı numarası veya teklif ettiği ürünün bayisi olduğuna dair bayi tanımlayıcı numarası olmalıdır.
 - 8.Teklif edilen ürünlerin ticari markası, modeli TİTUBB barkod numarası ve Firma ve/veya Bayi Tanımlayıcı numarası teklif sıra numarasına göre liste halinde ihale dosyasında verilecektir.
 - 9.Ekteki teknik şartnameye göre teklif verilecektir.
- NOT: Tekliflerde Karalama ve Daksil Kesinlikle Olmayacaktır.

Teklifler imza firma kaşesi olması şartıyla **08.07.2021** tarih saat **12:00** kadar ersinihale@gmail.com adresine ya da (342) 221 0142 nolu numaraya fax ile gönderilebilir.

Telefon : 342 221 0700
Faks : 342 221 0142
Mail : ersinihale@gmail.com

Vedat ARİKAN
İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.

S.No	Malzeme Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	NONCOMLIAN PTCA BALON KATATER (MUHTELİF NUMARALAR)	Adet	300		
Genel Toplam (KDV Hariç)					

NOT: SUT kapsamında olan ürünler için SGK'da geri ödeme alınamazsa veya eksik alınırsa firmaya rücu edilecektir.

Teklif Mektubuna Esas Fiyat Bildiren Firmanın

Adı		Firma Yetkilisi
Adresi		
Telefon		Kaşe ve İmza
Faks		
Vergi D.No		

KR1124 NONCOMPLIAN PTCA BALON KATETERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Monorail (Rapid – Exchange) olmalıdır. Balon “non – compliant” materyalden üretilmiş olmalıdır.
- 2- Balon post dilatasyon için üretilmiş olmalı, patlama basıncı (RBP) minimum 22ATM olmalıdır .
- 3- Balon distal shaft materyali fleksibl özellikte, kink resistance imkanı vermemelidir.
- 4- Balon kıvrımlı lezyonlarda yüksek düzeyde itilebilirlik (pushabilite) ve (tracabilite) özelliklerine sahip olmalıdır.
- 5- Balonun lezyon giriş profili 0,42 mm den küçük olmalıdır.
- 6- Balon şişme ve inme süresi minimal olmalıdır.
- 7- Balon uzunlukları 8-15mm,16-20mm seçenekleri içinden seçilebilir olmalıdır.
- 8- Balon çapları 2.50 / 2.75 /3.0 / 3,50 / 4.0 / 4.50 /5.0 seçenekleri içinden seçilebilir olmalıdır.
- 9- Uzunluk olarak 08-20 mm arasında seçenekleri olmalıdır.
- 10- Balon üzerinde görünebilir tanımlayıcı (tanımlayıcılar distal ve proksimalinde) olmalıdır.
- 11- Balon ucu oval ve inceltilmiş yapıda olmalıdır.0.014” kalınlığındaki kılavuz teller ile uyumlu olmalıdır.
- 12- Steril orijinal ambalajında teslim edilmelidir

T.C. Sağlık Bakanlığı
Gaziantep Dr.Ersin Arslan Eğt. ve Arş. Hast.
Uzm.DRAYŞE SUBAŞI
Kardiyoloji Uzmanı
Tescil No:82159

Uzm.Dr.Fatih Poyraz
Kardiyoloji Uzmanı
Uzm. Tes.No:114436
Dr.Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma
Hastanesi Gaziantep

Uzm.Dr.Sedat SAKALLI
Kardiyoloji Uzmanı
Dip.Tes.No:110255
Dr.Ersin Arslan
Eğitim ve Araştırma Hastanesi