

T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü  
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

6.07.2021

İhale Kodu :19821  
Sayı :53117430/  
Konu :Teklif Mektubu

**SAYIN**

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun esas ve hükümlerine göre satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise piyasa araştırmasına esas olmak üzere; Hastanemize **KDV Hariç** fiyat verilmesini rica ederim.

**AÇIKLAMALAR**

- 1.Teklif mektuplarına cevapların Hastanenin ya da firmanın antetli kağıtlara yazılması,
- 2.İlgili firma tarafından kaşelenmesi, noter tasdikli vekalet verilmiş yetkili kişi tarafından imzalanması,
- 3.Teklifin yapıldığı tarihin belirtilmesi,
- 4.Teklif edilen fiyatlarda herhangi bir oynama ve düzeltme yapılmaması,
- 5.Yüklenici firma malzeme tesliminde garanti belgesi ve satış sonrası hizmet yeterlilik belgesini getirmek zorundadır.
- 6.Firma teklif mektubunda Marka ve UBB belirtmek zorundadır.
- 7.Teklif edilen ürünlerde Sağlık Bakanlığı Onaylı ve T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) kayıtlı olmalıdır. Teklif veren isteklilerin teklif ettiği ürünün tedarikçi firma tanımlayıcı numarası veya teklif ettiği ürünün bayisi olduğuna dair bayi tanımlayıcı numarası olmalıdır.

8.Teklif edilen ürünlerin ticari markası, modeli TİTUBB barkod numarası ve Firma ve/veya Bayi Tanımlayıcı numarası teklif sıra numarasına göre liste halinde ihale dosyasında verilecektir.

9.Ekteki teknik şartnameye göre teklif verilecektir.

NOT: Tekliflerde Karalama ve Daksil Kesinlikle Olmayacaktır.

Teklifler imza firma kaşesi olması şartıyla **08.07.2021** tarih saat **12:00** kadar ersinihale@gmail.com adresine ya da (342) 221 0142 nolu numaraya fax ile gönderilebilir.

Telefon : 342 221 0700

Faks : 342 221 0142

Mail : ersinihale@gmail.com

  
Vedat ARİKAN  
İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.

S.No	Malzeme Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	KILAVUZ TEL 0,014 DÜZ UÇLU YUMUŞAK 180 CM	Adet	400		
<b>Genel Toplam (KDV Hariç)</b>					

NOT: SUT kapsamında olan ürünler için SGK'da geri ödeme alınamazsa veya eksik alınırsa firmaya rücu edilecektir.

**Teklif Mektubuna Esas Fiyat Bildiren Firmanın**

Adı		Firma Yetkilisi
Adresi		
Telefon		Kaşe ve İmza
Faks		
Vergi D.No		

## KR1086 KILAVUZ TEL 0,014INC DÜZ UÇLU YUMUŞAK 180CM TEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Guide wire sürtünmeyi azaltıcı ICE hydrophilic materyal ile kaplı olmalıdır.
2. Distal iç teli çevreleyen ICE hidrofilik kaplama ile kaplanmış 35cm lik radyopak polimer kovana sahip olmalıdır.
3. Proksimal kısmı florlu polimer (PTFE) ile kaplanmış olmalıdır.
4. Kılavuz tel şekillendirilebilen iç telin distal ucunda 3 cm lik radyopak yay sarımına sahip olmalıdır.
5. Kılavuz Tel'in uç kısmı Floppy gövde kısmı ekstra destekli olmalıdır..
- 6.Torkabilitesi yüksek, 170-195 cm boyunda, 0.014 inch çapında, uç kısmı J curve ve düz uç seçenekleri olmalıdır, distal ucu radyopak, gövdenin tamamı PTFE kaplı olmalıdır.
- 7.Helezon koruyucu tüpte olmalıdır.
8. Uç kısmı iyi vizüalize edilebilmeli, kolay şekillendirilebilmeli ve kompleks lezyonlardan travmatik geçiş yapabilmelidir.
- 9.Proksimal kısmı paslanmaz çelikten olmalı ve bire bir torkabilitesinin bulunması gereklidir.

**Uzm.Dr.Fatih Poyraz**  
Kardiyoloji Uzmanı  
Uzm. Tes.No:114436  
Dr.Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma  
Hastanesi GAZIANTEP

T.C. Sağlık Bakanlığı  
Gaziantep Dr.Ersin Arslan Eğt. ve Arst. Hast.  
**Uzm.Dr. Ayşe SUBAŞI**  
Kardiyoloji Uzmanı  
Tescil No: 82159

**Uzm.Dr.Sedat SAKALLI**  
Kardiyoloji Uzmanı  
Dip.Tes.No:110255  
Dr.Ersin Arslan  
Eğitim ve Araştırma Hastanesi