

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

6.07.2021

İhale Kodu :19822
Sayı :53117430/
Konu :Teklif Mektubu

SAYIN

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun esas ve hükümlerine göre satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise piyasa araştırmasına esas olmak üzere; Hastanemize **KDV Hariç** fiyat verilmesini rica ederim.

AÇIKLAMALAR

- 1.Teklif mektuplarına cevapların Hastanenin ya da firmanın antetli kağıtlara yazılması,
- 2.İlgili firma tarafından kaşelenmesi, noter tasdikli vekalet verilmiş yetkili kişi tarafından imzalanması,
- 3.Teklifin yapıldığı tarihin belirtilmesi,
- 4.Teklif edilen fiyatlarda herhangi bir oynama ve düzeltme yapılmaması,
- 5.Yüklenici firma malzeme tesliminde garanti belgesi ve satış sonrası hizmet yeterlilik belgesini getirmek zorundadır.
- 6.Firma teklif mektubunda Marka ve UBB belirtmek zorundadır.
- 7.Teklif edilen ürünlerde Sağlık Bakanlığı Onaylı ve T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) kayıtlı olmalıdır. Teklif veren isteklilerin teklif ettiği ürünün tedarikçi firma tanımlayıcı numarası veya teklif ettiği ürünün bayisi olduğuna dair bayi tanımlayıcı numarası olmalıdır.
- 8.Teklif edilen ürünlerin ticari markası, modeli TİTUBB barkod numarası ve Firma ve/veya Bayi Tanımlayıcı numarası teklif sıra numarasına göre liste halinde ihale dosyasında verilecektir.
- 9.Ekteki teknik şartnameye göre teklif verilecektir.

NOT: Tekliflerde Karalama ve Daksil Kesinlikle Olmayacaktır.

Teklifler imza firma kaşesi olması şartıyla **08.07.2021** tarih saat **12:00** kadar ersinihale@gmail.com adresine ya da (342) 221 0142 nolu numaraya fax ile gönderilebilir.

Telefon : 342 221 0700
Faks : 342 221 0142
Mail : ersinihale@gmail.com


Vedat ARIKAN
İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.

S.No	Malzeme Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	İLAÇ KAPLI STENT (MUHTELİF NUMARALAR)	Adet	120		
Genel Toplam (KDV Hariç)					

NOT: SUT kapsamında olan ürünler için SGK'da geri ödeme alınamazsa veya eksik alınırsa firmaya rücu edilecektir.

Teklif Mektubuna Esas Fiyat Bildiren Firmanın

Adı		Firma Yetkilisi
Adresi		
Telefon		Kaşe ve İmza
Faks		
Vergi D.No		

KR1151 İLAÇ KAPLI STENT TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Everolimus ya da zotarilimus ilacı ile hazırlanmış olmalıdır.
 - 2-Monorail balon üzerine monte olmalıdır.
 - 3- Stentin kendisi Tubuler veya Multidesign şekil taşımali ve kolayca görulmesini saglayacak ve lezyon kontrolunu engellemeyecek oranda opak olmalıdır.
 - 4-Stentin balonu üzerinde radyopak çift marker bulunmalıdır ve balonun rated burst pressure'ı en az 16 atm olmalıdır.
 - 5- Balon çapı 8-10 atm'de nominal çapa ulaşmalıdır.
 - 6-Stent strutları yan dala geçişe ve müdahale yapmaya müsait yapıya sahip olmalıdır.
 - 7-Sistem 0.014 inch guidewire ile kullanılabilir.
 - 8-Krom Kobalt veya Platinum Kobalt materyalden yapılmış olmalıdır.
 - 9- Stent profili düşük olup 5F guiding kateter ile de kullanılabilir.
 - 10-Stent kateter shaft uzunluğu 130-150 cm olmalıdır.
 - 11-Stentin lezyon giriş profili en fazla 0.017 inch olmalıdır.
 - 12-Stentin distal shaft hidrofilik kaplı olmalıdır.
 - 13-Balon bölümü semi-compliant olmalıdır.
 - 14-Radial force iyi olmalıdır.
 - 15-Flexibl olmalıdır.
 - 16- Stent kalsifik ve tortuoz lezyon geçişleri için güçlü radial force ve flexibilitiye sahip olmalı ayrıca stent balon üzerinden sıyrılmamalıdır.
 - 17-Stent dışında kalan balon uzunluğu her iki tarafta en fazla 1'er mm olmalıdır.
- Aşağıdaki ebatlarda alınacaktır:
- I) Çaplar:2.25-5 mm arasında, boy seçenği olarak da 15-16,17-18,22-23, 28-29, 33-34, 37-38 mm seçenekleri olmalıdır

Uzm.Dr.Fatih PULGOC
Kardiyoloji Uzmanı
Uzm. Tes.No:114436
Dr.Erşin Arslan Eğitim ve Araştırma
Hastanesi GAZIANTEP

T.C. Sağlık Bakanlığı
Gaziantep Dr.Erşin Arslan Eğt. ve Ars. Hast.
Uzm. Dr. Ayşe SUBAŞI
Kardiyoloji Uzmanı
Tescil No:82159

Uzm.Dr.Sedat SAKALI
Kardiyoloji Uzmanı
Dip.Tes.No:11025
Dr.Erşin Arslan
Eğitim ve Araştırma H