

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

7.07.2021

İhale Kodu :19832
Sayı :53117430/
Konu :Teklif Mektubu

SAYIN

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun esas ve hükümlerine göre satın alınacaktır.Firmanız tarafından temini mümkün ise piyasa araştırmasına esas olmak üzere; Hastanemize **KDV Hariç** fiyat verilmesini rica ederim.

AÇIKLAMALAR

- 1.Teklif mektuplarına cevapların Hastanenin yada firmanın antetli kağıtlara yazılması,
- 2.İlgili firma tarafından kaşelenmesi, noter tasdikli vekalet verilmiş yetkili kişi tarafından imzalanması,
- 3.Teklifin yapıldığı tarihin belirtilmesi,
- 4.Teklif edilen fiyatlarda herhangi bir oynama ve düzeltme yapılmaması,
- 5.Yüklenici firma malzeme tesliminde garanti belgesi ve satış sonrası hizmet yeterlilik belgesini getirmek zorundadır.
- 6.Firma teklif mektubunda Marka ve UBB belirtmek zorundadır.
- 7.Teklif edilen ürünlerde Sağlık Bakanlığı Onaylı ve T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) kayıtlı olmalıdır.Teklif veren isteklilerin teklif ettiği ürünün tedarikçi firma tanımlayıcı numarası veya teklif ettiği ürünün bayisi olduğuna dair bayi tanımlayıcı numarası olmalıdır.
- 8.Teklif edilen ürünlerin ticari markası, modeli TİTUBB barkod numarası ve Firma ve/veya Bayi Tanımlayıcı numarası teklif sıra numarasına göre liste halinde ihale dosyasında verilecektir.
- 9.Ekteki teknik şartnameye göre teklif verilecektir.

NOT : Tekliflerde Karalama ve Daksil Kesinlikle Olmayacaktır.

Teklifler imza firma kaşesi olması şartıyla **08.07.2021** tarih saat **10:00** kadar ersnihale@gmail.com adresine ya da (342) 221 0142 nolu numaraya fax ile gönderilebilir.

Telefon : 342 221 0700
Faks : 342 221 0142
Mail : ersnihale@gmail.com

Vedat ARIKAN
İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.

S.N	Malzeme Adı	Miktar	Birimi	UBB - UTS	SUT KODU	Birim Fiyatı	ToplamTutar
1	PERKÜTAN TRANSLÜMİNAL MİTRAL VALVULOPLASTİSETİ,BA LON KATATER VE DİĞER AKSESUARLARI (SET)	1	Adet				
Genel Toplam (KDV Hariç)							

NOT : SUT kapsamında olan ürünler için SGK'da geri ödeme alınmazsa veya eksik alınırsa firmaya rücu edilecektir.

Teklif Mektubuna Esas Fiyat Bildiren Firmanın

Adı		Firma Yetkilisi
Adresi		
Telefon		Kaşe ve İmza
Faks		
Vergi D.No		

**KR1171-PERKÜTAN TRANSLÜMİNAL MİTRAL VALVULOPLASTİ BALON
KATETER VE DİĞER AKSESUARLARI (SET) TEKNİK ŞARTNAMESİ**

SMT Temel İşlevi:	1. Mitral stenozu olan hastalarda kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.
SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:	2. Balon Mitral Valvuloplasti Kateterleri IMS-24mm, IMS -26mm, IMS -28mm ve IMS -30mm ebatlarında seçeneklere sahip olmalıdır. 3. Balon seti aşağıdaki özelliklere sahip 7 parçadan oluşacaktır. 3.1. Balon Kateteri; en fazla 12F genişliğinde, en az 70 cm uzunluğunda olmalıdır. 3.2. Balon Gerdirme Tüpü (Stretching Tube); en fazla 1.2 mm. genişliğinde, en az 80 cm uzunluğunda olmalıdır. 3.3. Dilatör; en az 14F genişliğinde ve en az 70 cm uzunluğunda olmalıdır. 3.4. Guidewire; en az 0.025” genişliğinde, en az 175 cm uzunluğunda olmalıdır. 3.5. Stylet; en az 0.038” genişliğinde, en az 80 cm uzunlukta olmalıdır. 3.6. Şırınga; Balon ebadına özel kademelendirilmiş olacaktır. 3.7. Ruler; Balon genişliğinin ölçümünde kullanılacaktır.
Teknik Özellikleri:	4. Balon Kateteri mitral kapakta şişirilip, geri inmemesi durumunda gerdirildiğinde kendi kendine inerek kapaktan ve septumdan güvenli bir şekilde geri çıkartılabilmesi için balon üzerinde en az iki küçük kontrast madde çıkış deliği bulunmalıdır. 5. Balon MY oluşturmaması için, ikişer mm aralıkta en az üç ebatla kademeli şişirilebilmelidir. Örneğin IMS -28 balonu en az 24, 26 ve 28mm aralıkta şişirilebilmelidir. 6. Balon kateteri, balon iç havası alınmak için yıkandığında içinde hava kalıp kalmadığı rahatlıkla görülebilmelidir.
Genel Hükümler:	7. Malzemeler steril olmalıdır.

Dr. Veysel Özgür KARIS
Kardiyoloji Uzmanı
No: 157 681 Num. Tel. No: 124 553
Dr. Ersin Arslan
im ve Araştırma Hastanesi

Uzm. Dr. Sedat AKALLI
Kardiyoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 110285
Dr. Ersin Arslan
im ve Araştırma Hastanesi

Uzm. Dr. Fatih Poyraz
Kardiyoloji Uzmanı
Uzm. Tes. No: 114436
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma
Hastanesi GAZİANTEP