

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

09.07.2021

İhale Kodu :19843
Sayı :53117430/
Konu :Teklif Mektubu

SAYIN

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun esas ve hükümlerine göre satın alınacaktır.Firmanız tarafından temini mümkün ise piyasa araştırmasına esas olmak üzere; Hastanemize **KDV Hariç** fiyat verilmesini rica ederim.

AÇIKLAMALAR

- 1.Teklif mektuplarına cevapların Hastanenin yada firmanın antetli kağıtlara yazılması,
- 2.İlgili firma tarafından kaşelenmesi, noter tastiklivekalet verilmiş yetkili kişi tarafından imzalanması,
- 3.Teklifin yapıldığı tarihin belirtilmesi,
- 4.Teklif edilen fiyatlarda herhangi bir oynama ve düzeltme yapılmaması.
- 5.Yüklenici firma malzeme tesliminde garanti belgesi ve satış sonrası hizmet yeterlilik belgesini getirmek zorundadır.
- 6.Firma teklif mektubunda Marka ve UBB belirtmek zorundadır.
- 7.Teklif edilen ürünlerde Sağlık Bakanlığı Onaylı ve T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) kayıtlı olmalıdır.Teklif veren isteklilerin teklif ettiği ürünün tedarikçi firma tanımlayıcı numarası veya teklif ettiği ürünün bayisi olduğuna dair bayi tanımlayıcı numarası olmalıdır.
- 8.Teklif edilen ürünlerin ticari markası, modeli TİTUBB barkod numarası ve Firma ve/veya Bayi Tanımlayıcı numarası teklif sıra numarasına göre liste halinde ihale dosyasında verilecektir.
- 9.Ekteki teknik şartnameye göre teklif verilecektir.

NOT : Tekliflerde Karalama ve Daksil Kesinlikle Olmayacaktır.

Teklifler imza firma kaşesi olması şartıyla **26.07.2021**tarih saat **10:00**kadar ersinihale@gmail.com adresine ya da (342) 221 0142 nolu numaraya fax ile gönderilebilir.

Telefon : 342 221 0700
Faks : 342 221 0142
Mail : ersinihale@gmail.com

Vedat ARIKAN
İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.

S.No	Malzeme Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	ToplamTutar
1	PERKÜTAN TRAKEOSTOMİ SETİ FORSEPS YÖNTEMLİ NO:8	Adet	100		
Genel Toplam (KDV Hariç)					

NOT : SUT kapsamında olan ürünler için SGK'da geri ödeme alınmazsa veya eksik alınırsa firmaya rücu edilecektir.

Teklif Mektubuna Esas Fiyat Bildiren Firmanın

Adı		Firma Yetkilisi
Adresi		
Telefon		Kaşe ve İmza
Faks		
Vergi D.No		

FORSEPS YÖNTEMLİ PERKÜTAN TRAKEOSTOMİ SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Set, trakeostomi komplikasyonlarını en aza indiren forseps yöntemi (griggs teknikli) perkütan trakeostomi yapabilecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
2. Teslimatın tümü tek blister paket içerisinde tüm malzemelerin bulunduğu forsepsli set olarak yapılmalıdır. Tek blister paket içerisinde özel forsepsinde bulunduğu set'tir
3. Set içinde; forsepsli teknikle kullanılan özellikli trakeostomi kanülü ile bağı, trakeostomi kanülü obtüratörü, bistüri, enjektör, 14G intravenöz kanül, j uçlu rehber tel, tek dilatatör, ve özel forseps bulunmalıdır.
4. Setin içinde, özel olarak bu teknik için tasarlanmış olan ve tekniğin kullanımının bir gerekliliği olan obturatorunun ortası tüm hat boyunca delik olan ve azotprotoksit geçirgenliği çok düşük olan kafli trakeostomi kanülü bulunmalıdır. Trakeostomi kanülünün obtüratörü bulunmalıdır.
5. Perkütan trakeostomi kitinin içindeki özel üretim olan guide wire forsepsin kullanımı sırasında forsepsin ucuna ve kapatıldığında forseps ayaklarına sıkışmayacak ve bu sürede rahat ilerletilebilmesine imkan verecek şekilde olmalı ve çapı 1.30 mm, J uç ile birlikte uzunluğu 45 cm ve telin üzeri PTFE ile kaplanmış olmalıdır.
6. Set tek parçadan oluşmalı, tüm malzemeler tek blister pakette olmalıdır.
7. Forsepsli setleri bulunan ünitelerin kullanacağı forsepsiz setler de bu teknikle kullanılan setlerle aynı malzeme (forseps hariç) ve paketlemeye sahip olmalıdır.
8. Bu teknik için geliştirilmiş olan özel forseps'in üzerinde sterilizasyon veya uygulama alanlarında diğer cerrahi aletlerle karıştırılmaması için setin markası ile aynı olan marka yazılı olmalıdır. Set ile forseps aynı marka olmalıdır.
9. Tek dilatatörün ucu forsepsin ucuyla aynı kalınlıkta olmalıdır.
10. Setin üzerindeki etikette setin 7,8 veya 9 numara setlerden hangisine ait olduğu ve forseps (griggs) yöntemiyle ilgili olduğunu gösteren ibare bulunmalıdır.
11. Forseps tekrar kullanılabilir.
12. Forsepsin atravmatik forseps ayakları ve forsepsin ucu, içinden guide-wire geçmesine izin verecek şekilde tasarlanmış olmalıdır. Forsepsin ucu atravmatik olması için yuvarlatılmış, küt uçlu olmalıdır.
13. Forsepsli setlerdeki trakeostomi kanülleri 7,0- 8,0 ve 9,0 numaralardan bir tanesini içermeli ve hangi numaradan bulunacağı idare şartnamede veya alım listesinde belirtilmiş olmalıdır.
14. Gerekli olması durumunda ;Firmanın bu tekniğin forseps teknikli trakeostomi seti olduğunu ve dilatasyon için özel forseps kullanıldığını gösteren orijinal katalog ve dökümanlarının bulunması ve ürünün tekniğinin içinde forsepsinde olduğunu göstermesi istenmelidir. Firmanın verdiği malzeme yedek ürün (spare) olmamalıdır. Forseps cerrahi alet olarak değil, tekniğin dilatasyon aşamasında kullanılan özel dizaynli forseps olmalıdır ve katalogta herhangi bir forseps değil, tekniğe ait forseps gösterilmelidir.
15. Setler tek blister ambalajlarda olmalıdır. Kutu ve set üzerinde son kullanım tarihi, sterilizasyon şekli, trakeostomi kanülünün boyu, çapı yazılı olmalıdır.
16. Tüm malzemeler tek blister paketin içinde olmalıdır.
17. Kutu içinde Türkçe kullanım kılavuzu ve ürünün kullanımını, paket içindeki parçaları gösteren kılavuz bulunmalıdır.
18. Her 10 adet setten bir tanesi forseps yöntemi olmalıdır.

Sevgi YÜZBAŞIOĞLU
GYBÜ Sorumlusu
Sicil: H110886

Uzm. Dr. Hayati ANIKIZIL
Yoğun Bakım Uzmanı
Dip. No: 34539 / Tescil No: 38263
Dr. Emin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Uzm. Dr. Sinem YALÇIN BAYRAKÇI
Yoğun Bakım Uzmanı
Dip. No: 5065 - Uzm. Tescil No: 144911
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi