

T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü  
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

09.07.2021

İhale Kodu :19868  
Sayı :53117430/  
Konu :Teklif Mektubu

**SAYIN**

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun esas ve hükümlerine göre satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise piyasa araştırmasına esas olmak üzere; Hastanemize **KDV Hariç** fiyat verilmesini rica ederim.

**AÇIKLAMALAR**

- 1.Teklif mektuplarına cevapların Hastanenin ya da firmanın antetli kağıtlara yazılması,
- 2.İlgili firma tarafından kaşelenmesi, noter tasdikli vekalet verilmiş yetkili kişi tarafından imzalanması,
- 3.Teklifin yapıldığı tarihin belirtilmesi,
- 4.Teklif edilen fiyatlarda herhangi bir oynama ve düzeltme yapılmaması,
- 5.Yüklenici firma malzeme tesliminde garanti belgesi ve satış sonrası hizmet yeterlilik belgesini getirmek zorundadır.
- 6.Firma teklif mektubunda Marka ve UBB belirtmek zorundadır.
- 7.Teklif edilen ürünlerde Sağlık Bakanlığı Onaylı ve T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) kayıtlı olmalıdır. Teklif veren isteklilerin teklif ettiği ürünün tedarikçi firma tanımlayıcı numarası veya teklif ettiği ürünün bayisi olduğuna dair bayi tanımlayıcı numarası olmalıdır.
- 8.Teklif edilen ürünlerin ticari markası, modeli TİTUBB barkod numarası ve Firma ve/veya Bayi Tanımlayıcı numarası teklif sıra numarasına göre liste halinde ihale dosyasında verilecektir.
- 9.Ekteki teknik şartnameye göre teklif verilecektir.

NOT: Tekliflerde Karalama ve Daksil Kesinlikle Olmayacaktır.

Teklifler imza firma kaşesi olması şartıyla **26.07.2021** tarih saat **12:00** kadar [ersinihale@gmail.com](mailto:ersinihale@gmail.com) adresine ya da (342) 221 0142 nolu numaraya fax ile gönderilebilir.

Telefon : 342 221 0700  
Faks : 342 221 0142  
Mail : [ersinihale@gmail.com](mailto:ersinihale@gmail.com)

**Vedat ARIKAN**  
**İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.**

S.No	Malzeme Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	HEMOFİLTRE	Adet	10		
2	VENÖZ KANÜL METAL UÇLU	Adet	100		
<b>Genel Toplam (KDV Hariç)</b>					

NOT: SUT kapsamında olan ürünler için SGK'da geri ödeme alınmazsa veya eksik alınırsa firmaya rücu edilecektir.

**Teklif Mektubuna Esas Fiyat Bildiren Firmanın**

Adı		Firma Yetkilisi
Adresi		
Telefon		Kaşe ve İmza
Faks		
Vergi D.No		

## HEMOFİLTRE (ERİŞKİN) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Akut böbrek yetmezliklerinde ve volüme yüklemelerinin tedavisinde kullanılacak şekilde üretilmiş olmalıdır.
- 2- Hemofiltre oksijenatöre bağlı kalp akciğer pompasının roller pompa modülü haricinde herhangi bir pompanın yardımına ihtiyaç duymadan çalışabilmelidir.
- 3- Hemofiltrenin kan akım hızı minimum 100 ml/dk maksimum 500 ml/dk olmalıdır.
- 4- Hemofiltrenin transmembrane basıncı 0-500 mmHg değerleri arasında olmalıdır.
- 5- Hemofiltre biyokompatible polyetersulfane membran yapıda olmalı iç çapı 200 µm, duvar kalınlığı 30 µm'dan fazla olmamalıdır.
- 6- Hemofiltrenin priming hacmi 60± 10 ml olmalıdır.
- 7- Hemofiltrede basınç düşmesi minimum 10 maximum 35 mmHg değerleri arasında olmalıdır.
- 8- Hemofiltre seti; hemofiltre, venöz tubing, filtrasyon tubing, arteriyel tubing, ölçekli drenaj torbası ve gerekli bütün bağlantı parçalarını içermelidir.
- 9- Venöz tubing ve arterial tubing en az 1,5 mt, atık tubing 1 mt olmalıdır.
- 10- Atık toplamanın hacmi en az 2000 cc olmalıdır.
- 11- Hemofiltrenin yüzey alanı 0,68 m<sup>2</sup>'den fazla olmamalıdır.
- 12- Hemokonsantrator'ün uzunluğu 145 mm, çapı 55 mm'den fazla olmamalıdır.
- 13- İstenildiği takdirde 1 adet numune verilecektir.
- 14- Ürünün raf ömrü teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl olmalıdır.

Opr. Dr. Yusuf İSLANOĞLU  
Kalp Damar Cerrahi Uzmanı  
Dip. Ter. No: 100414 Sicil No: 90526  
Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Opr. Dr. Baha ÇİFTÇİ  
Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı  
Dip. Ter. No: 89332  
Gaziantep Dr. Ersin Arslan  
Devlet Hastanesi

## METAL UÇLU VENÖZ KANÜL

- 1-Kanulun uzunluğu 34-36cm olmalıdır.
- 2-Kanulun ucu metal olmalıdır.
- 3-Kanul spiralli olmalıdır.
- 4-Kanulun arkasi 3/8-1/4 konnektöre uyumlu olmalıdır.
- 5- Kanül 12-14-16-18-20-22-24-28-31 Fr leri olmalıdır.
- 6- Kanüller tekli steril paketlerde ve en az 2 yıl kullanım süreli olmalıdır.

Op. Dr. Baha ÇİFTÇİ  
Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı  
Dip. Tıp. No: 89732  
Gaziantep Dr. Erşin Arslan  
Devlet Hastanesi

Op. Dr. Erşin ARSLANOĞLU  
Kalp Damar Cerrahi Uzmanı  
Dip. Tıp. No: 106414 S. N. 90526  
Erşin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi