

T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü  
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

13.07.2021

İhale Kodu :19853  
Sayı :53117430/  
Konu :Teklif Mektubu

**SAYIN**

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun esas ve hükümlerine göre satın alınacaktır.Firmanız tarafından temini mümkün ise piyasa araştırmasına esas olmak üzere; Hastanemize **KDV Hariç** fiyat verilmesini rica ederim.

**AÇIKLAMALAR**

- 1.Teklif mektuplarına cevapların Hastanenin yada firmanın antetli kağıtlara yazılması,
- 2.İlgili firma tarafından kaşelenmesi, noter tasdikli vekalet verilmiş yetkili kişi tarafından imzalanması,
- 3.Teklifin yapıldığı tarihin belirtilmesi,
- 4.Teklif edilen fiyatlarda herhangi bir oynama ve düzeltme yapılmaması,
- 5.Yüklenici firma malzeme tesliminde garanti belgesi ve satış sonrası hizmet yeterlilik belgesini getirmek zorundadır.
- 6.Firma teklif mektubunda Marka ve UBB belirtmek zorundadır.
- 7.Teklif edilen ürünlerde Sağlık Bakanlığı Onaylı ve T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) kayıtlı olmalıdır.Teklif veren isteklilerin teklif ettiği ürünün tedarikçi firma tanımlayıcı numarası veya teklif ettiği ürünün bayisi olduğuna dair bayi tanımlayıcı numarası olmalıdır.

8.Teklif edilen ürünlerin ticari markası, modeli TİTUBB barkod numarası ve Firma ve/veya Bayi Tanımlayıcı numarası teklif sıra numarasına göre liste halinde ihale dosyasında verilecektir.

9.Ekteki teknik şartnameye göre teklif verilecektir.

NOT : Tekliflerde Karalama ve Daksil Kesinlikle Olmayacaktır.

Teklifler imza firma kaşesi olması şartıyla **14.07.2021** tarih saat **14:00** kadar ersinhale@gmail.com adresine ya da (342) 221 0142 nolu numaraya fax ile gönderilebilir.

Telefon : 342 221 0700

Faks : 342 221 0142

Mail : ersinhale@gmail.com

**Müslüm ALTUN**  
**İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.**

S.N	Malzeme Adı	Miktar	Birimi	UBB - UTS	SUT KODU	Birim Fiyatı	ToplamTutar
1	BİYOJİK KAPAKLI PULMONER KONDUİT (KAPAK İMPLANTE EDİLMİŞ) DOKUSU TEDAVİ EDİLMİŞ (KV1021)	1	Adet				
<b>Genel Toplam (KDV Hariç)</b>							

NOT : SUT kapsamında olan ürünler için SGK'da geri ödeme alınamazsa veya eksik alınırsa firmaya rücu edilecektir.

**Teklif Mektubuna Esas Fiyat Bildiren Firmanın**

Adı		Firma Yetkilisi
Adresi		
Telefon		Kaşe ve İmza
Faks		
Vergi D.No		

## **KV1021 BİYOLOJİK KAPAKLI PULMONER KONDUİT (KAPAK İMPLANTE EDİLMİŞ) DESELLÜLERİZE**

1. Biyolojik kapaklı pulmoner konduit, hasta veya hasarlı pulmoner kapak veya pulmoner arterde; RVOT'in rekonstrüksiyonunda; değişim ihtiyacı olan pulmonik homografit veya başka bir xenografit olan hastalarda; Ross işlemi gereken hastalarda kullanılabilir, tek parça olarak paketlenmiş olmalıdır.
2. Teklif edilecek protezin, en az 18 yıllık takipli bilimsel çalışması olmalıdır.
3. Teklif edilecek protez ile yapılmış çalışmalarda,
  - a. Klasifikasyon raporlanmadığı,
  - b. Dilatasyon raporlanmadığı,
  - c. Insufficiancy raporlanmadığı,
  - d. Doku kusuru raporlanmadığı,
  - e. Thromboembolizm raporlanmadığı,
  - f. Kanamaya rastlanmadığı,
  - g. Doku dejenerasyonuna rastlanmadığı belirtilmiş olmalıdır.
4. Tamamen porcine perikardı ve pulmoner kapağından yapılmış olmalı; nativ doku rahatlığında sütün edilebilmelidir.
5. Non-toxic olmalı, %2'lik benzyl alkolde saklanmakta olmalı, kullanılmadan önce yıkanma gibi herhangi bir işleme tabi tutulmaya ihtiyaç göstermemelidir.
6. Enfeksiyona dirençli olduğu ispatlanmış olmalıdır.
7. Çap seçenekleri, 15 mm ile 27 mm arasında ikişer mm aralıklarla olmalıdır.
8. No-React teknolojisi sayesinde glutaraldehide ile muamele görmüş dokunun detoksifikasyonu sağlanmış olmalıdır.
9. Bu yöntemle sağlanan detoksifikasyon sayesinde,
  - a. Elde edilen üstün stabilite ile dilatasyon olmaması,
  - b. Kalsifikasyon olmaması,
  - c. Toksisitenin azaltılmışlığı,
  - d. Artırılmış biokompatibilite,
  - e. Çok düşük oranlarda enfeksiyon, yapışma
  - f. Endotel hücre kaplanmanın fonksiyonel olarak teşvik edildiği makalelerle kanıtlanmalıdır.
10. Alınacak protezin all-event oranının düşük olması tercih sebebidir.
11. Protez, CE işaretine sahip olmalı, çift steril paket içinde bulunmalıdır.

**Opr. Dr. Murat ARI**  
Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı  
Dip. No: 6813 - Tez No: 11111 - İhtisas No: 104120  
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma  
Hastanesi GAZİANTEP

**Opr. Dr. İYVİZ ARSLANOĞLU**  
Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı  
Dip. Tes. No: 11111 - Tez No: 90526  
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

**Doç. Dr. Hayati DENİZ**  
Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı  
Dip. Uzm. No: 111549 - Dr. Sicil No: 92452  
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi