

T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü  
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

26.07.2021

İhale Kodu :19890  
Sayı :53117430/  
Konu :Teklif Mektubu

**SAYIN**

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun esas ve hükümlerine göre satın alınacaktır.Firmanız tarafından temini mümkün ise piyasa araştırmasına esas olmak üzere; Hastanemize **KDV Hariç** fiyat verilmesini rica ederim.

**AÇIKLAMALAR**

- 1.Teklif mektuplarına cevapların Hastanenin yada firmanın antetli kağıtlara yazılması,
- 2.İlgili firma tarafından kaşelenmesi, noter tasdikli ve kalet verilmiş yetkili kişi tarafından imzalanması,
- 3.Teklifin yapıldığı tarihin belirtilmesi,
- 4.Teklif edilen fiyatlarda herhangi bir oynama ve düzeltme yapılmaması,
- 5.Yüklenici firma malzeme tesliminde garanti belgesi ve satış sonrası hizmet yeterlilik belgesini getirmek zorundadır.
- 6.Firma teklif mektubunda Marka ve UBB belirtmek zorundadır.
- 7.Teklif edilen ürünlerde Sağlık Bakanlığı Onaylı ve T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) kayıtlı olmalıdır.Teklif veren isteklilerin teklif ettiği ürünün tedarikçi firma tanımlayıcı numarası veya teklif ettiği ürünün bayisi olduğuna dair bayi tanımlayıcı numarası olmalıdır.
- 8.Teklif edilen ürünlerin ticari markası, modeli TİTUBB barkod numarası ve Firma ve/veya Bayi Tanımlayıcı numarası teklif sıra numarasına göre liste halinde ihale dosyasında verilecektir.
- 9.Ekteki teknik şartnameye göre teklif verilecektir.


NOT : Tekliflerde Karalama ve Daksil Kesinlikle Olmayacaktır.

Teklifler imza firma kaşesi olması şartıyla **27.07.2021** tarih saat **10:00**kadar ersinihale@gmail.com adresine ya da (342) 221 0142 no.lu numaraya fax ile gönderilebilir.

Telefon : 342 221 0700

Faks : 342 221 0142

Mail : ersinihale@gmail.com

  
**Vedat ARIKAN**  
İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.

S.No	Malzeme Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	HOLTER CİHAZLARI,3 KANAL RİTİM HOLTER CİHAZI	Adet	3		
<b>Genel Toplam (KDV Hariç)</b>					

NOT : SUT kapsamında olan ürünler için SGK'da geri ödeme alınmazsa veya eksik alınırsa firmaya rücu edilecektir.

**Teklif Mektubuna Esas Fiyat Bildiren Firmanın**

Adı		Firma Yetkilisi
Adresi		
Telefon		Kaşe ve İmza
Faks		
Vergi D.No		



**T.C.**  
**GAZİANTEP VALİLİĞİ**  
**İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ**  
Dr. Ersin ARSLAN Eğitim ve Araştırma Hastanesi

**RİTİM HOLTER CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Hastanemizde kullanılan CARDIOSCAN Holter sistem yazılımı ile tam uyumlu olmalıdır.
2. Kaydedicilerin ağırlığı en fazla 50 gram olmalıdır.
3. En az 72 saatlik kayıt imkânı olmalıdır. Cihazın boyutları maksimum 70x60x20 mm olmalıdır.
4. Kaydediciler SD flashcard teknolojisine hafızaya sahip olmalıdırlar. Sistemle beraber minimum 256MB SD card verilmelidir.
5. Kaydediciler üzerinde LCD ekran bulunmalı ve kaydedicinin ekranında EKG derivasyonlarının kalitesi gözlenebilmelidir.
6. Kaydediciler 1 adet AAA kalem pil ile çalışabilmelidir.
7. Kaydediciler 5 lead hasta kabloları ile kayıt alma imkanına sahip olmalıdır.
8. Kaydedicilerin örnekleme hızı 1024 Hz olmalıdır.
9. Kaydedicilerin veri depolama oranları 1024 Hz olmalıdır.
10. Kaydedicilere yazılım aracılığıyla hastanın adı soyadı, ID numarası tanımlanabilmeli ve tanımlanan bu değerler kaydedicinin ekranında aynı anda görülebilmelidir.
11. Kaydedicilere pil takıldığında kaydedici pil seviyesini ölçebilmeli ve pil zayıf ise ekranda kullanıcıyı görsel olarak uyarmalıdır.
12. Kaydedicide lead empedans ölçme/tarama özelliği bulunmalıdır. Bu sayede kullanıcıya görsel ve sesli olarak hata durumunda uyarı verebilmelidir.
13. Kaydediciler -20~65 °C ile 5 ~ 95% Rh aralıklarında depolanabilmeli/saklanabilmelidir.
14. Kaydediciler 5 ~ 45°C ile 10 ~ 95 % Rh aralığında çalışabilmelidir.
15. Kaydediciler pace atımlarını yakalayabilmelidir. Kaydediciler kayda başlamadan önce kullanıcı pace özelliğini aktif/pasif seçimini yapabilmelidir.
16. Kaydediciler üzerinden tarih ve saat ayarlaması yapılabilirdir.
17. Kaydedicilerde event butonu olmalıdır.
18. Her cihaz ile beraber 1 (bir) adet yedek kablo verilecektir.
19. Teklif veren firmanın TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi olmalıdır.
20. Her Cihaz ile birlikte 2 takım EKG kablosu verilecektir.
21. Her Cihaz ile beraber 3 adet hafıza kartı verilecektir.
22. Teklif veren firma tıbbi cihaz yönetmeliği, vücuda yerleştirilebilir aktif cihaz yönetmeliği, vücut dışında kullanılan tıbbi tanı cihazları yönetmeliği kapsamında tıbbi

Jeynal AEBAS Ayşe Çaban

Nuray Sel



22. Teklif veren firma tıbbi cihaz yönetmeliği, vücuda yerleştirilebilir aktif cihaz yönetmeliği, vücut dışında kullanılan tıbbi tanı cihazları yönetmeliği kapsamında tıbbi cihaz satış, reklam ve tanıtım yönetmeliği gereğince satış merkezi yetki belgesine sahip olmalı ve teklif dosyasında sunulmalıdır.
23. Yüklenici firma tarafından temin edilecek cihaz üretici hatalarına karşı en az 2 (iki) yıl garantili olmalıdır. 10 yıl süresince ücret karşılığı üretici ve yüklenici firma cihaz arızalarına karşı yedek parça temin edeceğini taahhüt edecektir. Yedek parça fiyat listesi ürün ile teslim edilecektir.
24. Haziran 2015 tarih ve 29397 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyon Hakkında Yönetmelikte bahsi geçen kalibrasyon hizmeti dışında kalan ve yüklenici firma tarafından verilecek kalibrasyonda bakım ve onarım hizmet sözleşmesine dahil edilecektir. Ayrıca, kullanılacak olan yedek parçalar sözleşme kapsamında olacaktır. Sözleşme birim fiyat bedelinin en fazla %5'i olan bu oran idarece uygun görülmesi kaydıyla, bakım ve onarım hizmet alımının 3 yıllık olması durumunda, 3 yıl için toplam en fazla %12 olarak uygulanacaktır.
25. Cihazla birlikte alınan yazılımlar var ise sürekli kontrol edilerek güncel halleri (upgrade) yüklenecektir. Cihaz ile birlikte verilen mevcut yazılımlar son sürüm olmalı, garanti süresi ve idarelerce garanti sonrası sözleşme yapılması durumunda bu süre boyunca da, cihaz ile birlikte verilen yazılımların son sürümleri ücretsiz olarak yüklenecektir.
26. Mevcut cihazın periyodik bakımları ( yılda iki kereden daha az olmamak kaydıyla) garanti süresince firma tarafından düzenli yapılacaktır. Cihaza yapılacak her türlü müdahaleden sonra (periyodik bakımlar da dahil olmak üzere ) firma mühendisi tarafından en az üç nüsha halinde teknik rapor düzenlenerek sağlık tesisi yöneticisinin belirleyeceği kurum sorumlusuna bir nüshası teslim edilecektir. Garanti süresi boyunca cihazın arızalarını, yapılan müdahaleleri, periyodik bakım ve onarımlarını, cihazın mevcut durumunu içeren yıllık rapor, cihazın kurulumunu takip eden her yıl yüklenici firma tarafından Sağlık Tesisi Yöneticiliğine onaylatılacaktır.
27. Teklif edilen ürüne klinik mühendislik eşliğinde kullanıcıya demosu yapıldıktan sonra alım için onay verilecektir.
28. Yüklenici firma cihaz ile birlikte Türkçe kullanım klavuzunu ve servis kitapçığını teslim edecektir.
29. Cihazın garanti süresi boyunca bakımları, arızaları ve kalibrasyonları firma tarafından ücret talep edilmeden yapılmalıdır.
30. Türkiye ilaç ve tıbbi cihaz ulusal bilgi bankasında (titubb) veya ürün takip sisteminde (üts) kaydı var ise ihale dosyasında belirtilmelidir. Alınacak ürün tıbbi cihaz yönetmeliği 3. Madde (o) bendi gereğince tahsis ve/veya tedavi amaçlı kullanılmalıdır.
31. Sistem en az yıllık %95 uptime (cihaz aktif faaliyet süresi 365 gün üzerinden hesaplanır) olacak şekilde çalışacaktır. Bu süreye ulaşılmaması halinde, ulaşılamayan her süre için garanti ve bakım zamanına iki kat süre eklenecektir.

zeynal Akbaş Ayşe Goban Nsray Seel

