

T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü  
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

29.07.2021

İhale Kodu :19918  
Sayı :53117430/  
Konu :Teklif Mektubu

**SAYIN**

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun esas ve hükümlerine göre satın alınacaktır.Firmanız tarafından temini mümkün ise piyasa araştırmasına esas olmak üzere; Hastanemize **KDV Hariç** fiyat verilmesini rica ederim.

**AÇIKLAMALAR**

- 1.Teklif mektuplarına cevapların Hastanenin yada firmanın antetli kağıtlara yazılması,
- 2.İlgili firma tarafından kaşelenmesi, noter tastiklivekalet verilmiş yetkili kişi tarafından imzalanması,
- 3.Teklifin yapıldığı tarihin belirtilmesi,
- 4.Teklif edilen fiyatlarda herhangi bir oynama ve düzeltme yapılmaması,
- 5.Yüklenici firma malzeme tesliminde garanti belgesi ve satış sonrası hizmet yeterlilik belgesini getirmek zorundadır.
- 6.Firma teklif mektubunda Marka ve UBB belirtmek zorundadır.
- 7.Teklif edilen ürünlerde Sağlık Bakanlığı Onaylı ve T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) kayıtlı olmalıdır.Teklif veren isteklilerin teklif ettiği ürünün tedarikçi firma tanımlayıcı numarası veya teklif ettiği ürünün bayisi olduğuna dair bayi tanımlayıcı numarası olmalıdır.

8.Teklif edilen ürünlerin ticari markası, modeli TİTUBB barkod numarası ve Firma ve/veya Bayi Tanımlayıcı numarası teklif sıra numarasına göre liste halinde ihale dosyasında verilecektir.

9.Ekteki teknik şartnameye göre teklif verilecektir.

NOT : Tekliflerde Karalama ve Daksil Kesinlikle Olmayacaktır.

Teklifler imza firma kaşesi olması şartıyla **02.08.2021**tarih saat **10:00**kadar [ersinhale@gmail.com](mailto:ersinhale@gmail.com) adresine ya da (342) 221 0142 nolu numaraya fax ile gönderilebilir.

Telefon : 342 221 0700  
Faks : 342 221 0142  
Mail : [ersinhale@gmail.com](mailto:ersinhale@gmail.com)

  
Vedat ARIKAN  
İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.

S.No	Malzeme Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	ToplamTutar
1	LİNEER KAPATICI KESİCİ-STAPLER 55-60 MM	Adet	12		
2	DAİRESEL STAPLER TİTANYUM 33 MM DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK)	Adet	15		
3	GENEL SERRAHİ ÖRTÜ SETİ DİSPOSABLE(TEK KULLANIMLIK)	Adet	1200		
<b>Genel Toplam (KDV Hariç)</b>					


NOT : SUT kapsamında olan ürünler için SGK'da geri ödeme alınamazsa veya eksik alınırsa firmaya rücu edilecektir.

**Teklif Mektubuna Esas Fiyat Bildiren Firmanın**


Adı		Firma Yetkilisi
Adresi		
Telefon		Kaşe ve İmza
Faks		
Vergi D.No		

## LİNEER STAPLER 55 MM

1. Disposable olmalıdır.
2. Çift sıralı iki hat boyunca 55 ( $\pm$  2) mm. uzunluğunda kapama ye 53 ( $\pm$ 2) mm. kesme yapmalıdır.
3. Çift sıralı iki hat birbirine 3,0( $\pm$  0.5 )mm. mesafede olmalıdır.
4. Tek elle kullanıma uygun paralel veya makas şeklinde kapama yapmalıdır.
5. Tutaç kısmı kaygan ortamlarda rahat kullanım için griplere sahip olmalıdır.
6. Staplerin kartuşsuz, ateşlenmiş veya yarı ateşlenmiş kartuşla kapama yapmasını önleyecek emniyet mekanizması bulunmalıdır.
7. Sekiz defa ateşleme yapabilme özelliğine sahip olmalıdır.
8. Staplerde kapama kolunu kilitleyen mekanizma bulunmalıdır.
9. Ateşleme stapler üzerindeki çift tarafta da bulunan kolların ileri itilmesi ile yapılmalıdır.
10. Tek taraftan ateşleme yaparken diğer yüzeydeki kol staplere paralel konuma gelip ateşleme işlemini kolaylaştıracak yapıda tasarlanmış olmalıdır.
11. Ateşleme bittikten sonra staplerin anvil ve kartuş bacaklarının birbirinden ayrılması arkasında bulunan butona basılarak sağlanmalıdır.
12. Steril pakette bir adet stapler ve üzerinde bir adet yüklenmiş kartuş bulunmalıdır.
13. Steril paketli malzeme en az 3 yıl miadlı olmalı ve ürün bilgileri streil paket üzerinde orijinal baskı ile belirtilmelidir.
14. Üretici firma teklif edilen malzemeye yazılı olarak garanti vermelidir.
15. Malzemeyi teklif eden firma distribütörlük veya yetkili satıcı belgesini ibraz etmelidir.
16. **Ürün değerlendirilmesinde dikkate alınacak husus (hastanemizdeki 55 mm ethicon markalı kartuşlara uyumlu )olmasıdır.**

  
Dr. Murat MERT  
Cerrahi Uzmanı  
Ersin Arslan E.A. Hastanesi  
D. Erşin Arslan E.A. Hastanesi  
GAZİANTEP  
Dip. Tes. No: 108620

  
Dr. Mustafa KAYA  
Cerrahi Uzmanı  
Ersin Arslan E.A. Hastanesi  
D. Erşin Arslan E.A. Hastanesi  
GAZİANTEP  
Dip. Tes. No: 30838

  
Op. Dr. Mustafa KAYA  
Cerrahi Onkoloji Uzmanı  
Dip. Tes. No: 136421-102936  
Dr. Erşin Arslan E.A. Hastanesi  
GAZİANTEP

## DAİRESEL (SİRKÜLER)STAPLER 33MM

1. Disposable olmalıdır.
2. Steril orijinal ambalajında olmalıdır.
3. Stapler, aynı anda daire şeklinde çift sıra zımba atma ve iç dairenin ortasını da kesme işi (uç uca anastomoz) yapabilmelidir.
4. Staplerin başı: kıvrık, kilitleme uçlu ve çıkabilir olmalıdır.
5. İkili stapler tekniği için geliştirilmiş trokar shaftı olmalıdır.
6. Ateşleme işleminin tamamlandığını gösteren, cerrahın duyabileceği yükseklikte bir ses verme özelliği olmalıdır.
7. Kullanılan zımbaların materyeli titanyum olmalıdır.
8. Zımba eni en az 4.0mm, bacak uzunluğu en az 5.5mm olmalıdır.
9. Zımba telinin çapı en fazla 0.28mm olmalıdır.
10. Farklı doku kalınlığına göre kapalı zımba yüksekliği 1.0mm ile 2.5mm arasında ayarlanabilmelidir.
11. Bıraktığı lümen çapı en az 24.4mm olmalıdır.
12. Staplerin içindeki zımba sayısı en fazla 28 olmalıdır.
13. İstenmeden ateşlemenin engellenmesi için, tutaç üzerinde bir güvenlik kolu olmalıdır.
14. Ürün seçimine numuneler değerlendirilerek karar verilecektir.

Op. Dr. Zekiye SATMA  
Genel Cerrahi Uzm.  
Zul.

Op. Dr. Hüseyin Cahit YALÇIN  
Genel Cerrahi Dr. Öğretim Üyesi  
Etiler Anıtaşı Eğitim ve Araştırma Hastanesi  
0312 201 2000 - Dışi Tescil No: 200828 / CAZ/14/112

## DİSPOSABLE CERRAHİ ÖRTÜ SETİ ŞARTNAMESİ

1-Set içeriği aşağıdaki gibi olmalıdır.

A)1 adet yapışkan bantlı Anestezi örtü 150x240 cm

B)1 adet 150 cm +/- 5 cm x 200 cm +/- 5 cm ebadında Alet Masa Örtüsü:

Üstünde medikal nonwoven malzemenen takviyesi olan polietilen malzemenen yapılmış olmalıdır.

Alet masanın tam ortasında kaymayı önleyici bir bant olmalıdır.

C)1 Adet Yan bantlı ayak örtüsü 150x180 cm

D)2 Adet yan bantlı örtü 100x120 cm

E)1 Adet Mayo Masa örtüsü 75x145 cm

2)Setler,medikal amaçlı nonwomen kumaştan üretilmiş olup, cerrahi operasyonlarında kullanılabilir tek kullanımlık steril özellikte olmalıdır.

3)Hasta örtülerinde üst katı emici alt katı sızdırmaz malzemeler kullanılmalı, ameliyat esnasında oluşacak kan,alkol veya bu özellikteki sıvıların tamamını absorbe edebilecek medikal nonwoven malzemenen üretilmiş olmalıdır.Tüm örtülerde kullanılan malzemeler üst katı çok emici materyalden mamul en alt pe (nylon) malzemenen olmalıdır.

4)PE malzemenen mamül en alt katı hastaya sıvı teması olmaması için kesinlikle nylon olmalı terletmeyen kumaştan olmalıdır.

5)Örtülerde kullanılan cilde yapıştırılacak bantlar non-alerjik ve medikal kullanıma uygun olmalıdır, bantlar sıvı ile temastan sonra ve terlemeye bağlı olarak yapışkanlığını kaybetmemelidir.

6) Örtüler gerektiğinde steril olmayan bir kişinin rahatça serebilmesine olanak verecek şekilde katlanmış olmalıdır.

7)Tüm set içeriği alet masa örtüsüne bohçalanmalıdır.

8)Set alet masa örtüsüne sarılı olarak bir yüzü şeffaf fiilen diğer yüzü medikal kağıttan imal edilmişse sterilizasyon poşetlerine konulmalıdır.

9) Set etilenoksit yöntemi ile steril edilmelidir.

10) Set etiketi üzerinde üretim bilgisi ve son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.

11) Ürün denendikten sonra karar verilecektir.

**Op.Dr. Murat ÖZ**  
Genel Cerrahi Uzmanı  
Dip.Tes.No: 75039  
Dr.Ersin Arslan E.A.Hastanesi GAZİANTEP

**Op. Dr. Serdar ÜNER**  
Dr. Ersin Arslan Eğt. ve Arş. Hast  
Ortopedi ve Travmatoloji  
Uzmanı  
Dip. Tes. No: 124631

**Op.Dr. Hakan AKSÜT**  
Dr.Ersin Arslan Eğitim ve  
Araştırma Hastanesi  
Ortopedi Uzmanı  
Dip. Tes. No: 7164-108975