

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

30.07.2021

İhale Kodu :19924
Sayı :53117430/
Konu :Teklif Mektubu

SAYIN

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun esas ve hükümlerine göre satın alınacaktır.Firmanız tarafından temini mümkün ise piyasa araştırmasına esas olmak üzere; Hastanemize **KDV Hariç** fiyat verilmesini rica ederim.

AÇIKLAMALAR

- 1.Teklif mektuplarına cevapların Hastanenin yada firmanın antetli kağıtlara yazılması,
 - 2.İlgili firma tarafından kaşelenmesi, noter tasdiklivekalet verilmiş yetkili kişi tarafından imzalanması,
 - 3.Teklifin yapıldığı tarihin belirtilmesi,
 - 4.Teklif edilen fiyatlarda herhangi bir oynama ve düzeltme yapılmaması,
 - 5.Yüklenici firma malzeme tesliminde garanti belgesi ve satış sonrası hizmet yeterlilik belgesini getirmek zorundadır.
 - 6.Firma teklif mektubunda Marka ve UBB belirtmek zorundadır.
 - 7.Teklif edilen ürünlerde Sağlık Bakanlığı Onaylı ve T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) kayıtlı olmalıdır.Teklif veren isteklilerin teklif ettiği ürünün tedarikçi firma tanımlayıcı numarası veya teklif ettiği ürünün bayisi olduğuna dair bayi tanımlayıcı numarası olmalıdır.
 - 8.Teklif edilen ürünlerin ticari markası, modeli TİTUBB barkod numarası ve Firma ve/veya Bayi Tanımlayıcı numarası teklif sıra numarasına göre liste halinde ihale dosyasında verilecektir.
 - 9.Ekteki teknik şartnameye göre teklif verilecektir.
- NOT : Tekliflerde Karalama ve Daksil Kesinlikle Olmayacaktır.
Teklifler imza firma kaşesi olması şartıyla **04.08.2021** tarih saat **10:00**kadar ersinihale@gmail.com adresine ya da (342) 221 0142 nolu numaraya fax ile gönderilebilir.

Telefon : 342 221 0700
Faks : 342 221 0142
Mail : ersinihale@gmail.com


Vedat ARSLAN
İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.

S.No	Malzeme Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	TURNİKE CİHAZI YÖNLENDİRİCİ VALFİ	Adet	2		
Genel Toplam (KDV Hariç)					

NOT : SUT kapsamında olan ürünler için SGK'da geri ödeme alınamazsa veya eksik alınırsa firmaya rücu edilecektir.

Teklif Mektubuna Esas Fiyat Bildiren Firmanın

Adı		Firma Yetkilisi
Adresi		
Telefon		Kaşe ve İmza
Faks		
Vergi D.No		



T.C.
GAZİANTEP VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
DR.ERSİN ARSLAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

**TURNİKE CİHAZI YÖNLENDİRİCİ VALF YEDEK PARÇA
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

KONU:

Hastanemiz elektif ameliyathane ünitesinde bulunan turnike cihazı için yönlendirici valf parça istemi işlemini konu alır.

- **TURNİKE CİHAZI YÖNLENDİRİCİ VALFİ 2 ADET**

GENEL AÇIKLAMA:

- Parçayı verecek firmanın TSE den alınmış TS 12426 standartlarına göre Hizmet Yeri Yeterlilik ve Yetki belgesine sahip olmalıdır. Bu belgeyi hastanemize ibraz edecektir.
- Verilen parça VBM Marka 5000ELC Model Turnike cihazına tam uyumlu olmalıdır.
- İstemi yapılan parça orijinal olmalıdır.
- Yönlendirici valf üç ayaklı olacak.
- VBM 5000 model cihaza uyumlu olacak
- Valf distal ve proksimal düğmeyi çalıştıracak
- Verilecek parça orijinal kutusunda olmalıdır.
- 5 adet 3 yollu pnömatik ayırıcı ve 2 metre cihaza uyumlu pnömatik hortum valfin yanında verilecektir
- Teslimat sonunda, biyomedikal tarafından cihazın parçası montajı ve çalışma performansı test edilecektir.
- Verilen parça 6 ay garantili olmalıdır.
- Teklif edilen parça biyomedikal nezdinde kullanıcı tarafından denenip uygun bulunduğu takdirde onayı verilecektir.

Op.Dr.H. Ozan Türkeren
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 124631
Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C.S.B. Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Op. Dr. Mehmet Valf KASKINBIÇKI
Ortopedi ve Travmatoloji Uzm.
El Cerrahi Uzm.
Dip. Tes. No : 128652

Op. Dr. Serdar ÜNER
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 124631