

T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü  
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

02.08.2021

İhale Kodu :19965  
Sayı :53117430/  
Konu :Teklif Mektubu

**SAYIN**

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun esas ve hükümlerine göre satın alınacaktır.Firmanız tarafından temini mümkün ise piyasa araştırmasına esas olmak üzere; Hastanemize **KDV Hariç** fiyat verilmesini rica ederim.

**AÇIKLAMALAR**

- 1.Teklif mektuplarına cevapların Hastanenin yada firmanın antetli kağıtlara yazılması,
- 2.İlgili firma tarafından kaşelenmesi, noter tasdikli vekalet verilmiş yetkili kişi tarafından imzalanması,
- 3.Teklifin yapıldığı tarihin belirtilmesi,
- 4.Teklif edilen fiyatlarda herhangi bir oynama ve düzeltme yapılmaması,
- 5.Yüklenici firma malzeme tesliminde garanti belgesi ve satış sonrası hizmet yeterlilik belgesini getirmek zorundadır.
- 6.Firma teklif mektubunda Marka ve UBB belirtmek zorundadır.
- 7.Teklif edilen ürünlerde Sağlık Bakanlığı Onaylı ve T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) kayıtlı olmalıdır.Teklif veren isteklilerin teklif ettiği ürünün tedarikçi firma tanımlayıcı numarası veya teklif ettiği ürünün bayisi olduğuna dair bayi tanımlayıcı numarası olmalıdır.

8.Teklif edilen ürünlerin ticari markası, modeli TİTUBB barkod numarası ve Firma ve/veya Bayi Tanımlayıcı numarası teklif sıra numarasına göre liste halinde ihale dosyasında verilecektir.

9.Ekteki teknik şartnameye göre teklif verilecektir.

NOT : Tekliflerde Karalama ve Daksil Kesinlikle Olmayacaktır.

Teklifler imza firma kaşesi olması şartıyla **05.08.2021** tarih saat **10:00** kadar ersinihale@gmail.com adresine ya da (342) 221 0142 nolu numaraya fax ile gönderilebilir.

Telefon : 342 221 0700

Faks : 342 221 0142

Mail : ersinihale@gmail.com

  
**Müslüm ALTUN**  
**İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.**

S.N	Malzeme Adı	Miktar	Birimi	UBB - UTS	SUT KODU	Birim Fiyatı	ToplamTutar
1	İDRAR TORBASI,STERİL,MUSLU KLU,2000 ML	15000	Adet				
<b>Genel Toplam (KDV Hariç)</b>							

NOT : SUT kapsamında olan ürünler için SGK'da geri ödeme alınamazsa veya eksik alınırsa firmaya rücu edilecektir.

**Teklif Mektubuna Esas Fiyat Bildiren Firmanın**

Adı		Firma Yetkilisi
Adresi		
Telefon		Kaşe ve İmza
Faks		
Vergi D.No		

## STERİL İDRAR TORBASI MUSLUKLU

1. Tıbbi PVC den yapılış olmalıdır.
2. 2000 ml kapasiteli olmalıdır
3. Musluklu olup, musluk kısmı ileri-geri hareketle çalışmakta, musluk kendiliğinden açılmamakta ve idrarı aşağı sızdırmamalı, Torbanın üst kısmında askı delikleri bulunmalı, idrar torbası askıları takılmak için askı delikleri kendiliğinden açık olmalı, delik işaretli kısmına askıyı takarken aşırı güç gerektirmemelidir.
4. Torba 50ml aralıklarla dereceli olmalı, 500 ml de bir rakam ile dereceler yazılmış olmalı, idrar miktarı doğru ölçülmelidir.
5. Sondaya takılan ucu tam oturmalı, sondayla uyumlu olmalı, kendiliğinden çıkmamalıdır.
6. Örnek alma portu bulunmalıdır.
7. Tek tek paketlenmelidir.
8. Torba ve hortum şeffaf olmalı, idrar geçerken hortumun ve torbanın etken maddesi idrarın rengini değiştirmemelidir.
9. Hortum uzunluğu yeterli olmalı, hasta yatarken sonda ile torba arasındaki hortum gerilme ve çekme yapmamalıdır.
10. İdrar yer çekimi ile torbaya rahatlıkla dolabilmelidir.
11. İdrar torbasında torba ve hortum kısmı bir bütün olmalıdır.

**Mahir GÜLER**  
Sağlık Memuru  
Servis Sorumlusu

**Ayşe Berna APA**  
Göğüs Hastalıkları Uzmanı  
Dip. Tes. No: 1080  
Sicil No: 1264  
Dr. Ersin Arslan  
Göğüs Hastalıkları Hastanesi

**Uzm. Dr. Ali ÇETİNKAYA**  
Dr. Ersin Arslan Uzmanı  
Göğüs Hastalıkları Uzmanı  
Dip. Tes. No: 2880732275