

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

9.08.2021

İhale Kodu :19989
Sayı :53117430/
Konu :Teklif Mektubu

SAYIN

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun esas ve hükümlerine göre satın alınacaktır.Firmanız tarafından temini mümkün ise piyasa araştırmasına esas olmak üzere; Hastanemize **KDV Hariç** fiyat verilmesini rica ederim.

AÇIKLAMALAR

- 1.Teklif mektuplarına cevapların Hastanenin yada firmanın antetli kağıtlara yazılması,
- 2.İlgili firma tarafından kaşelenmesi, noter tasdiklivekalet verilmiş yetkili kişi tarafından imzalanması,
- 3.Teklifin yapıldığı tarihin belirtilmesi,
- 4.Teklif edilen fiyatlarda herhangi bir oynama ve düzeltme yapılmaması,
- 5.Yüklenici firma malzeme tesliminde garanti belgesi ve satış sonrası hizmet yeterlilik belgesini getirmek zorundadır.
- 6.Firma teklif mektubunda Marka ve UBB belirtmek zorundadır.
- 7.Teklif edilen ürünlerde Sağlık Bakanlığı Onaylı ve T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) kayıtlı olmalıdır.Teklif veren isteklilerin teklif ettiği ürünün tedarikçi firma tanımlayıcı numarası veya teklif ettiği ürünün bayisi olduğuna dair bayi tanımlayıcı numarası olmalıdır.
- 8.Teklif edilen ürünlerin ticari markası, modeli TİTUBB barkod numarası ve Firma ve/veya Bayi Tanımlayıcı numarası teklif sıra numarasına göre liste halinde ihale dosyasında verilecektir.
- 9.Ekteki teknik şartnameye göre teklif verilecektir.

NOT : Tekliflerde Karalama ve Daksil Kesinlikle Olmayacaktır.

Teklifler imza firma kaşesi olması şartıyla **11.08.2021** tarih saat **10:00**kadar ersinihale@gmail.com adresine ya da (342) 221 0142 nolu numaraya fax ile gönderilebilir.

Telefon : 342 221 0700
Faks : 342 221 0142
Mail : ersinihale@gmail.com


Müslüm ALTUN
İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.

S.No	Malzeme Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	HAVALI YATAK /ESKAR A+B SİSTEM	Adet	100		
Genel Toplam (KDV Hariç)					

NOT : SUT kapsamında olan ürünler için SGK'da geri ödeme alınmazsa veya eksik alınırsa firmaya rücu edilecektir.

Teklif Mektubuna Esas Fiyat Bildiren Firmanın

Adı		Firma Yetkilisi
Adresi		
Telefon		Kaşe ve İmza
Faks		
Vergi D.No		

HAVALI YATAK / ESKAR A+B SİSTEM (HAVALI YATAK) ŞARTNAMESİ

- 1 - Yatak anti-dekibütüs özelliğine sahip olmalıdır.
- 2 - Hastanın vücut şekline göre ayarlanabilen basınç özelliği olmalıdır.
- 3 - Yatak, ventilasyon özelliğine sahip olmalıdır.
- 4 - Yatak A-B tipinde olmalıdır.
- 5 - Hızlı hava boşaltım CPR valfine sahip olmalıdır.
- 6 - Havalı yatak elektrikli motor ile çalışmalıdır.
- 7 - Yatak motoru kolay taşınabilen ve hasta karyolasına sabitlenebilmek üzere demir kancalı olmalıdır.
- 8 - En az 120 kg taşıma kapasitesine sahip olmalıdır.
- 9 - Yatak boyutları 200(±10) x 90(±5) cm (şişirilmiş) olmalıdır
- 10 - Yatak; anti alerjik, anti bakteriyel ve su geçirmez yapıda olmalıdır.üzerinde ayrıca sıvı geçirmez örtü ile örtülü olup kaymayı engelleyecek cırt cırt ile alttaki mindere sabitlenmelidir ve/veya çitçit ile alttaki şilteyi sabitlenebilir kılıfı olmalıdır.
- 11 - PVC 3PLY malzemeden üretilmiş olmalıdır
- 12 - Dolaşım süresi 10 Dak.olmalıdır
- 13 - Hava akışı 4.5-5.51/Dak.olmalıdır
- 14 - Basınç ağırlığı 15-20 kPA olmalıdır
- 15 - Teklif edilen ürünün UBB veya ÜTS kaydı bulunmalıdır.
- 16 - Malzemeyi temin edecek firmanın yetkili bayi belgesi ibraz etmesi gerekmektedir.
- 17 - Teklif edilecek ürün ile ilgili onay numune değerlendirildikten sonra yapılacaktır.

Han Ferid 54
Hemşire

Sevgi YÜZBAŞIOĞLU
GYBÜ Sorumlu Hemşire
Şek. H. H. H. H.

Derya ÇINAR
Genel Yoğun Bakım
Sorumlu Hemşire

Uzm. Dr. Sinem YALÇIN BAYRAKÇI
Yoğun Bakım Uzmanı
Dip. No: 5065 - Uzm. Tescil No: 144911
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi