

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

10.08.2021

İhale Kodu : 19999
Sayı : 53117430/
Konu : Teklif Mektubu

SAYIN

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun esas ve hükümlerine göre satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise piyasa araştırmasına esas olmak üzere; Hastanemize **KDV Hariç** fiyat verilmesini rica ederim.


AÇIKLAMALAR

1. Teklif mektuplarına cevapların Hastanenin yada firmanın antetli kağıtlara yazılması,
2. İlgili firma tarafından kaşelenmesi, noter tasdikli vekalet verilmiş yetkili kişi tarafından imzalanması,
3. Teklifin yapıldığı tarihin belirtilmesi,
4. Teklif edilen fiyatlarda herhangi bir oynama ve düzeltme yapılmaması,
5. Yüklenici firma malzeme tesliminde garanti belgesi ve satış sonrası hizmet yeterlilik belgesini getirmek zorundadır.
6. Firma teklif mektubunda Marka ve UBB belirtmek zorundadır.
7. Teklif edilen ürünlerde Sağlık Bakanlığı Onaylı ve T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) kayıtlı olmalıdır. Teklif veren isteklilerin teklif ettiği ürünün tedarikçi firma tanımlayıcı numarası veya teklif ettiği ürünün bayisi olduğuna dair bayi tanımlayıcı numarası olmalıdır.
8. Teklif edilen ürünlerin ticari markası, modeli TİTUBB barkod numarası ve Firma ve/veya Bayi Tanımlayıcı numarası teklif sıra numarasına göre liste halinde ihale dosyasında verilecektir.
9. Ekteki teknik şartnameye göre teklif verilecektir.

NOT : Tekliflerde Karalama ve Daksil Kesinlikle Olmayacaktır.

Teklifler imza firma kaşesi olması şartıyla **13.08.2021** tarih saat **10:00** kadar ersinihale@gmail.com adresine ya da (342) 221 0142 nolu numaraya fax ile gönderilebilir.

Telefon : 342 221 0700
Faks : 342 221 0142
Mail : ersinihale@gmail.com


Müslüm ALTUN
İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.

S.N	Malzeme Adı	Miktar	Birimi	UBB - UTS	SUT KODU	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	ÜSTTEN YÜKSEK YOĞUNLUKLU YENİDOĞAN LED FOTOTERAPİ CİHAZI	10	Adet				
Genel Toplam (KDV Hariç)							

NOT : SUT kapsamında olan ürünler için SGK'da geri ödeme alınmazsa veya eksik alınırsa firmaya rücu edilecektir.

Teklif Mektubuna Esas Fiyat Bildiren Firmanın

Adı		Firma Yetkilisi
Adresi		
Telefon		Kaşe ve İmza
Faks		
Vergi D.No		



T.C.

**GAZİANTEP VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ**

Dr.Ersin ARSLAN Eğitim ve Araştırma Hastanesi

**FOTO TERAPİ CİHAZLARI, MONTE EDİLEBİLİR TAŞINABİLİR
LED KAYNAKLI PEDİATRİK FOTOTERAPİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Cihaz yeni doğanlara fototerapi tedavisi uygulamaya imkan verecek şekilde tasarlanmış olmalıdır.
2. Cihazın ön tarafında en az 4 inç lik renkli TFT veya LCD ekran olmalıdır.
3. Cihaz kuvöz kanopisi üzerine koyularak kullanılabilir.
4. Cihaz taşıma kolaylığı açısından en fazla 2,3 kg olmalıdır.
5. Cihazın ölçüleri kullanım kolaylığı açısından en fazla 25x40x15 cm olmalıdır.
6. Cihaz en az 32 adet mavi ışık veren power led lamba içermelidir.
7. Işık şiddeti en yüksek kademe 30 cm mesafeden en az 80 $\mu\text{w}/\text{cm}^2/\text{nm}$ olmalıdır.
8. Işık şiddeti en düşük kademe 30 cm mesafeden en az 17 $\mu\text{w}/\text{cm}^2/\text{nm}$ olmalıdır.
9. İhtiyaca göre ışınlama şiddeti yoğunluğu 5 kademe ayarlanabilmelidir.
10. Lambaların merkez odaklanmasını yapabilmek için cihaz kontrol panelinden aktif edilebilen kırmızı renkli odaklama ışığı olmalıdır.
11. Cihazın açma kapama anahtarı kolay ulaşım açısından cihazın ön tarafında yer almalıdır.
12. Cihaz üzerinde kullanılan led lambaların ömrü en az 20.000 saat olmalıdır.
13. Cihazın aşırı ısınmasını önlemek amacıyla cihazda sessiz fan sistemi olmalıdır.
14. Lambaların toplam kullanım süresi ve tedavi süresi cihazda bulunan LCD veya TFT ekrandan takip edilebilmelidir.
15. Cihazda tedavi süresi ayarlanabilmeli ve cihaz tedavi süresi dolduktan sonra otomatik olarak kapanmalıdır.
16. Cihazda bebeği muayene ederken kullanmak amacı ile en az 15 adet beyaz ledten oluşan muayene lambası özelliği olmalı ve tek tuşla devreye sokulabilmelidir. Muayene lambası devreye girdiğinde mavi ledler sönmelidir.
17. Muayene lambasının ışınlama şiddeti 5 kademe ayarlanabilmelidir.
18. Cihazı kapatmadan tedaviye ara vermek ve tekrar tedaviye kaldığı yerden devam etmek amacıyla sadece mavi ledleri söndürmeye yarayan pause tuşu bulunmalıdır.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Dr. Ersin Arslan Eğit. ve Araştırma Hastanesi
Biyomedikal Teknoloji Uzmanı
SALİHA KAYA
Koruyucu Hekim

Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Biyomedikal Teknoloji Uzmanı
İbrahim Halil UZUN

Yeliz POLAT
Hemşire
Sorumlu Hemşire

19. Cihaz ekranında güncel tarih ve saat bilgisi yer almalıdır. Tarih ve saat ile ilgili ayarlar kullanıcı tarafından da kolaylıkla yapılabilmelidir.
20. Yüklenici firma tarafından temin edilecek cihaz üretici hatalarına karşı en az 2 (iki) yıl garantili olmalıdır.10 yıl süresince ücret karşılığı üretici ve yüklenici firma cihaz arızalarına karşı yedek parça temin edeceğini taahhüt edecektir. Yedek parça fiyat listesi ürün ile teslim edilecektir.
21. Haziran 2015 tarih ve 29397 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyon Hakkında Yönetmelikte bahsi geçen kalibrasyon hizmeti dışında kalan ve yüklenici firma tarafından verilecek kalibrasyonda bakım ve onarım hizmet sözleşmesine dahil edilecektir. Ayrıca,kullanılacak olan yedek parçalar sözleşme kapsamında olacaktır. Sözleşme birim fiyat bedelinin en fazla %5'i olan bu oran idarece uygun görülmesi kaydıyla, bakım ve onarım hizmet alımının 3 yıllık olması durumunda, 3 yıl için toplam en fazla %12 olarak uygulanacaktır.
22. Cihazla birlikte alınan yazılımlar var ise sürekli kontrol edilerek güncel halleri (upgrade) yüklenecektir. Cihaz ile birlikte verilen mevcut yazılımlar son sürüm olmalı, garanti süresi ve idarelerce garanti sonrası sözleşme yapılması durumunda bu süre boyunca da, cihaz ile birlikte verilen yazılımların son sürümleri ücretsiz olarak yüklenecektir.
23. Mevcut cihazın periyodik bakımları (yılda iki kereden daha az olmamak kaydıyla) garanti süresince firma tarafından düzenli yapılacaktır. Cihaza yapılacak her türlü müdahaleden sonra (periyodik bakımlar da dahil olmak üzere) firma mühendisi tarafından en az üç nüsha halinde teknik rapor düzenlenerek sağlık tesisi yöneticisinin belirleyeceği kurum sorumlusuna bir nüshası teslim edilecektir. Garanti süresi boyunca cihazın arızalarını, yapılan müdahaleleri, periyodik bakım ve onarımlarını, cihazın mevcut durumunu içeren yıllık rapor, cihazın kurulumunu takip eden her yıl yüklenici firma tarafından Sağlık Tesisi Yöneticiliğine onaylatılacaktır.
24. Teklif edilen ürüne klinik mühendislik eşliğinde kullanıcıya demosu yapıldıktan sonra alım için onay verilecektir.
25. Yüklenici firma cihaz ile birlikte Türkçe kullanım klavuzunu ve servis kitapçığını teslim edecektir.
26. Cihazın garanti süresi boyunca bakımları, arızaları ve kalibrasyonları firma tarafından ücret talep edilmeden yapılmalıdır.
27. Türkiye ilaç ve tıbbi cihaz ulusal bilgi bankasında (titubb) veya ürün takip sisteminde (üts) kaydı var ise ihale dosyasında belirtilmelidir. Alınacak ürün tıbbi cihaz yönetmeliği 3. Madde (o) bendi gereğince tahsis ve/veya tedavi amaçlı kullanılmalıdır.
28. Sistem en az yıllık %95 uptime (cihaz aktif faaliyet süresi 365 gün üzerinden hesaplanır) olacak şekilde çalışacaktır.Bu süreye ulaşılmaması halinde, ulaşılamayan her süre için garanti ve bakım zamanına iki kat süre eklenecektir.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
Dr.Ersin Arslan Egt.ve Ars. Ust.
Mücahitler Eki Hizmet Binası
Sağlık Hizmetleri
Tekniker

Dr. Ersin Arslan Egitimi
ve Arastirici Hastanasi
Mucahitler Eki Hizmet Binası
Sağlık Hizmetleri
Teknikeri
İbrahim Halil UZUN

Yeliz POLAT
116458
Sağlık Hizmetleri
Hemşire