

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

10.08.2021

İhale Kodu :19992
Sayı :53117430/
Konu :Teklif Mektubu

SAYIN

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun esas ve hükümlerine göre satın alınacaktır.Firmanız tarafından temini mümkün ise piyasa araştırmasına esas olmak üzere; Hastanemize **KDV Hariç** fiyat verilmesini rica ederim.


AÇIKLAMALAR

- 1.Teklif mektuplarına cevapların Hastanenin yada firmanın antetli kağıtlara yazılması,
- 2.İlgili firma tarafından kaşelenmesi, noter tasdiklivekalet verilmiş yetkili kişi tarafından imzalanması,
- 3.Teklifin yapıldığı tarihin belirtilmesi,
- 4.Teklif edilen fiyatlarda herhangi bir oynama ve düzeltme yapılmaması,
- 5.Yüklenici firma malzeme tesliminde garanti belgesi ve satış sonrası hizmet yeterlilik belgesini getirmek zorundadır.
- 6.Firma teklif mektubunda Marka ve UBB belirtmek zorundadır.
- 7.Teklif edilen ürünlerde Sağlık Bakanlığı Onaylı ve T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) kayıtlı olmalıdır.Teklif veren isteklilerin teklif ettiği ürünün tedarikçi firma tanımlayıcı numarası veya teklif ettiği ürünün bayisi olduğuna dair bayi tanımlayıcı numarası olmalıdır.
- 8.Teklif edilen ürünlerin ticari markası, modeli TİTUBB barkod numarası ve Firma ve/veya Bayi Tanımlayıcı numarası teklif sıra numarasına göre liste halinde ihale dosyasında verilecektir.
- 9.Ekteki teknik şartnameye göre teklif verilecektir.

NOT : Tekliflerde Karalama ve Daksil Kesinlikle Olmayacaktır.

Teklifler imza firma kaşesi olması şartıyla **12.08.2021**tarih saat **10:00**kadar ersinihale@gmail.com adresine ya da (342) 221 0142 nolu numaraya fax ile gönderilebilir.

Telefon : 342 221 0700
Faks : 342 221 0142
Mail : ersinihale@gmail.com


Müslüm ALTUN
İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.

S.No	Malzeme Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	HASTA BAŞI MONİTÖRÜ ELEKTRONİK DEVRE KARTI ETCO2 MODÜLÜ	Adet	2		
Genel Toplam (KDV Hariç)					

NOT : SUT kapsamında olan ürünler için SGK'da geri ödeme alınamazsa veya eksik alınırsa firmaya rücu edilecektir.

Teklif Mektubuna Esas Fiyat Bildiren Firmanın

Adı		Firma Yetkilisi
Adresi		
Telefon		Kaşe ve İmza
Faks		
Vergi D.No		



T.C.

**GAZİANTEP VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ**

Dr.Ersin ARSLAN Eğitim ve Araştırma Hastanesi

**HASTA BAŞI MONİTÖRÜ
ELEKTRONİK DEVRE KARTI ETCO2 MODÜLÜ
TEKNİK SARTNAMESİ**

- 1- Modül hastanemiz Anestezi ameliyathanede kullanılan Masimo Marka Noninvasiv hemoglobin cihazına uygun olmalıdır.
- 2- Modül side stream yöntemi ile entidal korbondiyoksit, inspirasyondaki korbondiyoksit değeri solunum sayısının ölçümü yapmalıdır.
- 3- Modül takılınca cihaz, EtCO2 ve FiCO2 trendlerini de izlemeye imkân vermelidir.
- 4- Cihazda arıca gerçek zamanlı kapnografi eğrisi izlenebilmelidir.
- 5- Cihaz Etco2 değerini 10 sn içinde ölçmeye başlayabilmelidir.
- 6- Sistem çeşitli setleri ve maskeleri sayesinde ameliyathane, yoğun bakım, acil servis dahil tüm birimlerde kolay kullanım imkanı sunar.
- 7- Entübe hastaların yanı sıra nazal ve oral maskeleri ile entübe olmayan hastalarda da ölçüm yapabilmelidir.
- 8- Sistem su tutucuya gerek kalmadan kullanılmaya müsait olmalıdır.
- 9- Sistemde nemden kaynaklı tıkanmadan ve çapraz kontaminasyondan koruyucu hidrofobik bakteri filtresi olmalıdır.
- 10- Modülle birlikte verilecek 10 hastada kullanılabilecek kadar hidrofobik bakteri filtresi verilmelidir.
- 11- Haziran 2015 tarih ve 29397 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyon Hakkında Yönetmelikte bahsi geçen kalibrasyon hizmeti dışında kalan ve yüklenici firma tarafından verilecek kalibrasyonda bakım ve onarım hizmet sözleşmesine dahil edilecektir. Ayrıca,kullanılacak olan yedek parçalar sözleşme kapsamında olacaktır. Sözleşme birim fiyat bedelinin en fazla %5'i olan bu oran idarece uygun görülmesi kaydıyla, bakım ve onarım hizmet alımının 3 yıllık olması durumunda, 3 yıl için toplam en fazla %12 olarak uygulanacaktır.
- 12- Teklif edilen ürüne klinik mühendislik eşliğinde kullanıcıya demosu yapıldıktan sonra alım için onay verilecektir.
- 13- Sistem en az yıllık %95 uptime (cihaz aktif faaliyet süresi 365 gün üzerinden hesaplanır) olacak şekilde çalışacaktır.Bu süreye ulaşılmaması halinde, ulaşılamayan her süre için garanti ve bakım zamanına iki kat süre eklenecektir
- 14- Türkiye ilaç ve tıbbi cihaz ulusal bilgi bankasında (titubb) veya ürün takip sisteminde (üts) kaydı var ise ihale dosyasında belirtilmelidir. Alınacak ürün tıbbi cihaz yönetmeliği 3. Madde (o) bendi gereğince tahsis ve/veya tedavi amaçlı kullanılmalıdır.

Sevgi YÜZBAŞIOĞLU
GRG0 Sağlık Müşaviri
Sicil: 1110886

[Handwritten signature]
Dr. Ersin Arslan