

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

10.08.2021

İhale Kodu :19998
Sayı :53117430/
Konu :Teklif Mektubu

SAYIN

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun esas ve hükümlerine göre satın alınacaktır.Firmanız tarafından temini mümkün ise piyasa araştırmasına esas olmak üzere; Hastanemize **KDV Hariç** fiyat verilmesini rica ederim.

AÇIKLAMALAR

- 1.Teklif mektuplarına cevapların Hastanenin yada firmanın antetli kağıtlara yazılması,
- 2.İlgili firma tarafından kaşelenmesi, noter tasdiklivekalet verilmiş yetkili kişi tarafından imzalanması,
- 3.Teklifin yapıldığı tarihin belirtilmesi,
- 4.Teklif edilen fiyatlarda herhangi bir oynama ve düzeltme yapılmaması,
- 5.Yüklenici firma malzeme tesliminde garanti belgesi ve satış sonrası hizmet yeterlilik belgesini getirmek zorundadır.
- 6.Firma teklif mektubunda Marka ve UBB belirtmek zorundadır.
- 7.Teklif edilen ürünlerde Sağlık Bakanlığı Onaylı ve T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) kayıtlı olmalıdır.Teklif veren isteklilerin teklif ettiği ürünün tedarikçi firma tanımlayıcı numarası veya teklif ettiği ürünün bayisi olduğuna dair bayi tanımlayıcı numarası olmalıdır.
- 8.Teklif edilen ürünlerin ticari markası, modeli TİTUBB barkod numarası ve Firma ve/veya Bayi Tanımlayıcı numarası teklif sıra numarasına göre liste halinde ihale dosyasında verilecektir.
- 9.Ekteki teknik şartnameye göre teklif verilecektir.

NOT : Tekliflerde Karalama ve Daksil Kesinlikle Olmayacaktır.

Teklifler imza firma kaşesi olması şartıyla **13.08.2021** tarih saat **10:00**kadar ersinihale@gmail.com adresine ya da (342) 221 0142 nolu numaraya fax ile gönderilebilir.

Telefon : 342 221 0700
Faks : 342 221 0142
Mail : ersinihale@gmail.com


Müslüm ALTUN
İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.

S.No	Malzeme Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	ToplamTutar
1	BLOK LASET ARŞİV DOLABI	Adet	10		
2	LAM ARŞİV DOLABI	Adet	30		
Genel Toplam (KDV Hariç)					

NOT : SUT kapsamında olan ürünler için SGK'da geri ödeme alınmazsa veya eksik alınırsa firmaya rücu edilecektir.

Teklif Mektubuna Esas Fiyat Bildiren Firmanın

Adı		Firma Yetkilisi
Adresi		
Telefon		Kaşe ve İmza
Faks		
Vergi D.No		

BLOK ARŞİV DOLABI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Her dolap 10 çekmeceli, her çekmece 12 bölmeli olmalıdır.
- 2- Her çekmece 400-450 Blok alma kapasitesine sahip olmalıdır.
- 3- Üzerinde blok takibini kolaylaştıracak etiket bulunmalıdır.
- 4- Çekmecelerin tutma kolları kullanım kolaylığı sağlayacak şekilde imal edilmelidir.
- 5- DKP sacdan imal edilmiştir.
- 6- Sac kalınlıkları :
Kasa : 0.6 mm ,
Çekmeceler : 0.6 mm ,
Taşıma sistemleri : 1.0 mm
En:43 Derinlik:50 Yükseklik:55(±2)
- 7- Dolapların boyası elektrostatik fırın boya ile boyanmalıdır.
- 8- Dolaplar taşınırken çizilmeye ve yıpranmaya karşı orijinal ambalaj malzemesiyle paketlenmiş olmalı.paketler üzerine dolaba ait bilgiler ile üretici firmaya ait bilgilerin yer aldığı bilgi etiketi olmalıdır.
- 9- Yerli Malı Belgesi, CE ve ISO Kalite Yönetim belgelerine (ISO 9001:2015 – ISO 13485:2016 – ISO 22716:2016) sahip olmalıdır.

Uzm.Dr. Marina TSAPLINA
Tıbbi Patoloji Uzmanı
Dip.Tes.No: 107511 Uzm.Tes.No: 97590
Dr.Ersin Arslan Eğitim Araştırma Hastanesi

Uz.Dr. DİHA AYERDEN
Tıbbi Patoloji Uzmanı
Dip.Tes.No: 110069 - Uz.Tes.No: 129499
Dr.Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Uzm.Dr. Serayül KARA
Tıbbi Patoloji Uzmanı
Dip.Tes.No: 2523108766
Uzm.Tes.No: 110065/105914
Dr.Ersin Arslan Devlet Hastanesi

2- LAM ARŞİV DOLABI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Her ünite de 12 çekmece bulunmalı.
- 2- Çekmeceler kolayca açılıp kapanır olmalı. Kullanım esnasında takılmamalı
- 3- Her çekmece yaysız 200-220 Preparat alma kapasitesine sahip olmalıdır.
- 4- Üzerinde gruplandırmayı ve takibi kolaylaştıracak etiket bulunmalı.
- 5- Çekmecelerin tutma kolları kullanım kolaylığı sağlayacak şekilde imal edilmiş olmalıdır.
- 6- DKP sacdan imal edilmiştir.

Sac kalınlıkları :

Kasa : 0.8 mm ,

Çekmeceler : 0.6 mm ,

Çekmece altlığı : 1.0 mm

Çekmece kulpları : 1.0 mm

En:43 Boy:42 Yükseklik:13,5

- 7- Her 10 kat için ayak ve kapak takımı verilmelidir.
- 8- Dolapların boyası elektrostatik fırın boya ile boyanmalıdır.
- 9- Dolaplar taşınırken çizilmeye ve yıpranmaya karşı orijinal ambalaj malzemesiyle paketlenmiş olmalı.paketler üzerine dolaba ait bilgiler ile üretici firmaya ait bilgilerin yer aldığı bilgi etiketi olmalıdır.
- 3- Yerli Malı Belgesi, CE ve ISO Kalite Yönetim belgelerine (ISO 9001:2015 – ISO 13485:2016 – ISO 22716:2016) sahip olmalıdır.

Uzm.Dr. Marina TSAPLINA
Tıbbi Patoloji Uzmanı
Dip. Tes.No: 107511 Uzm. Tes.No: 97580
Dr.Ersin Arslan Eğitim Araştırma Hastanesi

Uzm.Dr. Dila AYERDEN
Tıbbi Patoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 60069 - Uz.Tes.No: 129499
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Uzm. Dr. Sevgül KARA
Tıbbi Patoloji Uzmanı
Dip. Tes.No: 25238/287 5
Uzm. Tes.No: 110586/105914
Dr.Ersin Arslan Devlet Hastanesi