

T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü  
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

18.08.2021

İhale Kodu :20040  
Sayı :53117430/  
Konu :Teklif Mektubu

**SAYIN**

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun esas ve hükümlerine göre satın alınacaktır.Firmanız tarafından temini mümkün ise piyasa araştırmasına esas olmak üzere; Hastanemize **KDV Hariç** fiyat verilmesini rica ederim.

**AÇIKLAMALAR**

- 1.Teklif mektupların cevapların Hastanenin yada firmanın antetli kağıtlara yazılması,
- 2.İlgili firma tarafından kaşelenmesi, noter tasdiklivekalet verilmiş yetkili kişi tarafından imzalanması,
- 3.Teklifin yapıldığı tarihin belirtilmesi,
- 4.Teklif edilen fiyatlarda herhangi bir oynama ve düzeltme yapılmaması,
- 5.Yüklenici firma malzeme tesliminde garanti belgesi ve satış sonrası hizmet yeterlilik belgesini getirmek zorundadır.
- 6.Firma teklif mektubunda Marka ve UBB belirtmek zorundadır.
- 7.Teklif edilen ürünlerde Sağlık Bakanlığı Onaylı ve T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) kayıtlı olmalıdır.Teklif veren isteklilerin teklif ettiği ürünün tedarikçi firma tanımlayıcı numarası veya teklif ettiği ürünün bayisi olduğuna dair bayi tanımlayıcı numarası olmalıdır.
- 8.Teklif edilen ürünlerin ticari markası, modeli TİTUBB barkod numarası ve Firma ve/veya Bayi Tanımlayıcı numarası teklif sıra numarasına göre liste halinde ihale dosyasında verilecektir.
- 9.Ekteki teknik şartnameye göre teklif verilecektir.

NOT : Tekliflerde Karalama ve Daksil Kesinlikle Olmayacaktır.

Teklifler imza firma kaşesi olması şartıyla **23.08.2021** tarih saat **10:00**kadar [ersinihale@gmail.com](mailto:ersinihale@gmail.com) adresine ya da (342) 221 0142 nolu numaraya fax ile gönderilebilir.

Telefon : 342 221 0700  
Faks : 342 221 0142  
Mail : [ersinihale@gmail.com](mailto:ersinihale@gmail.com)

  
**Müslüm ALTUN**  
İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.

S.No	Malzeme Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	ToplamTutar
1	OTOMATİK POMPA ŞİRINGASI,DSA İÇİN	Adet	50		
2	KILAVUZ (GUİDİNG) KATETER(KR1142)	Adet	350		
<b>Genel Toplam (KDV Hariç)</b>					

NOT : SUT kapsamında olan ürünler için SGK'da geri ödeme alınmazsa veya eksik alınırsa firmaya rücu edilecektir.

**Teklif Mektubuna Esas Fiyat Bildiren Firmanın**

Adı		Firma Yetkilisi
Adresi		
Telefon		Kaşe ve İmza
Faks		
Vergi D.No		

## KILAVUZ( GUIDİNG) KATETER (KR1142) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-İç çapı en az 0.066 inch olmalı, boyu 100-110 cm olmalı, ucu soft touch ve atravmatik olmalı, gövdesi wire-braided olmalı, iç lümeni PTFE kaplı olmalı, özel pürüzsüz iç yüzeye sahip olmalıdır.

2-Torkabilitesi, itilebilirliği, manevra yeteneği uygun olmalıdır, kateterin kuvvetli hafızası (memory) olmalı, guidewire ile düzeltildikten sonra eski haline gelmelidir.

3-Ucu radyoopak özelliği daha fazla olan materyalden üretilmiş olmalıdır.

4-Proksimalde plastik materyalden üretilmiş standart luer lock konnektör olmalı, French ölçüsü ve curve tipi-numarası belirtilmelidir.

5-Kateter king ve kırılmaya karşı dirençli olmalıdır.

6- Bire bir torque yapabilmelidir, iyi back-up support verebilmelidir.

7-Kissing balon yapmaya uygun iç lümen çapı olmalıdır.

8-Kateterler yan delikli olacaktır.

Aşağıdaki curve ve ebatlardan muhtelif sayılarda alınacaktır.

Firmalar tüm bu kateter çeşitliliğini tek markadan olmak şartıyla sağlamak zorundadır:

JL 3.5

JL 4

JL 4.5

JL5

JL6

JR 3.5

JR4

JR4.5

AL1

AL2

AL3

AR1

AR2

AR3

EKSTRA BACK-UP KATETERLER

LIMA kateteri

Sağ koroner bypass kateteri

Sol koroner bypass kateteri

(6F, 7F seçenekleri olmalıdır)

T.C. Sağlık Bakanlığı  
Gaziantep Dr.Ersin Arslan Eğit. ve Ars. Hast.  
Uzm.Dr.AYŞE SUBAŞI  
Kardiyoloji Uzmanı  
Tescil No:52419

Uzm.Dr.Süleyman SAKALLI  
Kardiyoloji Uzmanı  
Dip.Tel. No:110255  
Dr.Ersin Arslan  
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Uzm.Dr. Veynel Oğuz BARİŞ  
Kardiyoloji Uzmanı  
Dip.Tel. No:157 884 Uzm.Tel.No:120 538  
Dr. Ersin Arslan  
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

KR 2056 OTOMATİK POMPA ŞİRINGASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-150 cc hacminde plastikten yapılmış ve disposabl olmalıdır.
- 2- Ucunda luer için kilit bulunmalı ve ara konnektör vasıtasıyla anjiografi kateterleri ile uyumlu kullanılabilmelidir.
- 3-Yoğunluğu yüksek opak madde pistonun hareketini engellememelidir.
- 4- Kateter laboratuvarımızda bulunan otomatik pompa cihazları ile uyumlu olmalıdır.

T.C. Sağlık Bakanlığı  
Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi  
Uzm. Dr. Ayşe SUBAŞI  
Kardiyojloji Uzmanı  
Teccil No: 82459

Uzm. Dr. Sedat SAKALLI  
Kardiyojloji Uzmanı  
Dip. Tes. No: 110255  
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Uzm. Dr. Feyyaz KURBAN  
Kardiyojloji Uzmanı  
Dip. Tes. No: 157864  
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

## GENEL HÜKÜMLER - GARANTİ VE HİZMET:

- 1- Tüm malzemelerin CE belgesine sahip olması ve paket üzerinde CE ambleminin görülmesi gerekli olup teslim tarihinden itibaren en az 2 yıllık sterilizasyon tarihine sahip olmalıdır.
- 2- Tüm malzemeler tek tek, steril orijinal paketlerde ambalajlanmış olmalı, paketler üzerinde üretici firma ile ithalatçı firmaların ad ve adresi, ürünün katalog ve Lot numarası, üretim ve son kullanma tarihi ile sterilizasyon şekli, özellikle balon ve stent kateterlerde stok kontrolü sağlamak amacıyla yeterli sayıda sticker (yapışkan etiket) bulunacaktır. Çift etiketlendirmeler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 3- Firmalar, malzemeleri ileride belirecek ihtiyaca göre, en geç sterilizasyon bitim tarihinden 6 ay önce verilmesi kaydıyla, kendi grubunda farklı çap ve boyuttaki malzemeler ile (en az 1 yıl miadlı olmak şartıyla) bedelsiz olarak değiştireceklerdir. Bu değiştirme işlemi en geç 30 gün içinde sağlanmalıdır. Firmalar, stent, balon kateter, guidewire, diyagnostik ve guiding kateterlerin ayrıca diğer kalemlerinde teknik şartnamede belirlenen tüm çeşitlerini ve ebatlarını istenilen miktarlarda malzeme tesliminde temin edeceklerdir.
- 4- Tüm malzemelerde bozuk, deforme, kırık, üretim hatası olan ve sterilizasyonu veya ambalajı bozulmuş olanları 30 gün içinde değiştirmeyi firmaların taahhüt etmeleri gereklidir.
- 5- Firmalar şartnamede belirtilen hususlar çerçevesinde teslim edecekleri tüm ebatların UBB numaralarını teklif zarfına eklemek zorundadırlar.
- 6- Malzemeler ihale teslim süresi boyunca birimin ihtiyacı çerçevesinde belirli miktarlarda temin edilecektir.
- 7- Ürünler sipariş tarihi itibarıyla 10(on) iş günü içerisinde teslim edilmek zorunda olup aksi takdirde ihale hükümleri gereğince cezai işlem uygulanacaktır.
- 8- Teklif edilen ürünler ÜTS sistemine kayıtlı olmalıdır.
- 9- Ürünlere teklifte bulunan firmalar yukarıda belirtilen hususları yerine getirmekle mükelleftirler.
- 10- Burada belirtilmeyen hususlar hakkında idari şartname hükümleri geçerlidir.
- 11- **ÜRÜNLER NUMUNE DEĞERLENDİRİLMESİ YAPILARAKTAN DEĞERLENDİRİLMEMEYE TABİ TUTULACAKTIR.**

T.C. Sağlık Bakanlığı  
Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğt. ve Arş. Hast.  
Uzm. Dr. Ayşe SÜBÜŞÜ  
Kardiyoloji Uzmanı  
Tescil No: 32189

Uzm. Dr. Serkan SAKALLI  
Kardiyoloji Uzmanı  
Dip. Tescil No: 110255  
Dr. Ersin Arslan  
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Uzm. Dr. Veynel Özgür BARIŞ  
Kardiyoloji Uzmanı  
Dip. Tescil No: 157864  
Dr. Ersin Arslan  
Eğitim ve Araştırma Hastanesi