

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

6.09.2021

İhale Kodu :20128
Sayı :53117430/
Konu :Teklif Mektubu

SAYIN

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun esas ve hükümlerine göre satın alınacaktır.Firmanız tarafından temini mümkün ise piyasa araştırmasına esas olmak üzere; Hastanemize **KDV Hariç** fiyat verilmesini rica ederim.

AÇIKLAMALAR

- 1.Teklif mektuplarına cevapların Hastanenin yada firmanın antetli kağıtlara yazılması,
- 2.İlgili firma tarafından kaşelenmesi, noter tasdiklivekalet verilmiş yetkili kişi tarafından imzalanması,
- 3.Teklifin yapıldığı tarihin belirtilmesi,
- 4.Teklif edilen fiyatlarda herhangi bir oynama ve düzeltme yapılmaması,
- 5.Yüklenici firma malzeme tesliminde garanti belgesi ve satış sonrası hizmet yeterlilik belgesini getirmek zorundadır.
- 6.Firma teklif mektubunda Marka ve UBB belirtmek zorundadır.
- 7.Teklif edilen ürünlerde Sağlık Bakanlığı Onaylı ve T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) kayıtlı olmalıdır.Teklif veren isteklilerin teklif ettiği ürünün tedarikçi firma tanımlayıcı numarası veya teklif ettiği ürünün bayisi olduğuna dair bayi tanımlayıcı numarası olmalıdır.
- 8.Teklif edilen ürünlerin ticari markası, modeli TİTUBB barkod numarası ve Firma ve/veya Bayi Tanımlayıcı numarası teklif sıra numarasına göre liste halinde ihale dosyasında verilecektir.
- 9.Ekteki teknik şartnameye göre teklif verilecektir.

NOT : Tekliflerde Karalama ve Daksil Kesinlikle Olmayacaktır.

Teklifler imza firma kaşesi olması şartıyla **10.09.2021**tarih saat **10:00**kadar ersinihale@gmail.com adresine ya da (342) 221 0142 nolu numaraya fax ile gönderilebilir.

Telefon : 342 221 0700
Faks : 342 221 0142
Mail : ersinihale@gmail.com


Vedat ARİKAN
İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.

S.No	Malzeme Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	BASINÇ İZLEME SETİ,TEKLİ(TRANSDUSER)	Adet	100		
Genel Toplam (KDV Hariç)					

NOT : SUT kapsamında olan ürünler için SGK'da geri ödeme alınmazsa veya eksik alınırsa firmaya rücu edilecektir.

Teklif Mektubuna Esas Fiyat Bildiren Firmanın

Adı		Firma Yetkilisi
Adresi		
Telefon		Kaşe ve İmza
Faks		
Vergi D.No		

SMT1010 BASINÇ İZLEME SETİ TEKLİ (TRANSDUSER)

SMT Temel İşlevi:	1. Arter/venöz damar içi kan basıncını monitörize etmek amacıyla kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.
SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:	2. Sistem 1(bir) adet serum seti,1(bir) adet transducer,1 (bir) adet basınç hattı ve 1(bir) adet üç yollu musluğun birleşmesinden meydana gelmelidir 3. Basınç hatları ve infüzyon hattı kink-resistan olmalı, basınç hatları çok iyi frekans cevabı veren ve PVC olmalıdır. 4. Kıvrılmaya karşı dirençli luer-lock uygulamalı PVC den üretilmiş olmalıdır.
Teknik Özellikleri:	5. Transducer' den sonra en az 120 cm' lik basınç izleme hatları, arada 1 adet üç yollu musluk ve 30 cm.'lik bir basınç izleme hatları daha olmalıdır. 6. Transducer aynı serum hattından beslenecektir. Serum bağlantısı için 1 makrodrip hazne içermeli, makrodrip hazne ile transducer arası en az 120 cm uzunluğunda transduceri besleyen infüzyon seti olmalıdır. Serum hattının üzerinde akışı ayarlamak için roller klemp bulunmalıdır. 7. Bu sistem kontaminasyona fırsat vermeyecek şekilde doğru ve emniyetli dizayn edilmiş olmalıdır. 8. Serum setinin distal hatları basınç, kırılma ve bükülmelere karşı dayanıklı olmalıdır. 9. Basınç hatları üzerinde hatların kolay ayırt edilebilmesi için kırmızı (Arter) çizgisi olmalıdır. 10. Bağlantı hattı tüm kateterler ile uyumlu olmalıdır. 11. Hastanelerde bulunan monitörler ile uyumlu olması amacıyla her bir monitör için (ameliyathane, yoğun bakım vb.) 1 adet olmak üzere IBP ara kablosu konsinye olarak verilmelidir. Bu kablolar işin süresi sonunda veya setlerin tamamı tükendiğinde yüklenici firmaya iade edilecektir.
Genel Hükümler:	12. 100 adet set başına sete uygun bir adet çiftli sehpa ve bir adet sabitleyici askılık verilmelidir 13. Her setin içine veya steril tekli paketlerde en az 3 adet yedek kapak verilmelidir. 14. Steril paketli, kolay açılabilir olmalıdır. 15. Ürünün son kullanma tarihi ambalaj üzerinde olmalıdır.

Uzm.Dr.Esin YARDIM
Yoğun Bakım Uzmanı
Dip.Tes.No: 145305
Dr.Ersin Arslan E.A.H.

Uzm.Dr.Hayva ALNİKİZİL
Yoğun Bakım Uzmanı
p. No:145239/Uzm.Tescil No:138165
Dr.Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sevgi YÜZBAŞIOĞLU
GYBÜ Sorumlu Hemşire
Sicil: H110986