

## KR1171 PERKÜTAN TRANSLÜMİNAL MİTRAL VALVULOPLASTİ BALON KATETER VE DİĞER AKSESUARLARI (SET) TEKNİK ŞARTNAMESİ

Balon Mitral Valvuloplasti Kateter setleri 24 mm, 26 mm, 28 mm ve 30 mm ebatlarında seçeneklere sahip olmalıdır. Bölümün belirleyeceği ebatlardan talep edilen miktara uygun bir şekilde paylaştırılacaktır. Set aşağıdaki özelliklere sahip 7 parçadan oluşacaktır:

1. Balon Kateteri: 12 F genişliğinde, 70 cm uzunluğunda olmalıdır.
2. Balon Gerdirme Tüpü (Stretching Tube): 1.2 mm. genişliğinde, 80 cm uzunluğunda olmalıdır.
3. Dilatör: 14 F genişliğinde, 65-75 cm uzunluğunda olmalıdır.
4. Guidewire: 0.025 inch genişliğinde, 170-180 cm uzunluğunda olmalıdır.
5. Stilet: 0.038 inch genişliğinde, 70-90 cm uzunlukta olmalıdır.
6. Şırınga: Balon ebadına özel kademelendirilmiş olacaktır.
7. Ruler: Balon genişliğinin ölçümünde kullanılacaktır.

Uzm. Dr. Emin Arslan KAYA  
Kardiyoloji Uzmanı  
Dip.Tec.No: 169274  
Dr. Erhan Arslan  
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Uzm. Dr. Sedat SAKALLI  
Kardiyoloji Uzmanı  
Dip. Tec. No: 10255  
Dr. Ersin Arslan  
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Uzm. Dr. Veynel Çiğdem BARIŞ  
Kardiyoloji Uzmanı  
Dip.Tec.No: 157684  
Uzm.Tec.No: 120533  
Dr. Ersin Arslan  
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü  
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

13.09.2021

İhale Kodu :20211  
Sayı :53117430/  
Konu :Teklif Mektubu

**SAYIN**

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun esas ve hükümlerine göre satın alınacaktır.Firmanız tarafından temini mümkün ise piyasa araştırmasına esas olmak üzere; Hastanemize **KDV Hariç** fiyat verilmesini rica ederim.

**AÇIKLAMALAR**

- 1.Teklif mektuplarına cevapların Hastanenin yada firmanın antetli kağıtlara yazılması,
- 2.İlgili firma tarafından kaşelenmesi, noter tasikli vekalet verilmiş yetkili kişi tarafından imzalanması,
- 3.Teklifin yapıldığı tarihin belirtilmesi,
- 4.Teklif edilen fiyatlarda herhangi bir oynama ve düzeltme yapılmaması,
- 5.Yüklenici firma malzeme tesliminde garanti belgesi ve satış sonrası hizmet yeterlilik belgesini getirmek zorundadır.
- 6.Firma teklif mektubunda Marka ve UBB belirtmek zorundadır.
- 7.Teklif edilen ürünlerde Sağlık Bakanlığı Onaylı ve T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) kayıtlı olmalıdır.Teklif veren isteklilerin teklif ettiği ürünün tedarikçi firma tanımlayıcı numarası veya teklif ettiği ürünün bayisi olduğuna dair bayi tanımlayıcı numarası olmalıdır.
- 8.Teklif edilen ürünlerin ticari markası, modeli TİTUBB barkod numarası ve Firma ve/veya Bayi Tanımlayıcı numarası teklif sıra numarasına göre liste halinde ihale dosyasında verilecektir.
- 9.Ekteki teknik şartnameye göre teklif verilecektir.

NOT : Tekliflerde Karalama ve Daksil Kesinlikle Olmayacaktır.

Teklifler imza firma kaşesi olması şartıyla **14.09.2021** tarih saat **10:00** kadar ersinihale@gmail.com adresine ya da (342) 221 0142 nolu numaraya fax ile gönderilebilir.

Telefon : 342 221 0700  
Faks : 342 221 0142  
Mail : ersinihale@gmail.com

**Vedat ARIKAN**  
İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.

| S.N                             | Malzeme Adı   | Miktar | Birimi | UBB - UTS | SUT KODU | Birim Fiyatı | ToplamTutar |
|---------------------------------|---|--------|--------|-----------|----------|--------------|-------------|
| 1                               | PERKÜTAN<br>TRANSLÜMİNAL MİTRAL<br>VALVULOPLASTİ<br>SETİ,BALON KATATER VE<br>DİĞER AKSESUARLARI | 1      | Adet   |           |          |              |             |
| <b>Genel Toplam (KDV Hariç)</b> |   |        |        |           |          |              |             |

NOT : SUT kapsamında olan ürünler için SGK'da geri ödeme alınmazsa veya eksik alınırsa firmaya rücu edilecektir.

**Teklif Mektubuna Esas Fiyat Bildiren Firmanın**

|            |  |                 |
|------------|--|-----------------|
| Adı        |  | Firma Yetkilisi |
| Adresi     |  |                 |
| Telefon    |  | Kaşe ve İmza    |
| Faks       |  |                 |
| Vergi D.No |  |                 |