

T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü  
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

14.09.2021

İhale Kodu :20227  
Sayı :53117430/  
Konu :Teklif Mektubu

**SAYIN**

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun esas ve hükümlerine göre satın alınacaktır.Firmanız tarafından temini mümkün ise piyasa araştırmasına esas olmak üzere; Hastanemize **KDV Hariç** fiyat verilmesini rica ederim.

**AÇIKLAMALAR**

- 1.Teklif mektuplarına cevapların Hastanenin yada firmanın antetli kağıtlara yazılması,
- 2.İlgili firma tarafından kaşelenmesi, noter tastikli vekalet verilmiş yetkili kişi tarafından imzalanması,
- 3.Teklifin yapıldığı tarihin belirtilmesi,
- 4.Teklif edilen fiyatlarda herhangi bir oynama ve düzeltme yapılmaması,
- 5.Yüklenici firma malzeme tesliminde garanti belgesi ve satış sonrası hizmet yeterlilik belgesini getirmek zorundadır.
- 6.Firma teklif mektubunda Marka ve UBB belirtmek zorundadır.
- 7.Teklif edilen ürünlerde Sağlık Bakanlığı Onaylı ve T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) kayıtlı olmalıdır.Teklif veren isteklilerin teklif ettiği ürünün tedarikçi firma tanımlayıcı numarası veya teklif ettiği ürünün bayisi olduğuna dair bayi tanımlayıcı numarası olmalıdır.
- 8.Teklif edilen ürünlerin ticari markası, modeli TİTUBB barkod numarası ve Firma ve/veya Bayi Tanımlayıcı numarası teklif sıra numarasına göre liste halinde ihale dosyasında verilecektir.
- 9.Ekteki teknik şartnameye göre teklif verilecektir.

NOT : Tekliflerde Karalama ve Daksil Kesinlikle Olmayacaktır.

Teklifler imza firma kaşesi olması şartıyla **17.09.2021** tarih saat **10:00** kadar ersinihale@gmail.com adresine ya da (342) 221 0142 nolu numaraya fax ile gönderilebilir.

Telefon : 342 221 0700

Faks : 342 221 0142

Mail : ersinihale@gmail.com

  
Vedat ARIKAN  
İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.

S.N	Malzeme Adı	Miktar	Birimi	UBB - UTS	SUT KODU	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	VENÖZ PORT KATETER (MUHTELİF NUMARALAR)	40	Adet				
<b>Genel Toplam (KDV Hariç)</b>							

NOT : SUT kapsamında olan ürünler için SGK'da geri ödeme alınmazsa veya eksik alınırsa firmaya rücu edilecektir.

**Teklif Mektubuna Esas Fiyat Bildiren Firmanın**

Adı		Firma Yetkilisi
Adresi		
Telefon		Kaşe ve İmza
Faks		
Vergi D.No		

## PORT KATATER

- 1-Port katater sistemi, venöz girişimli ağrı tedavisinde kullanıma uygun olmalıdır.
- 2 Portun hem enjeksiyonlar sırasında uygulanan kuvvete dayanaklı olması, hem de hastanın konforu açısından oldukça hafif olması için iç haznesinin polysulfone olup, dışı MR görüntülemeye olanak sağlayan bio uyumlu polysulfone olmalıdır.
- 3-Port rezervuar silikon septumlu olmalıdır.
- 4-Set içeriğinde bunlar bulunmalıdır.
  - a. 1 adet implantable venöz port
  - b. 1 adet port katateri
  - c. 1 adet düz port iğnesi
  - d. 1 adet blunt iğne 1 adet extra ince uçlu intraducer iğnesi veya 18G 7 cm (+2 cm)normal iğne
  - e. 1 adet extra ince uçlu intraducer iğnesi
  - f. 1 adet j uçlu kılavuz tel
  - g. 1 adet 90 derece port iğnesi
  - h. 1 adet 8.5 fr veya 9 fr intraducer
  - i. 1 adet enjektör
  - j. 1 adet tünel açıcı
  - k. 1 adet 90 derece açılı noncoring neddle
- 5-Portun cilt altına kolayca tolere edilebilmesi için düşük profilli olmalıdır.
- 6- Port çapı 25 mm (+5mm), yüksekliği 11.5mm (+2mm), ağırlığı 5gr(+4gr) olmalıdır.
- 7- Portun katateri radyopak ve kink yapmayan özellikte olmalıdır.
- 8-Port katateri 8 veya 8,5 çapında (dış çapı 1.9 mm, iç çapı 1 mm(+2mm)) ve uzunluğu 45 ile 75 cm (+5cm) olmalıdır.
- 9-Rezervuar tabanı düz olup üzerinde rezervuarın tespitine olanak sağlayacak cilt altına hareketi önlemek amacıyla en az 3 adet sütur deliği olmalıdır.
- 10-Rezervuar ile katater birbiriyle bağlantılı olmayıp ayrı olmalıdır.
- 11-Ürün 'latex free' olmalı ve bu özellik ürün paketi üzerinde görülmelidir. Bunun için ayrı bir belgeye ihtiyaç olmayacaktır.
- 12-Tüm malzemeler tek bir set içinde streil olmalıdır.
- 13- Ambalaj üzerinde sterilizasyon yöntemi, üretim ve/veya son kullanma tarihleri yazılı olmalıdır.
- 14-UBB kaydı olmalıdır.

Op.Dr.Müslüm POLAT  
Kalp - Damar Cerrahi Uzmanı  
Dip.No:e1-408 İht.No:45/2012 Sicil No:53978  
Dr.Ersin Arslan GAZİANTEP  
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Doç. Dr. Hayati DENİZ  
Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı  
Dip. Uzm. Tes. No:111549 - Dr. Sicil. No:92483  
Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve  
Araştırma Hastanesi

Opr. Dr. Yavuz ARSLANOĞLU  
Kalp Damar Cerrahi Uzmanı  
Dip. Tes. No: 108414 Sicil No:90526  
Dr.Ersin Arslan Gaziantep Eğitim  
ve Araştırma Hastanesi