

30/9/21

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

16.09.2021

İhale Kodu :20237
Sayı :53117430/
Konu :Teklif Mektubu

SAYIN

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun esas ve hükümlerine göre satın alınacaktır. Firmanız tarafından temini mümkün ise piyasa araştırmasına esas olmak üzere; Hastanemize **KDV Hariç** fiyat verilmesini rica ederim.

AÇIKLAMALAR

1. Teklif mektuplarına cevapların Hastanenin yada firmanın antetli kağıtlara yazılması,
2. İlgili firma tarafından kaşelenmesi, noter tasdiklivekalet verilmiş yetkili kişi tarafından imzalanması,
3. Teklifin yapıldığı tarihin belirtilmesi,
4. Teklif edilen fiyatlarda herhangi bir oynama ve düzeltme yapılmaması,
5. Yüklenici firma malzeme tesliminde garanti belgesi ve satış sonrası hizmet yeterlilik belgesini getirmek zorundadır.
6. Firma teklif mektubunda Marka ve UBB belirtmek zorundadır.
7. Teklif edilen ürünlerde Sağlık Bakanlığı Onaylı ve T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) kayıtlı olmalıdır. Teklif veren isteklilerin teklif ettiği ürünün tedarikçi firma tanımlayıcı numarası veya teklif ettiği ürünün bayiye olduğu dair bayi tanımlayıcı numarası olmalıdır.
8. Teklif edilen ürünlerin ticari markası, modeli TİTUBB barkod numarası ve Firma ve/veya Bayi Tanımlayıcı numarası teklif sıra numarasına göre liste halinde ihale dosyasında verilecektir.
9. Ekteki teknik şartnameye göre teklif verilecektir.

NOT : Tekliflerde Karalama ve Daksil Kesinlikle Olmayacaktır.

Teklifler imza firma kaşesi olması şartıyla **20.09.2021** tarih saat **10:00** kadar ersinihale@gmail.com adresine ya da (342) 221 0142 nolu numaraya fax ile gönderilebilir.

Telefon : 342 221 0700
Faks : 342 221 0142
Mail : ersinihale@gmail.com


Vedat ARKAN
İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.

S.No	Malzeme Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	KATETER BAĞ (KATETER MOUNT)	Adet	1200		
Genel Toplam (KDV Hariç)					

NOT : SUT kapsamında olan ürünler için SGK'da geri ödeme alınamazsa veya eksik alınırsa firmaya rücu edilecektir.

Teklif Mektubuna Esas Fiyat Bildiren Firmanın

Adı		Firma Yetkilisi
Adresi		
Telefon		Kaşe ve İmza
Faks		
Vergi D.No		

KATETER MOUNT TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Konektörleri 22M/15F olmalıdır.
- 2.Bronkoskopi portu bulunmalıdır.
- 3.Bronkoskopi portu açılıp kapanabilir olmalıdır.
- 4.Aspirasyon portu bulunmalıdır.
- 5.Aspirasyon portu kapaklı olmalıdır.
- 6.Tekli paketlenmiş olmalıdır
- 7.Uzatma borusu ortalama 15cm uzunluğunda olmalıdır.
- 8.Bronkoskopi ve aspirasyon portu plastik yumuşak malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
- 9.Entübasyon tübüne bağlantılı portu 22F olmalıdır.
- 10.Maske ve entübasyon tüpüne direkt bağlanabilmelidir.
- 11.Hasta bağlantı portu 360 derece dönebilmelidir.
- 12.Devre bağlantı portu 360 derece dönebilmelidir.
- 13.Bağlantı konektörlerin numaraları ürün üzerinde yazılı olmalıdır.
- 14.Bronkoskopi ve aspirasyon portunun kapağının kaybolmaması için ürüne bağlı olmalıdır.
- 15.Steril olmalıdır.
- 16.Ubb kaydı olmalıdır.
17. Ürün denendikten sonra kararverilecektir.

Batikan ELMAS
Hemşire

B. Elmas

Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma
Uzm. Dr. İbrahim Balı E.H. A.
Dip. Tes. No: 27000
Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Uzm. Dr. Abdurrahman E.
Anestezi ve Reanimasyon
Dip. Tes. No: 112425 Uzm. Tes. No: 87
Gaziantep Dr. Ersin Arslan
Devlet Hastanesi