

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

20.09.2021

İhale Kodu :20247
Sayı :53117430/
Konu :Teklif Mektubu

SAYIN

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun esas ve hükümlerine göre satın alınacaktır.Firmanız tarafından temini mümkün ise piyasa araştırmasına esas olmak üzere; Hastanemize **KDV Hariç** fiyat verilmesini rica ederim.

AÇIKLAMALAR

- 1.Teklif mektuplarına cevapların Hastanenin yada firmanın antetli kağıtlara yazılması,
- 2.İlgili firma tarafından kaşelenmesi, noter tasdiklivekalet verilmiş yetkili kişi tarafından imzalanması,
- 3.Teklifin yapıldığı tarihin belirtilmesi,
- 4.Teklif edilen fiyatlarda herhangi bir oynama ve düzeltme yapılmaması,
- 5.Yüklenici firma malzeme tesliminde garanti belgesi ve satış sonrası hizmet yeterlilik belgesini getirmek zorundadır.
- 6.Firma teklif mektubunda Marka ve UBB belirtmek zorundadır.
- 7.Teklif edilen ürünlerde Sağlık Bakanlığı Onaylı ve T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) kayıtlı olmalıdır.Teklif veren isteklilerin teklif ettiği ürünün tedarikçi firma tanımlayıcı numarası veya teklif ettiği ürünün bayisi olduğuna dair bayi tanımlayıcı numarası olmalıdır.
- 8.Teklif edilen ürünlerin ticari markası, modeli TİTUBB barkod numarası ve Firma ve/veya Bayi Tanımlayıcı numarası teklif sıra numarasına göre liste halinde ihale dosyasında verilecektir.
- 9.Ekteki teknik şartnameye göre teklif verilecektir.

NOT : Tekliflerde Karalama ve Daksil Kesinlikle Olmayacaktır.

Teklifler imza firma kaşesi olması şartıyla **22.09.2021** tarih saat **10:00**kadar ersinihale@gmail.com adresine ya da (342) 221 0142 nolu numaraya fax ile gönderilebilir.

Telefon : 342 221 0700
Faks : 342 221 0142
Mail : ersinihale@gmail.com


Vedat ARIKAN
İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.

S.No	Malzeme Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	ToplamTutar
1	VASKÜLER KLİP ATICI TİTANYUM KÜÇÜK/ORTA BOY	Adet	6000		
Genel Toplam (KDV Hariç)					

NOT : SUT kapsamında olan ürünler için SGK'da geri ödeme alınmazsa veya eksik alınırsa firmaya rücu edilecektir.

Teklif Mektubuna Esas Fiyat Bildiren Firmanın

Adı		Firma Yetkilisi
Adresi		
Telefon		Kaşe ve İmza
Faks		
Vergi D.No		

TİTANYUM LİGASYON KLİBİ - KÜÇÜK BOY

1. Disposable olmalıdır.
2. Steril orijinal ambalajında olmalıdır.
3. Uygun aplikatörü ile ligasyon işlemi yapmalıdır.
4. Bir kartuş içerisinde 6 adet titanyum klip bulunmalıdır.
5. Kartuş, boyların kolay ayırt edilebilmesi için renk kodlu olmalıdır.
6. Klip iç yüzeyinde, damar üzerinde güvenliği sağlayan yatay ve dikey çentikler bulunmalıdır.
7. Klip dış yüzeyinde, atıcı çenelerindekine uyan ve klabin düşmesini engelleyen, yatay çentikler bulunmalıdır.
8. Klip kapanırken, damarın dışarı kaymasını engellemek için, uç kısmı önce kapanıp damarı çevrelemeli, dip kısmı sonra kapanmalıdır.
9. Kapalı klip uzunluğu 3mm olmalıdır.
10. Klip ağız açıklığı 2.5mm olmalıdır.
11. Bir kutu içerisinde 36 adet kartuş olmalıdır.
12. Klip materyeli ferromanyetik olmamalı ve MR ya da CT imajlarını saptırmamalıdır.
13. Klipler kartuş içerisinde, aplikatörden düşmemeleri için, açık şekilde durmalıdır.

Opr. Dr. Murat ARI
Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı
Dip. No: 6813 - Tes. No: 112114 - Bilgi No: 104120
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma
Hastanesi CAZ. 2. Kat. Kardiyoloji

Op. Dr. Veli Esref KARASU
Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı
Dip. Uzr. Tes. No: 120071 Sicil No: 120771
Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve
Araştırma Hastanesi

Naciye KINAY
Hemşire

TİTANYUM LİGASYON KLİBİ – ORTA BOY

1. Disposable olmalıdır.
2. Steril orijinal ambalajında olmalıdır.
3. Uygun aplikatörü ile ligasyon işlemi yapılmalıdır.
4. Bir kartuş içerisinde 6 adet titanyum klip bulunmalıdır.
5. Kartuş, boyların kolay ayırt edilebilmesi için renk kodlu olmalıdır.
6. Klip iç yüzeyinde, damar üzerinde güvenliği sağlayan yatay ve dikey çentikler bulunmalıdır.
7. Klip dış yüzeyinde, atıcı çenelerine uyum ve klabin düşmesini engelleyen, yatay çentikler bulunmalıdır.
8. Klip kapanırken, damarın dışarı kaymasını engellemek için, uç kısmı önce kapanıp damarı çevrelemeli, dip kısmı sonra kapanmalıdır.
9. Kapalı klip uzunluğu 5mm olmalıdır.
10. Klip ağız açıklığı 3mm olmalıdır.
11. Bir kutu içerisinde 36 adet kartuş olmalıdır.
12. Klip materyeli ferromanyetik olmamalı ve MR ya da CT imajlarını sapırmamalıdır.
13. Klipler kartuş içerisinde, aplikatörden düşmemeleri için, açık şekilde durmalıdır.

NACİYE KINAY
Hemşire

Op.Dr. Murat ARI
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı
Dip.No: 126071 Tes.No: 191440-25/000126
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma
Hastanesi GAZİANTEP

Op.Dr. Veli Eşref KARASU

Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı
Dip.Uzm.Tes.No: 126071 Sicil No: 126071
Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve
Araştırma Hastanesi