

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

20.09.2021

İhale Kodu :20270
Sayı :53117430/
Konu :Teklif Mektubu

SAYIN

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun esas ve hükümlerine göre satın alınacaktır.Firmanız tarafından temini mümkün ise piyasa araştırmasına esas olmak üzere; Hastanemize **KDV Hariç** fiyat verilmesini rica ederim.

AÇIKLAMALAR

- 1.Teklif mektuplarına cevapların Hastanenin yada firmanın antetli kağıtlara yazılması,
- 2.İlgili firma tarafından kaşelenmesi, noter tasdiklivekalet verilmiş yetkili kişi tarafından imzalanması,
- 3.Teklifin yapıldığı tarihin belirtilmesi,
- 4.Teklif edilen fiyatlarda herhangi bir oynama ve düzeltme yapılmaması,
- 5.Yüklenici firma malzeme tesliminde garanti belgesi ve satış sonrası hizmet yeterlilik belgesini getirmek zorundadır.
- 6.Firma teklif mektubunda Marka ve UBB belirtmek zorundadır.
- 7.Teklif edilen ürünlerde Sağlık Bakanlığı Onaylı ve T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) kayıtlı olmalıdır.Teklif veren isteklilerin teklif ettiği ürünün tedarikçi firma tanımlayıcı numarası veya teklif ettiği ürünün bayisi olduğuna dair bayi tanımlayıcı numarası olmalıdır.
- 8.Teklif edilen ürünlerin ticari markası, modeli TİTUBB barkod numarası ve Firma ve/veya Bayi Tanımlayıcı numarası teklif sıra numarasına göre liste halinde ihale dosyasında verilecektir.
- 9.Ekteki teknik şartnameye göre teklif verilecektir.

NOT : Tekliflerde Karalama ve Daksil Kesinlikle Olmayacaktır.

Teklifler imza firma kaşesi olması şartıyla **23.09.2021** tarih saat **10:00**kadar ersinihale@gmail.com adresine ya da (342) 221 0142 nolu numaraya fax ile gönderilebilir.

Telefon : 342 221 0700
Faks : 342 221 0142
Mail : ersinihale@gmail.com


Vedat ARIKAN
İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.

S.No	Malzeme Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	ToplamTutar
1	UZATMA HATTI 800 PSİ BASINCA DAYANIKLI M/F 120CM	Adet	2000		
Genel Toplam (KDV Hariç)					

NOT : SUT kapsamında olan ürünler için SGK'da geri ödeme alınamazsa veya eksik alınırsa firmaya rücu edilecektir.

Teklif Mektubuna Esas Fiyat Bildiren Firmanın

Adı		Firma Yetkilisi
Adresi		
Telefon		Kaşe ve İmza
Faks		
Vergi D.No		

PERFÜZÖR STANDART SET TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Teklif edilecek line medikal PVC'den üretilmiş olmalı, Lateks ve DEHP içermemelidir.
2. Line M/F uçlara ve en az 120cm olacaktır.
3. Line en az 6 bar basınçta dayanıklı olacaktır.
4. Line iç çapı en fazla 1.5mm, dış çapı ise 2.6mm olmalıdır.
5. Line teslim tarihinden itibaren en az 3 yıl miadlı olacaktır. Line'in üzerinde bütün etiket bilgileri Türkçe olacaktır.
6. İstenen bütün bilgiler line'in üzerinde yazılı olacaktır.
7. Teklif edilen line ile birlikte 50 cc' lik çift bariyerli şeffaf perfüzör enjektörü verilecektir.
8. Enjektör üzerinde rahat okunabilir silinmeye dayanıklı yazı ile, her ml çizgi ile belirlenmiş ve en fazla 10 ml'lik aralıklar yazılı olmalıdır.
9. Enjektör piston arkası tüm enektörlü perfüzyon cihazlarına uyacak şekilde imal edilmiş olmalıdır.
10. Enjektörler luer lock özellikli olacaktır.
11. Enjektörün pistonu geri sızdırmayı engelleyecek gövde içinde rahat kayabilecek ve ana gövdeden kolay çıkmayacak nitelikte olmalıdır.
12. Enjektörler 3 parçalı ve üzerinde en az 14 G iğneli, polipropilen özellikte perfüzör enjektörü olacaktır.
13. İhale sırasında bu setten(line+enjektör) ikişer adet numune verilecektir. Enjektörlerde oluşabilecek risklerden sorumlu olunması açısından firma, yetkili satıcısı olduğunu belgeleyecektir.
14. Setleri veren firma her 500 sete karşılık bölümümüzde kullanılmak üzere uygun perfüzör cihazını bir yıl boyunca kullanım için hastaneye bırakacaktır.

Dr. Devrim GÖKASLAN
Nükleer Tıp Uzmanı
Dip. No: 8776 - M. No: 74861/94647
Sığ. Sicil No: Dr. 701-30
Dr. Erkin Özalp Çiğdem Hastanesi

Dr. N. DOĞAN
Nükleer Tıp Uzmanı
Dip. No: 6837 - Uzm. Tesc. No: 906392 - Sicil No: Dr. 80392
GAZİANTEP KHB

İshak AYAR
[Signature]