

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

20.09.2021

İhale Kodu :20274
Sayı :53117430/
Konu :Teklif Mektubu

SAYIN

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun esas ve hükümlerine göre satın alınacaktır.Firmanız tarafından temini mümkün ise piyasa araştırmasına esas olmak üzere; Hastanemize **KDV Hariç** fiyat verilmesini rica ederim.

AÇIKLAMALAR

- 1.Teklif mektuplarına cevapların Hastanenin yada firmanın antetli kağıtlara yazılması,
- 2.İlgili firma tarafından kaşelenmesi, noter tasitkli vekalet verilmiş yetkili kişi tarafından imzalanması,
- 3.Teklifin yapıldığı tarihin belirtilmesi,
- 4.Teklif edilen fiyatlarda herhangi bir oynama ve düzeltme yapılmaması,
- 5.Yüklenici firma malzeme tesliminde garanti belgesi ve satış sonrası hizmet yeterlilik belgesini getirmek zorundadır.
- 6.Firma teklif mektubunda Marka ve UBB belirtmek zorundadır.
- 7.Teklif edilen ürünlerde Sağlık Bakanlığı Onaylı ve T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) kayıtlı olmalıdır.Teklif veren isteklilerin teklif ettiği ürünün tedarikçi firma tanımlayıcı numarası veya teklif ettiği ürünün bayisi olduğuna dair bayi tanımlayıcı numarası olmalıdır.
- 8.Teklif edilen ürünlerin ticari markası, modeli TİTUBB barkod numarası ve Firma ve/veya Bayi Tanımlayıcı numarası teklif sıra numarasına göre liste halinde ihale dosyasında verilecektir.
- 9.Ekteki teknik şartnameye göre teklif verilecektir.

NOT : Tekliflerde Karalama ve Daksil Kesinlikle Olmayacaktır.

Teklifler imza firma kaşesi olması şartıyla **23.09.2021** tarih saat **10:00** kadar ersinihale@gmail.com adresine ya da (342) 221 0142 nolu numaraya fax ile gönderilebilir.

Telefon : 342 221 0700
Faks : 342 221 0142
Mail : ersinihale@gmail.com


Vedat ARKAN
İdari ve Mali İşlet Müdür Yrd.

S.N	Malzeme Adı	Miktar	Birimi	UBB - UTS	SUT KODU	Birim Fiyatı	ToplamTutar
1	SOĞUK IŞIK KAYNAĞI AMPÜLÜ XENON 180 WATT	3	Adet				
Genel Toplam (KDV Hariç)							

NOT : SUT kapsamında olan ürünler için SGK'da geri ödeme alınamazsa veya eksik alınırsa firmaya rücu edilecektir.

Teklif Mektubuna Esas Fiyat Bildiren Firmanın

Adı		Firma Yetkilisi
Adresi		
Telefon		Kaşe ve İmza
Faks		
Vergi D.No		



T.C.
GAZİANTEP VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Dr.Ersin ARSLAN Eğitim ve Araştırma Hastanesi

**SOĞUK IŞIK KAYNAĞI LAMBASI AMPULÜ 180 WATT
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

Konu:

Hastanemiz Elektif ameliyathanesinde bulunan WOLF marka 5124Model ,Soğuk ışık kaynağı180 W/45C XENON AMPUL malzemesi hizmet işlerini konu alır.

Genel açıklama:

- A- Kullanılan yazılım ait olduğu ana cihazın fonksiyonunu tam olarak yerine getirmesi, aslının bozulmaması ve bütünlüğünün sağlanması için gerekli olan ve ana cihazla tam uyumlu çalışan her türlü elektrik, elektronik, mekanik, cam, plastik ve tekstil ürünü parçasıdır.
- B- Cihaz fonksiyonlarını tam olarak yerine getirmesine engel olan veya üreticinin belirlediği normların altına düşmesi hususun ortadan kaldırılması faaliyetidir.
- C- Parça temin edecek firmanın TSE den alınmış TS 12426 standartlarına göre Hizmet Yeri Yeterlilik belgesine sahip olmalıdır.
- D- Alınan ampul CihazlaraTAM uyumlu olması gerekmektedir
- E- Teklif edilen lamba soğutma sistemiyle soğutulabilemedir.
- F- Cihazın xenon lamba ömrü 500 saat ömrü olması gerekmektedir.
- G- . Cihaz orjinal kutusu ile birlikte set halinde, tüm bağlantı elemanları ile birlikte verilmelidir. (1 adet yedek elektrik kablosu dahil)
- H- Soğuk ışık kaynağı ampülü180W XENON lamba olması gerekmektedir.
- İ- Numune Biyomedikal Birimi Tarafından değerlendirildikten sonra karar verilecektir.

T.C.S.B Gaziantep Dr.Ersin Arslan
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
El Cerrahisi Uzmanı
Dip.Tes.No: 128652

Dr. Ersin Arslan Eğitim ve
Araştırma Hastanesi
Op.Dr. Ömür İbethi CANSUNAR
Dip. Tes. No: 135020
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı

Op. Dr. Serdar ÜNER
Dr. Ersin Arslan Eğt. ve Arş. Hast.
Ortopedi ve Travmatoloji
Uzmanı
Dip. Tes. No: 124631