

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

20.09.2021

İhale Kodu :20249
Sayı :53117430/
Konu :Teklif Mektubu

SAYIN

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun esas ve hükümlerine göre satın alınacaktır.Firmanız tarafından temini mümkün ise piyasa araştırmasına esas olmak üzere; Hastanemize **KDV Hariç** fiyat verilmesini rica ederim.

AÇIKLAMALAR

- 1.Teklif mektuplarına cevapların Hastanenin yada firmanın antetli kağıtlara yazılması,
- 2.İlgili firma tarafından kaşelenmesi, noter tasdiklivekalet verilmiş yetkili kişi tarafından imzalanması,
- 3.Teklifin yapıldığı tarihin belirtilmesi,
- 4.Teklif edilen fiyatlarda herhangi bir oynama ve düzeltme yapılmaması,
- 5.Yüklenici firma malzeme tesliminde garanti belgesi ve satış sonrası hizmet yeterlilik belgesini getirmek zorundadır.
- 6.Firma teklif mektubunda Marka ve UBB belirtmek zorundadır.
- 7.Teklif edilen ürünlerde Sağlık Bakanlığı Onaylı ve T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) kayıtlı olmalıdır.Teklif veren isteklilerin teklif ettiği ürünün tedarikçi firma tanımlayıcı numarası veya teklif ettiği ürünün bayisi olduğuna dair bayi tanımlayıcı numarası olmalıdır.
- 8.Teklif edilen ürünlerin ticari markası, modeli TİTUBB barkod numarası ve Firma ve/veya Bayi Tanımlayıcı numarası teklif sıra numarasına göre liste halinde ihale dosyasında verilecektir.
- 9.Ekteki teknik şartnameye göre teklif verilecektir.

NOT : Tekliflerde Karalama ve Daksil Kesinlikle Olmayacaktır.

Teklifler imza firma kaşesi olması şartıyla **24.09.2021** tarih saat **10:00**kadar ersnihale@gmail.com adresine ya da (342) 221 0142 nolu numaraya fax ile gönderilebilir.

Telefon : 342 221 0700
Faks : 342 221 0142
Mail : ersnihale@gmail.com


Vedat ARIKAN
İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.

S.No	Malzeme Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	YIKAMA CİHAZI ONARIM HİZMETLERİ(YEDEK PARÇA/MAL ALIMI,İSTİSNA PARÇALAR HARIÇ).	Adet	3		
Genel Toplam (KDV Hariç)					

NOT : SUT kapsamında olan ürünler için SGK'da geri ödeme alınmazsa veya eksik alınırsa firmaya rücu edilecektir.

Teklif Mektubuna Esas Fiyat Bildiren Firmanın

Adı		Firma Yetkilisi
Adresi		
Telefon		Kaşe ve İmza
Faks		
Vergi D.No		



T.C.
GAZİANTEP VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Dr.Ersin ARSLAN Eğitim ve Araştırma Hastanesi

ONARIM HİZMETLERİ
(YEDEK PARÇA/MAL ALIMI, İSTİSNA PARÇALAR HARIÇ)
TEKNİK ŞARTNAME

KONU :

Hastanemiz Mücahitler Ek Hizmet Binası Ameliyathane'sinde bulunan otoklav ve yıkama makineleri için parça hariç bakım ve onarım hizmet alımı teknik şartnamesidir.

1) TANIMLAR:

CİHAZ ADI	MARKA	MODEL	SERİ NO	KÜNYE NO
OTOKLAV CİHAZLARI	ERNA	KK 6610 – KK 5510	0600104 – 0600902	1010716023
OTOKLAV CİHAZLARI	ERNA	EQUIPMENT	1904422-003	1010744097
YIKAMA / DEZENFEKSİYON CİHAZLARI	DECOMED	DECO 260	1904420	1010753658

2) GENEL ŞARTLAR:

- Alınacak bakım ve onarım hizmeti kapsamında , Bakım ve onarım hizmetleri bütün sistemini kapsayacak şekilde olacaktır her türlü bakımın yapılması, arızanın giderilerek çalıştırılması yer alacaktır.
- Yüklenici firma ayda bir yılda (12) defa bakım yapılacak şekilde ilgili birim ile birlikte bakım tarihi ve saatlerini belirleyecek, bu tarihlerle birlikte cihazın ayrıntılı bakım planı da yazılı olarak Klinik Mühendislik Birimine verilecektir.
- Yüklenici firma bakım tarihlerindeki değişikliği ilgili birimin onayını altıktan sonra yapabilecektir. Yeni bakım tarihi Teknik Servis Birimine en az 5 (beş) iş gününden önce bildirecektir.

İbrahim Halil Uzun
Biyomedikal Teknikeri
İ.H.U.

Biyomedikal Teknikeri
Halil Kemal Tural
H.K.T.

Erdem GÖRENER
Biyomedikal Teknikeri
E.G.

- D. Bakım ve onarım için gerekli olan her türlü ekipmanı yüklenicinin kendisi temin edecektir.
- E. Değiştirilmesi gereken arızalı parçaların kontrolü teknik hizmetlerde görevli personel eşliğinde kararlaştırılacaktır.
- F. Yedek parçaların temini kurumumuzca yapılacaktır.
- G. Yüklenici firma değiştirilen yedek parçaların monte ve demonte için ek bir ücret talep etmeyecektir.
- H. Yetki belgesine sahip olan veya gerekli güncel sertifikalara sahip yüklenici firma kendisinin veya yetkilendirilen temsilci/ ana firmanın TS 12426 standardını veya TS 13703 standardını TSE Hizmet Yeri Yeterlilik belgesinde sunabilmelidir.
- İ. İhaleye teklif verecek firmaların cihazın mevcut durumunu ve koşullarını görmüş oldukları kabul edilecek, firmalar buna göre teklif verecektir.
- J. Yüklenici firma sözleşmede yazılı olan tebligat adresine, telefonuna, faksına, elektronik posta adresine bildirim yapıldıktan sonra 4 saat içerisinde arızaya müdahale edecektir.
- K. Firma, resmi tatil günleri de dâhil olmak üzere ulaşılabilecek yetkililerinin telefon, faks, cep telefonu, elektronik posta adresi bilgilerini idareye verecektir.
- L. Bakım süresi boyunca üreticinin yayınladığı ücretsiz güncelleme, modifikasyon ve programlar yüklenici firma tarafından temin edilerek cihazlara uygulanacaktır. Yüklenici bu işlemler karşılığında ilave bir ücret talep etmeyecektir.
- M. Bakım sırasında ortaya çıkabilecek hususlardan bakım firması sorumludur.
- N. Bakım ve onarım için gerekli olan her türlü donanımı yüklenicinin kendisi temin edecektir.
- O. Hizmetin bu şartnamede verilen süreler içinde gerçekleştirilememesi halinde idare işi başka bir firmaya yaptırabilirle hakkı kazanacaktır. Ortaya çıkan tüm masraflar yüklenici firmadan tahsil edilecek veya hak edişinden kesilecektir.
- P. Sistem en az yıllık %95 uptime (cihaz aktif faaliyet süresi 365 gün üzerinden hesaplanır) olacak şekilde çalışmalı bu süreye ulaşılmaması halinde, ulaşılamayan her süre için garanti ve bakım zamanına iki kat süre eklenecektir.
- Q. Sisteme yapılacak her türlü arıza için müdahale Klinik Mühendislik Biriminden teknik eleman nezaretinde yapılacaktır. Bu müdahaleler firmanın kendisine ait antetli o cihaz için hazırlanmış bakım formuna işlenecek, bu formda cihazla ilgili yapılması gereken tüm işlemler belirtilmiş olacaktır. Bakım formu teknik servis raporu niteliğinde en az üç nüsha olacak, bir nüshası birimde cihazı kullanan personelde, bir nüshası Klinik Mühendislik Biriminde, bir nüshası da firmada kalacaktır.
- R. Yüklenici firma can ve mal güvenliğine ilişkin tüm tedbirleri almak zorundadır.
- S. Servis işlemi sonunda cihazların çalışma performansı test edilecek ve cihazlar çalışır durumda teslim edilecektir.
- T. Cihazın faturasında ve teknik raporda "Onarım Hizmetleri (Yedek Parça / Mal Alımı, İstisna Parçalar Hariç)" ifadesi yazılmalıdır.

İbrahim Halil DZM
Biyomedikal Teknikeri
DZM

Biyomedikal Teknikeri
Halil İbrahim DZM
DZM

Erdem GÜRPINAR
Biyomedikal Teknikeri
DZM