

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

22.09.2021

İhale Kodu :20282
Sayı :53117430/
Konu :Teklif Mektubu

SAYIN

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun esas ve hükümlerine göre satın alınacaktır.Firmanız tarafından temini mümkün ise piyasa araştırmasına esas olmak üzere; Hastanemize **KDV Hariç** fiyat verilmesini rica ederim.

AÇIKLAMALAR

- 1.Teklif mektuplarına cevapların Hastanenin yada firmanın antetli kağıtlara yazılması,
- 2.İlgili firma tarafından kaşelenmesi, noter tasdikli ve kalet verilmiş yetkili kişi tarafından imzalanması,
- 3.Teklifin yapıldığı tarihin belirtilmesi,
- 4.Teklif edilen fiyatlarda herhangi bir oynama ve düzeltme yapılmaması,
- 5.Yüklenici firma malzeme tesliminde garanti belgesi ve satış sonrası hizmet yeterlilik belgesini getirmek zorundadır.
- 6.Firma teklif mektubunda Marka ve UBB belirtmek zorundadır.
- 7.Teklif edilen ürünlerde Sağlık Bakanlığı Onaylı ve T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) kayıtlı olmalıdır.Teklif veren isteklilerin teklif ettiği ürünün tedarikçi firma tanımlayıcı numarası veya teklif ettiği ürünün bayisi olduğuna dair bayi tanımlayıcı numarası olmalıdır.
- 8.Teklif edilen ürünlerin ticari markası, modeli TİTUBB barkod numarası ve Firma ve/veya Bayi Tanımlayıcı numarası teklif sıra numarasına göre liste halinde ihale dosyasında verilecektir.
- 9.Ekteki teknik şartnameye göre teklif verilecektir.

NOT : Tekliflerde Karalama ve Daksil Kesinlikle Olmayacaktır.

Teklifler imza firma kaşesi olması şartıyla **27.09.2021** tarih saat **10:00**kadar ersinihale@gmail.com adresine ya da (342) 221 0142 nolu numaraya fax ile gönderilebilir.

Telefon : 342 221 0700
Faks : 342 221 0142
Mail : ersinihale@gmail.com


Vedat ARIKAN
İdari ve Mali İşler Müdürü Yrd.

| S.No | Malzeme Adı | Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Toplam Tutar |
|---------------------------------|---|--------|---------|--------------|--------------|
| 1 | OTOKLAV CİHAZI MANYETİK KAPI SENSÖRÜ | Adet | 1 | | |
| 2 | BUHAR STERİLİZASYON MOTORU AÇMA-KAPAMA APARATI-REDÜKTÖR | Adet | 1 | | |
| 3 | OTOKLAV SOLENOİD VALFİ | Adet | 2 | | |
| 4 | YIKAMA / DEZENFEKSİYON CİHAZI KAPAK CONTASI | Adet | 4 | | |
| 5 | YIKAMA / DEZENFEKSİYON CİHAZI SICAKLIK SENSÖRÜ | Adet | 2 | | |
| 6 | YIKAMA / DEZENFEKSİYON CİHAZI SEPET KOL TAPASI | Adet | 1 | | |
| Genel Toplam (KDV Hariç) | | | | | |

NOT : SUT kapsamında olan ürünler için SGK'da geri ödeme alınmazsa veya eksik alınırsa firmaya rücu edilecektir.

Teklif Mektubuna Esas Fiyat Bildiren Firmanın

| | | |
|------------|--|-----------------|
| Adı | | Firma Yetkilisi |
| Adresi | | |
| Telefon | | Kaşe ve İmza |
| Faks | | |
| Vergi D.No | | |



T.C.
GAZİANTEP VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

**YIKAMA/DEZENFEKSİYON CİHAZI KAPAK CONTASI YEDEK PARÇA
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- A- Parçayı verecek firmanın TSE den alınmış TS 12426 standartlarına göre Hizmet Yeri Yeterlilik belgesine sahip olmalıdır. Bu belgeyi hastanemize ibraz edecektir.
- B- İstemi yapılan parça Belimed Marka WD230 Model Yıkama ve dezenfeksiyon cihazına tam uyumlu olmalıdır
- C- Parça 6 ay süre ile garantili olacaktır.
- D- Kapı contası orijinal paketinde olmalıdır.
- E- 200 derece sıcaklığa kadar dayanıklı olmalıdır.
- F- Teslimat sonunda, biyomedikal tarafından cihazın parçası montajı ve çalışma performansı test edilecektir.
- G- Teklif edilen ürünün UBB veya ÜTS kaydı bulunmalıdır.
- H- Teklif edilen parça numunesi biyomedikal nezdinde kullanıcı tarafından denenip uygun bulunduğu takdirde onayı verilecektir.

**YIKAMA/DEZENFEKSİYON SICAKLIK SENSÖRÜ YEDEK PARÇA
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- A- Parçayı verecek firmanın TSE den alınmış TS 12426 standartlarına göre Hizmet Yeri Yeterlilik belgesine sahip olmalıdır. Bu belgeyi hastanemize ibraz edecektir.
- B- İstemi yapılan parça Belimed Marka WD230 Model Yıkama ve dezenfeksiyon cihazına tam uyumlu olmalıdır
- C- Parça 6 ay süre ile garantili olacaktır.
- D- Sıcaklık sensörü orijinal paketinde olmalıdır.
- E- 250 derece sıcaklığa kadar okuma yapmalıdır.
- F- Teslimat sonunda, biyomedikal tarafından cihazın parçası montajı ve çalışma performansı test edilecektir.
- G- Teklif edilen ürünün UBB veya ÜTS kaydı bulunmalıdır.
- H- Teklif edilen parça numunesi biyomedikal nezdinde kullanıcı tarafından denenip uygun bulunduğu takdirde onayı verilecektir.

**YIKAMA/DEZENFEKSİYON SEPET KOL TAPASI (SEPET KIZAK TAKIMI) YEDEK PARÇA
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- A- Parçayı verecek firmanın TSE den alınmış TS 12426 standartlarına göre Hizmet Yeri Yeterlilik belgesine sahip olmalıdır. Bu belgeyi hastanemize ibraz edecektir.
- B- İstemi yapılan parça Belimed Marka WD230 Model Yıkama ve dezenfeksiyon cihazına tam uyumlu olmalıdır
- C- Parça 6 ay süre ile garantili olacaktır.
- D- Kızak takımı orijinal paketinde olmalıdır.
- E- 200 derece sıcaklığa kadar dayanıklı olmalıdır.
- F- Yıkama cihazının sepetine tam uyumlu olmalıdır.
- G- Sabitleme için Kullanılacak civatalar paslanmaz malzemedir olmalıdır
- H- Teslimat sonunda, biyomedikal tarafından cihazın parçası montajı ve çalışma performansı test edilecektir.
- İ- Teklif edilen ürünün UBB veya ÜTS kaydı bulunmalıdır.
- J- Teklif edilen parça numunesi biyomedikal nezdinde kullanıcı tarafından denenip uygun bulunduğu takdirde onayı verilecektir.

T.C.S.B. Gaziantep Dr.Ersin Arslan
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Opr.Dr. Mehmet Vakıf KESKİNER
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
El Cerrahi Uzm.
Dip.Tes.No: 128652

Serdar Üner
Op. Dr. Serdar ÜNER
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 124631

Dr. Erkin Arslan
Op. Dr. Erkin Arslan
Dr. Erkin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 124631



T.C.
GAZİANTEP VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

OTOKLAV MANYETİK KAPI (KAPAK) SENSÖRÜ YEDEK PARÇA
TEKNİK ŞARTNAMESİ

- A- Parçayı verecek firmanın TSE den alınmış TS 12426 standartlarına göre Hizmet Yeri Yeterlilik belgesine sahip olmalıdır. Bu belgeyi hastanemize ibraz edecektir.
- B- İstemi yapılan parça ERYİĞİT ERS6613 model otoklav cihazına tam uyumlu olmalıdır
- C- Parça 6 ay süre ile garantili olacaktır.
- D- Kapak sensörü orijinal paketinde olmalıdır.
- E- Teslimat sonunda, biyomedikal tarafından cihazın parçası montajı ve çalışma performansı test edilecektir.
- F- Teklif edilen ürünün UBB veya ÜTS kaydı bulunmalıdır.
- G- Teklif edilen parça numunesi biyomedikal nezdinde kullanıcı tarafından denenip uygun bulunduğu takdirde onayı verilecektir.

OTOKLAV KAPAK REDÜKTÖRÜ YEDEK PARÇA
TEKNİK ŞARTNAMESİ

- H- Parçayı verecek firmanın TSE den alınmış TS 12426 standartlarına göre Hizmet Yeri Yeterlilik belgesine sahip olmalıdır. Bu belgeyi hastanemize ibraz edecektir.
- İ- İstemi yapılan parça ERYİĞİT ERS6613 model otoklav cihazına tam uyumlu olmalıdır
- J- Parça 6 ay süre ile garantili olacaktır.
- K- Kapak redüktörü orijinal paketinde olmalıdır.
- L- Teslimat sonunda, biyomedikal tarafından cihazın parçası montajı ve çalışma performansı test edilecektir.
- M- Teklif edilen ürünün UBB veya ÜTS kaydı bulunmalıdır.
- N- Teklif edilen parça numunesi biyomedikal nezdinde kullanıcı tarafından denenip uygun bulunduğu takdirde onayı verilecektir.

OTOKLAV SOLENOİD VALFİ YEDEK PARÇA
TEKNİK ŞARTNAMESİ

- A. Parçayı verecek firmanın TSE den alınmış TS 12426 standartlarına göre Hizmet Yeri Yeterlilik belgesine sahip olmalıdır. Bu belgeyi hastanemize ibraz edecektir.
- B. İstemi yapılan parça ERYİĞİT ERS6613 model otoklav cihazına tam uyumlu olmalıdır
- C. Parça 6 ay süre ile garantili olacaktır.
- D. Solenoid valf orijinal paketinde olmalıdır.
- E. Valf girişi ½ çapında olmalıdır.
- F. Teslimat sonunda, biyomedikal tarafından cihazın parçası montajı ve çalışma performansı test edilecektir.
- G. Teklif edilen ürünün UBB veya ÜTS kaydı bulunmalıdır.
- H. Teklif edilen parça numunesi biyomedikal nezdinde kullanıcı tarafından denenip uygun bulunduğu takdirde onayı verilecektir.

Vakıf
T.C.S.B. Gaziantep Dr. Ersin Arslan
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Opr.Dr. Mehmet Vakıf KİŞKİNBİÇAK
Ortopedi ve Travmatoloji Uzm.
El Cerrahisi Uzm.
Dip.Tes.No: 128652

Serdar Üner
Op. Dr. Serdar ÜNER
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve
Araştırma Hastanesi
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 124631
Op. Dr. Ersin Arslan Eğitim ve
Araştırma Hastanesi
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı