

T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü  
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

27.09.2021

İhale Kodu :20329  
Sayı :53117430/  
Konu :Teklif Mektubu

**SAYIN**

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun esas ve hükümlerine göre satın alınacaktır.Firmanız tarafından temini mümkün ise piyasa araştırmasına esas olmak üzere; Hastanemize **KDV Hariç** fiyat verilmesini rica ederim.

**AÇIKLAMALAR**

- 1.Teklif mektuplarına cevapların Hastanenin yada firmanın antetli kağıtlara yazılması,
- 2.İlgili firma tarafından kaşelenmesi, noter tasdikvekalet verilmiş yetkili kişi tarafından imzalanması,
- 3.Teklifin yapıldığı tarihin belirtilmesi,
- 4.Teklif edilen fiyatlarda herhangi bir oynama ve düzeltme yapılmaması,
- 5.Yüklenici firma malzeme tesliminde garanti belgesi ve satış sonrası hizmet yeterlilik belgesini getirmek zorundadır.
- 6.Firma teklif mektubunda Marka ve UBB belirtmek zorundadır.
- 7.Teklif edilen ürünlerde Sağlık Bakanlığı Onaylı ve T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) kayıtlı olmalıdır.Teklif veren isteklilerin teklif ettiği ürünün tedarikçi firma tanımlayıcı numarası veya teklif ettiği ürünün bayisi olduğuna dair bayi tanımlayıcı numarası olmalıdır.
- 8.Teklif edilen ürünlerin ticari markası, modeli TİTUBB barkod numarası ve Firma ve/veya Bayi Tanımlayıcı numarası teklif sıra numarasına göre liste halinde ihale dosyasında verilecektir.
- 9.Ekteki teknik şartnameye göre teklif verilecektir.

NOT : Tekliflerde Karalama ve Daksil Kesinlikle Olmayacaktır.

Teklifler imza firma kaşesi olması şartıyla **30.09.2021** tarih saat **10:00** kadar [ersinihale@gmail.com](mailto:ersinihale@gmail.com) adresine ya da (342) 221 0142 nolu numaraya fax ile gönderilebilir.

Telefon : 342 221 0700

Faks : 342 221 0142

Mail : [ersinihale@gmail.com](mailto:ersinihale@gmail.com)

  
Vedat ARIKAN  
İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.

S.No	Malzeme Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	SU ARITMA SİSTEMİ BAKIM ONARIM HİZMETİ(YEDEK PARÇA MAL ALIMI İSTİSNA BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ PARÇALAR HARIÇ)	Adet	2		
2	MOBİL SU ARITMA SİSTEMİ BAKIM ONARIM HİZMETİ(YEDEK PARÇA MAL ALIMI İSTİSNA BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ PARÇALAR HARIÇ)	Adet	2		
<b>Genel Toplam (KDV Hariç)</b>					

NOT : SUT kapsamında olan ürünler için SGK'da geri ödeme alınmazsa veya eksik alınırsa firmaya rücu edilecektir.

**Teklif Mektubuna Esas Fiyat Bildiren Firmanın**

Adı		Firma Yetkilisi
Adresi		
Telefon		Kaşe ve İmza
Faks		
Vergi D.No		



**T.C.**  
**GAZİANTEP VALİLİĞİ**  
**İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ**  
Dr.Ersin ARSLAN Eğitim ve Araştırma Hastanesi

**BAKIM VE ONARIM HİZMETLERİ**  
**( YEDEK PARÇA/MAL ALIM, İSTİSNA PARÇALAR HARİÇ)**  
**TEKNİK ŞARTNAME**

**KONU:**

Hastanemizde bulunan 4 adet FRESENIUS marka AQUA RO model Su Arıtma Sistemlerinin parça hariç bakım-onarım hizmet işlerini konu alır.

MARKA	MODEL	SERİ NO
1)- FRESENIUS	AQUA RO MODULER PLUS	1746M1718
2)- FRESENIUS	AQUA RO MODULER PLUS	1746M1719
3)- FRESENIUS	AQUA RO	1910B2071
4)- FRESENIUS	AQUA RO	1910B2072

**GENEL AÇIKLAMA:**

1. Cihazların her türlü bakım arıza onarım işlerini firma yetkili teknik personeli ile gerçekleştirecektir. Arızanın 24 (yirmi dört) saat içinde müdahale edecek ve en geç 72 (yetmiş iki) saat içinde arıza giderilecektir.
2. Yetki belgesine sahip olan veya gerekli güncel sertifikalara sahip yüklenici firma kendisinin veya yetkilendirilen temsilci/ ana firmanın TS 12426 standardını TSE Hizmet Yeri Yeterlilik belgesinde sunabilmelidir.
3. Bakım-onarım hizmeti mesai saatleri içerisinde yapılacaktır.
4. Periyodik bakımlarda tespit edilen arızalar için, düzenlenen Arıza Bakım-Onarım Formunda onarım için gerekli parçalar belirtilecektir.
5. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 10 gün içerisinde bakım-onarım yapılacaktır.
6. Bakım-onarım biyomedikal teknik servis eşliğinde yapılacaktır.
7. Yüklenici firma 2 ayda bir yılda 6 defa bakım yapılacak şekilde ilgili birim ile birlikte bakım tarihi ve saatlerini belirleyecek, bu tarihlerle birlikte cihazın ayrıntılı bakım planı da yazılı olarak Klinik Mühendislik Birimine verilecektir.
8. Yüklenici firma bakım tarihlerindeki değişikliği ilgili birimin onayını aldıktan sonra yapabilecektir. Yeni bakım tarihi Teknik Servis Birimine en az 5 (beş) iş gününden önce bildirecektir.
9. Sistem en az yıllık %95 up-time (cihaz aktif faaliyet süresi 365 gün üzerinden hesaplanır) olacak şekilde çalışmalı bu süreye ulaşılmaması halinde, ulaşılamayan her süre için garanti ve bakım zamanına iki kat süre eklenecektir.
10. Cihazın faturasında ve teknik raporda "Onarım Hizmetleri (Yedek Parça/ Mal Alımı, İstisna Parçalar Hariç)" ifadesi yazılmalıdır.

Havva MALBANT  
(Diyadin Hemşiresi)

Dr. Yusuf HATİPOĞLU  
Dip. Teş. No: 337190  
Diyadin Teş. No: 1730  
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Uzm. Dr. Mehmet TUNÇAY  
Dahiliye ve Nöroloji Uzmanı  
Dip. Teş. No: 115445 - 1149507 - 70487  
Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hast.