

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

4.10.2021

İhale Kodu :20353
Sayı :53117430/
Konu :Teklif Mektubu

SAYIN

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun esas ve hükümlerine göre satın alınacaktır.Firmanız tarafından temini mümkün ise piyasa araştırmasına esas olmak üzere; Hastanemize **KDV Hariç** fiyat verilmesini rica ederim.

AÇIKLAMALAR

- 1.Teklif mektuplarına cevapların Hastanenin yada firmanın antetli kağıtlara yazılması,
- 2.İlgili firma tarafından kaşelenmesi, noter tasdiklivekalet verilmiş yetkili kişi tarafından imzalanması,
- 3.Teklifin yapıldığı tarihin belirtilmesi,
- 4.Teklif edilen fiyatlarda herhangi bir oynama ve düzeltme yapılmaması,
- 5.Yüklenici firma malzeme tesliminde garanti belgesi ve satış sonrası hizmet yeterlilik belgesini getirmek zorundadır.
- 6.Firma teklif mektubunda Marka ve UBB belirtmek zorundadır.
- 7.Teklif edilen ürünlerde Sağlık Bakanlığı Onaylı ve T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) kayıtlı olmalıdır.Teklif veren isteklilerin teklif ettiği ürünün tedarikçi firma tanımlayıcı numarası veya teklif ettiği ürünün bayisi olduğuna dair bayi tanımlayıcı numarası olmalıdır.
- 8.Teklif edilen ürünlerin ticari markası, modeli TİTUBB barkod numarası ve Firma ve/veya Bayi Tanımlayıcı numarası teklif sıra numarasına göre liste halinde ihale dosyasında verilecektir.
- 9.Ekteki teknik şartnameye göre teklif verilecektir.

NOT : Tekliflerde Karalama ve Daksil Kesinlikle Olmayacaktır.

Teklifler imza firma kaşesi olması şartıyla **06.10.2021** tarih saat **10:00** kadar ersinihale@gmail.com adresine ya da (342) 221 0142 nolu numaraya fax ile gönderilebilir.

Telefon : 342 221 0700
Faks : 342 221 0142
Mail : ersinihale@gmail.com


Vedat ARIKAN
İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.

S.No	Malzeme Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	EEG SNAP ELEKTRODU DİSPOSABLE(TEK KULANIMLIK)	Adet	6000		
Genel Toplam (KDV Hariç)					

NOT : SUT kapsamında olan ürünler için SGK'da geri ödeme alınamazsa veya eksik alınırsa firmaya rücu edilecektir.

Teklif Mektubuna Esas Fiyat Bildiren Firmanın

Adı		Firma Yetkilisi
Adresi		
Telefon		Kaşe ve İmza
Faks		
Vergi D.No		

ISLAK JELLİ ABR/BERA ELETKRODU

1. BERA testlerinde kullanılmak üzere ıslak jelli olarak dizayn edilmiş olmalıdır.
2. Klinik ABR/BERA uygulamalarında mastoid üzerine kolay adapte edilecek şekilde tasarlanmış olmalıdır.
3. Vivosonic, interacoustics Eclipse, Otometrics Ics Charter marka Klinik ABR cihazları ile %100 uyumlu olmalıdır.
4. Elektrot' un hasta cildine temas eden kısmı hidrojel yapıda, kavrama bölgesi cildin rahat nefes alabilmesine olanak verebilecek şekilde dizayn edilmiş poliüretan bio uyumlu köpük yapıda olmalıdır, 25x25mm veya 45x22 ebatlarında olmalıdır.
5. Yapışkan madde akrilat yapıda olmalıdır.
6. Elektrodun sensör kısmı Ag/AgCl (gümüş/gümüş klorid) yapıda olmalıdır.
7. Ürün 25 veya 50 lik adetler halinde paketlenmiş olup, paketler açıldığında ortalama elektrot ömrü max. 1 ay ve üretim tarihini müteakip ortalama açılmamış paketlerin minimum son tüketim tarihi 18-24 ay arasında olmalıdır.

Ody. M. Akar TATLI
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve
Araştırma Hastanesi
Kulak-Burun-Böğaz Hastalıkları
Dip. No: 201507 - 00126

Sevgili Bakanlık
T.C.
Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve
Araştırma Hastanesi
Kulak-Burun-Böğaz Hastalıkları
Tescil No: 21503 / 2012

Doç. Dr. Secaettin GÜLŞEL
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi
KBB Uzmanı
Dip. No: 145046