

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

6.10.2021

İhale Kodu :20376
Sayı :53117430/
Konu :Teklif Mektubu

SAYIN

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun esas ve hükümlerine göre satın alınacaktır.Firmanız tarafından temini mümkün ise piyasa araştırmasına esas olmak üzere; Hastanemize **KDV Hariç** fiyat verilmesini rica ederim.

AÇIKLAMALAR

- 1.Teklif mektuplarına cevapların Hastanenin yada firmanın antetli kağıtlara yazılması,
- 2.İlgili firma tarafından kaşelenmesi, noter tasdiklivekalet verilmiş yetkili kişi tarafından imzalanması,
- 3.Teklifin yapıldığı tarihin belirtilmesi,
- 4.Teklif edilen fiyatlarda herhangi bir oynama ve düzeltme yapılmaması,
- 5.Yüklenici firma malzeme tesliminde garanti belgesi ve satış sonrası hizmet yeterlilik belgesini getirmek zorundadır.
- 6.Firma teklif mektubunda Marka ve UBB belirtmek zorundadır.
- 7.Teklif edilen ürünlerde Sağlık Bakanlığı Onaylı ve T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) kayıtlı olmalıdır.Teklif veren isteklilerin teklif ettiği ürünün tedarikçi firma tanımlayıcı numarası veya teklif ettiği ürünün bayisi olduğuna dair bayi tanımlayıcı numarası olmalıdır.
- 8.Teklif edilen ürünlerin ticari markası, modeli TİTUBB barkod numarası ve Firma ve/veya Bayi Tanımlayıcı numarası teklif sıra numarasına göre liste halinde ihale dosyasında verilecektir.
- 9.Ekteki teknik şartnameye göre teklif verilecektir.

NOT : Tekliflerde Karalama ve Daksil Kesinlikle Olmayacaktır.

Teklifler imza firma kaşesi olması şartıyla **11.10.2021** tarih saat **10:00**kadar ersnihale@gmail.com adresine ya da (342) 221 0142 nolu numaraya fax ile gönderilebilir.

Telefon : 342 221 0700
Faks : 342 221 0142
Mail : ersnihale@gmail.com


Vedat ARIKAN
İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.

S.No	Malzeme Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	KILAVUZ(GUIDİNG) KATETER (KR1142)	Adet	400		
Genel Toplam (KDV Hariç)					

NOT : SUT kapsamında olan ürünler için SGK'da geri ödeme alınmazsa veya eksik alınırsa firmaya rücu edilecektir.

Teklif Mektubuna Esas Fiyat Bildiren Firmanın

Adı		Firma Yetkilisi
Adresi		
Telefon		Kaşe ve İmza
Faks		
Vergi D.No		

KR1142 KILAVUZ (GUIDİNG) KATETER TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-İç çapı en az 0.066 inch olmalı, boyu 100-110 cm olmalı, ucu soft touch ve atravmatik olmalı, gövdesi wire-braided olmalı, iç lümeni PTFE kaplı olmalı, özel pürüzsüz iç yüzeye sahip olmalıdır.

2-Torkabilitesi, itilebilirliği, manevra yeteneği uygun olmalıdır, kateterin kuvvetli hafızası (memory) olmalı, guidewire ile düzeltildikten sonra eski haline gelmelidir.

3-Ucu radyopak özelliği daha fazla olan materyalden üretilmiş olmalıdır.

4-Proksimalde plastik materyalden üretilmiş standart luer lock konnektör olmalı, French ölçüsü ve curve tipi-numarası belirtilmelidir.

5-Kateter king ve kırılmaya karşı dirençli olmalıdır.

6- Bire bir torque yapabilmelidir, iyi back-up support verebilmelidir.

7-Kissing balon yapmaya uygun iç lümen çapı olmalıdır.

8-Kateterler yan delikli olacaktır.

Aşağıdaki curve ve ebatlardan muhtelif sayılarda alınacaktır.

Firmalar tüm bu kateter çeşitliliğini tek markadan olmak şartıyla sağlamak zorundadır:

JL 3.5

JL 4

JL 4.5

JL5

JL6

JR 3.5

JR4

JR4.5

AL1

AL2

AL3

AR1

AR2

AR3

LIMA kateteri

Ekstra becap kateteri

Sağ koroner bypass kateteri

Sol koroner bypass kateteri

(6F, 7F ve 8F seçenekleri olmalıdır)

Uzm. Dr. Sedat KARACA
Kardiyoloji Uzmanı
Dip.Tes.No: 15760
Dr.Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Uzm. Dr. Veynel Özgür BARIŞ
Kardiyoloji Uzmanı
Dip.Tes.No: 15760
Dr. Ersin Arslan
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Uzm. Dr. Sedat SAKALLI
Kardiyoloji Uzmanı
Dip.Tes.No: 15760
Dr. Ersin Arslan
Eğitim ve Araştırma Hastanesi