

T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü  
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

6.10.2021

İhale Kodu :20378  
Sayı :53117430/  
Konu :Teklif Mektubu

**SAYIN**

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun esas ve hükümlerine göre satın alınacaktır.Firmanız tarafından temini mümkün ise piyasa araştırmasına esas olmak üzere; Hastanemize **KDV Hariç** fiyat verilmesini rica ederim.

**AÇIKLAMALAR**

- 1.Teklif mektuplarına cevapların Hastanenin yada firmanın antetli kağıtlara yazılması,
- 2.İlgili firma tarafından kaşelenmesi, noter tasdikli vekalet verilmiş yetkili kişi tarafından imzalanması,
- 3.Teklifin yapıldığı tarihin belirtilmesi,
- 4.Teklif edilen fiyatlarda herhangi bir oynama ve düzeltme yapılmaması,
- 5.Yüklenici firma malzeme tesliminde garanti belgesi ve satış sonrası hizmet yeterlilik belgesini getirmek zorundadır.
- 6.Firma teklif mektubunda Marka ve UBB belirtmek zorundadır.
- 7.Teklif edilen ürünlerde Sağlık Bakanlığı Onaylı ve T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TITUBB) kayıtlı olmalıdır.Teklif veren isteklilerin teklif ettiği ürünün tedarikçi firma tanımlayıcı numarası veya teklif ettiği ürünün bayiye olduğuna dair bayi tanımlayıcı numarası olmalıdır.
- 8.Teklif edilen ürünlerin ticari markası, modeli TITUBB barkod numarası ve Firma ve/veya Bayi Tanımlayıcı numarası teklif sıra numarasına göre liste halinde ihale dosyasında verilecektir.
- 9.Ekteki teknik şartnameye göre teklif verilecektir.

NOT : Tekliflerde Karalama ve Daksil Kesinlikle Olmayacaktır.

Teklifler imza firma kaşesi olması şartıyla **08.10.2021** tarih saat **10:00** kadar ersinihale@gmail.com adresine ya da (342) 221 0142 nolu numaraya fax ile gönderilebilir.

Telefon : 342 221 0700  
Faks : 342 221 0142  
Mail : ersinihale@gmail.com

  
Vedat ARSLAN  
İdari ve Mali İşler Müdür Yard.

S.N	Malzeme Adı	Miktar	Birimi	UBB - UTS	SUT KODU	Birim Fiyatı	ToplamTutar
1	OTOMATİK POMPA ŞİRINGASI, DSA İÇİN	125	Adet				
2	Y KONNEKTÖR	1000	Adet				
3	KILAVUZ TEL HİDROFİLİK SERT 0,032-0,038 İNÇ 260-300CM	100	Adet				
4	TORQUER, KORONER ANJİYOPLASTİ 0,010-0,016	1000	Adet				
5	İNTRODUSER TEL İĞNE KORONER ANJİYOPLASTİ İÇİN	2000	Adet				
<b>Genel Toplam (KDV Hariç)</b>							

NOT : SUT kapsamında olan ürünler için SGK'da geri ödeme alınmazsa veya eksik alınırsa firmaya rücu edilecektir.

**Teklif Mektubuna Esas Fiyat Bildiren Firmanın**

Adı		Firma Yetkilisi
Adresi		
Telefon		Kaşe ve İmza
Faks		
Vergi D.No		

## Y KONNEKTÖR (KR1145) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Distal ucu ile katetere bağlanan, diğer ucunun içerisinde guidewire ile balon ve stent geçmesine izin verecek şekilde genişletilebilecek ve gerektiğinde sıkıştırılabilecek buton sistemi olan, üçüncü yolla konnektöre bağlanan kısa line ile Y şeklinde olmalıdır.
- 2-Şeffaf ve dayanıklı sert plastik materyalden yapılmış, uç kısmı rotating adaptörlü olmamalı aç-kapa şeklinde butonlu olmalı, hemostatik valvı kan ve sıvı sızışına engel olacak şekilde dizayn edilmiş, 800 PSI basınca dayanıklı, 0.014 inch guidewire kullanımına uygun olmalıdır.

## KILAVUZ TEL HİDROFİLİK SERT 0,032-0,038 İNÇ 260-300CM (KR1072) TEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Guide wire çekirdeğinde super esnek özel Nikel-Titanyum alaşımından yapılmış Radiopak Solid bir metal içermelidir.
- 2-Bu metalin üzeri uluslararası standart ölçülerde biyolojik uygunluğu kanıtlanmış özel polüretan elastomer malzeme ile birbirinden ayrılmayacak şekilde kaplanmış olmalıdır.
- 3- Guide Wire 'lar sert şaftlı olmalıdır. Guide wire'in en dışı hidrofilik bir malzeme ile kaplanmış olup, su ve kan gibi biyolojik sıvılarınla temasa geçildiğinde, biyolojik ortamda en zor geçişlerden bile rahatlıkla geçebilecek kayganlıkta olmalıdır.
- 4-Guide wire'in ucu kesinlikle atravmatik olmalıdır.
- 5-Merkezdeki süper esnek özel Nikel-Titanyum (nitinol) alaşımlı metal, Guide wire'in ucuna yaklaşık 3cm kala bitmelidir.
- 6-Hidrofilik kaplama dolayısıyla, Kateter, Guide wire üzerinden kaydırıldığında kateterin çok kolay kaymasını sağlamalıdır.
- 7-Süper esnek Guide wire bükülmelerden etkilenmemeli tekrar eski şeklini almalıdır.
- 8- Bu özelliği ile Guide wire kuvvetli hafızaya sahip olmalıdır.
- 9-Guide wire tek parça yapılmalıdır.
- 10-Guide wire damar seçiciliği için 1:1 tork kontrolü sağlamalıdır.
- 11-Guide wire'lar 0,035 inch kalınlığında 260-300 cm olup düz ya da angled uçlu seçenekleri olmalıdır.

## ANJİOGRAFİK POMPA ENJEKTÖRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- 150 cc hacminde plastikten yapılmış ve disposabl olmalıdır.
- 2-Ucunda luer için kilit bulunmalı ve ara konnektör vasıtasıyla anjiografi kateterleri ile uyumlu kullanılabilir.
- 3-Yoğunluğu yüksek opak madde pistonun hareketini engellememelidir.
- 4-Kateter laboratuvarımızda bulunan otomatik pompa cihazları ile uyumlu olmalıdır.

Uzm. Dr. Özgür FARİŞ  
Kardiyoloji Uzmanı  
Dip.Tes.No: 120 53  
Etiler Hastanesi

Uzm. Dr. Sedat SARALLI  
Kardiyoloji Uzmanı  
Dip.Tes.No: 10265  
Doç. Dr. Arslan  
Eğitimi ve Araştırma Hastanesi

Uzm. Dr. Özgür KARACA  
Kardiyoloji Uzmanı  
Dip.Tes.No: 16500 Uzm.Tes.No: 136274  
Dr. Etiler Hastanesi

## İNTRODUSER TEL İĞNE KORONER ANJİYOPLASTİ İÇİN (KR1146) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-İçinden 0.014 '' guidewire kolayca, deforme olmadan ve takılmadan geçebilmeli ve Y adaptör içine yerleştirilebilmelidir.
- 2- En az 15 cm uzunlukta olmalıdır. Y konnektörden kolay geçebilmeli ve konnektör fonksiyonunu bozmamalıdır.
- 3-Lümen çapı guide ile hemorajiye müsaade etmemelidir.
- 4-İç lümeni pürüzsüz ve ucu künt boru şeklinde paslanmaz metalden yapılmış olmalıdır.

## TORQUER, KORONER ANJİYOPLASTİ 0,010-0,016 (KR2011) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-0.010 inch'den 0.045 inch'e kadar değişen tüm ölçüdeki kılavuz teller için, telin ucunun kontrollü manüplasyonunu sağlayan yapıda olmalıdır. "Over the wire" yapıda olmalıdır.
- 2-Dayanıklı sert plastikten imal edilmiş olmalıdır.
- 3 Düşük ışık altında görünümü kolaylaştıran parlak renkte olmalıdır.

**Uzm. Dr. Sedat BARIŞ**  
Kardiyoloji Uzmanı  
Dip. Tes. No: 20 538  
Dr. Ersin Arslan  
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

**Uzm. Dr. Sedat SAKALLI**  
Kardiyoloji Uzmanı  
Dip. Tes. No: 140255  
Dr. Ersin Arslan  
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

**Uzm. Dr. Meltem KARACA**  
Kardiyoloji Uzmanı  
Dip. Tes. No: 130274  
Dr. Ersin Arslan  
Eğitim ve Araştırma Hastanesi