

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

8.10.2021

İhale Kodu :20387
Sayı :53117430/
Konu :Teklif Mektubu

SAYIN

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun esas ve hükümlerine göre satın alınacaktır.Firmanız tarafından temini mümkün ise piyasa araştırmasına esas olmak üzere; Hastanemize **KDV Hariç** fiyat verilmesini rica ederim.

AÇIKLAMALAR

- 1.Teklif mektuplarına cevapların Hastanenin yada firmanın antetli kağıtlara yazılması,
- 2.İlgili firma tarafından kaşelenmesi, noter tasdiklivekalet verilmiş yetkili kişi tarafından imzalanması,
- 3.Teklifin yapıldığı tarihin belirtilmesi,
- 4.Teklif edilen fiyatlarda herhangi bir oynama ve düzeltme yapılmaması,
- 5.Yüklenici firma malzeme tesliminde garanti belgesi ve satış sonrası hizmet yeterlilik belgesini getirmek zorundadır.
- 6.Firma teklif mektubunda Marka ve UBB belirtmek zorundadır.
- 7.Teklif edilen ürünlerde Sağlık Bakanlığı Onaylı ve T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TITUBB) kayıtlı olmalıdır.Teklif veren isteklilerin teklif ettiği ürünün tedarikçi firma tanımlayıcı numarası veya teklif ettiği ürünün bayisi olduğuna dair bayi tanımlayıcı numarası olmalıdır.
- 8.Teklif edilen ürünlerin ticari markası, modeli TITUBB barkod numarası ve Firma ve/veya Bayi Tanımlayıcı numarası teklif sıra numarasına göre liste halinde ihale dosyasında verilecektir.
- 9.Ekteki teknik şartnameye göre teklif verilecektir.

NOT : Tekliflerde Karalama ve Daksil Kesinlikle Olmayacaktır.

Teklifler imza firma kaşesi olması şartıyla **12.10.2021** tarih saat **10:00**kadar ersinihale@gmail.com adresine ya da (342) 221 0142 nolu numaraya fax ile gönderilebilir.

Telefon : 342 221 0700
Faks : 342 221 0142
Mail : ersinihale@gmail.com


Vedat ARIKAN
İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.

S.No	Malzeme Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	BERA (BEYİN SAPI CEVABI) ODYOMETRE CİHAZI/ABR CİHAZI-İŞİTME TEST PROBU (3,5 MM BOYUNDA)	Adet	20		
2	BERA (BEYİN SAPI CEVABI) ODYOMETRE CİHAZI/ABR CİHAZI-İŞİTME TEST PROBU (4 MM BOYUNDA)	Adet	40		
Genel Toplam (KDV Hariç)					

NOT : SUT kapsamında olan ürünler için SGK'da geri ödeme alınmazsa veya eksik alınırsa firmaya rücu edilecektir.

Teklif Mektubuna Esas Fiyat Bildiren Firmanın

Adı		Firma Yetkilisi
Adresi		
Telefon		Kaşe ve İmza
Faks		
Vergi D.No		



T.C.
GAZİANTEP VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Dr. Ersin ARSLAN Eğitim ve Araştırma Hastanesi

BERA CİHAZI İŞİTME TEST PROBU (4 MM)
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 2,5 cm'lik siyah tüp olmalıdır.
2. Tüp içinden ses iletimine uygun olacak şekilde delik olmalıdır.
3. 4 mm boyunda olmalıdır.
4. Verilen parçalar en az 6 ay garantili olmalıdır.
5. Teklif verilen ürün UBB/ÜTS'ye tabi ise ilgili evraklar dosyada sunulmalıdır.
6. Yetki belgesine sahip olan veya gerekli güncel sertifikalara sahip yüklenici firma kendisinin veya yetkilendiren temsilci/ana firmanın TS 12426 standardını veya TS 13703 standardını Hizmet Yeterlilik Belgesinde sunabilmelidir.
7. Teklif edilen ürün numunesi değerlendirildikten sonra onay verilecektir.

Ömer Aydın
Odyanetrist
C.442

Doç.Dr. Secaattin GÜZEL
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Baskı No: 125046



T.C.
GAZİANTEP VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Dr. Ersin ARSLAN Eğitim ve Araştırma Hastanesi

BERA CİHAZI İŞİTME TEST PROBU (3,5 MM)
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 2,5 cm'lik siyah tüp olmalıdır.
2. Tüp içinden ses iletimine uygun olacak şekilde delik olmalıdır.
3. 3,5 mm boyunda olmalıdır.
4. Verilen parçalar en az 6 ay garantili olmalıdır.
5. Teklif verilen ürün UBB/ÜTS'ye tabi ise ilgili evraklar dosyada sunulmalıdır.
6. Yetki belgesine sahip olan veya gerekli güncel sertifikalara sahip yüklenici firma kendisinin veya yetkilendiren temsilci/ana firmanın TS 12426 standardını veya TS 13703 standardını Hizmet Yeterlilik Belgesinde sunabilmelidir.
7. Teklif edilen ürün numunesi değerlendirildikten sonra onay verilecektir.

Ömer Aydın
Ordyane Dr.ist
Aydın

Doç.Dr. Secaattin GÜLŞEN
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Bazımlı Yrd.
Eğit. No: 145046