

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

12.10.2021

İhale Kodu :20408
Sayı :53117430/
Konu :Teklif Mektubu

SAYIN

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun esas ve hükümlerine göre satın alınacaktır.Firmanız tarafından temini mümkün ise piyasa araştırmasına esas olmak üzere; Hastanemize **KDV Hariç** fiyat verilmesini rica ederim.


AÇIKLAMALAR

- 1.Teklif mektuplarına cevapların Hastanenin yada firmanın antetli kağıtlara yazılması,
- 2.İlgili firma tarafından kaşelenmesi, noter tasdikli vekalet verilmiş yetkili kişi tarafından imzalanması,
- 3.Teklifin yapıldığı tarihin belirtilmesi,
- 4.Teklif edilen fiyatlarda herhangi bir oynama ve düzeltme yapılmaması,
- 5.Yüklenici firma malzeme tesliminde garanti belgesi ve satış sonrası hizmet yeterlilik belgesini getirmek zorundadır.
- 6.Firma teklif mektubunda Marka ve UBB belirtmek zorundadır.
- 7.Teklif edilen ürünlerde Sağlık Bakanlığı Onaylı ve T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) kayıtlı olmalıdır.Teklif veren isteklilerin teklif ettiği ürünün tedarikçi firma tanımlayıcı numarası veya teklif ettiği ürünün bayisi olduğuna dair bayi tanımlayıcı numarası olmalıdır.
- 8.Teklif edilen ürünlerin ticari markası, modeli TİTUBB barkod numarası ve Firma ve/veya Bayi Tanımlayıcı numarası teklif sıra numarasına göre liste halinde ihale dosyasında verilecektir.
- 9.Ekteki teknik şartnameye göre teklif verilecektir.

NOT : Tekliflerde Karalama ve Daksil Kesinlikle Olmayacaktır.

Teklifler imza firma kaşesi olması şartıyla **13.10.2021** tarih saat **10:00** kadar ersinihale@gmail.com adresine ya da (342) 221 0142 nolu numaraya fax ile gönderilebilir.

Telefon : 342 221 0700
Faks : 342 221 0142
Mail : ersinihale@gmail.com


Vedat ARIKAN
İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.

| S.N | Malzeme Adı | Miktar | Birimi | UBB - UTS | SUT KODU | Birim Fiyatı | ToplamTutar |
|---------------------------------|---|--------|--------|-----------|----------|--------------|-------------|
| 1 | PERKÜTAN FASET DİSTRAKSİYON İMLANTI, SERVİKAL | 2 | Adet | | | | |
| Genel Toplam (KDV Hariç) | | | | | | | |

NOT : SUT kapsamında olan ürünler için SGK'da geri ödeme alınamazsa veya eksik alınırsa firmaya rücu edilecektir.

Teklif Mektubuna Esas Fiyat Bildiren Firmanın

| | | |
|------------|--|-----------------|
| Adı | | Firma Yetkilisi |
| Adresi | | |
| Telefon | | Kaşe ve İmza |
| Faks | | |
| Vergi D.No | | |

BİLATERAL SERVİKAL FASET DİSTRAKSİYON SİSTEMİ

1. Faset Vida Sistemi, faset bağlantının distraksiyonunu, sinir kökünün dekompresyonunu ve spinal stabilizasyonu sağlayan posterior bir sabitleme yapmalıdır. Sistem, C 3 – C 7 (dâhil) spinal düzeylerdeki posterior cerrahi tedavi amacıyla, tıbbi geçmiş ve radyografik çalışmalar ile doğrulanan dejeneratif disk hastalığına bağlı disk ağrılarında, servikal radikülopatide ve foraminal stenoz hastalarında endike olmalıdır.
2. Sistem 1 cm çapında erişim tüpleri ile uygulanabilir olup x-ray rehberliği altında, perkütan olarak faset eklemler içinde yerleştirilebilmelidir. İmplantlar kanatlı yapıda ve ortadan çevrilerek açılabilir tutunum özelliğinde tüp içerisinden uygulanabilecek boyutlarda olup uygulama yapılırken hastaya herhangi bir zarar vermeyecek hassasiyette dizayn edilmiş olmalıdır.
3. Operasyon süresini kısaltan, kolay ve güvenilir kullanıma uygun tasarlanmış cerrahi sistemi bulunmalıdır. Sistemin el aletleri dil keski, raspa keski, çalışma kanülü, dekortikasyon aleti, dekortikasyon fork, greft gönderici ve 2 adet implant göndericiden oluşmalıdır.
4. Sistem bilateral tek veya daha fazla seviyede perkütan transfaset posterior servikal stabilizasyon için kullanılabilir olmalıdır.
5. Sistem implantları Titanyum ya da Titanyum alaşımından imal edilmiş olmalı, BT ve MRI tetkiklerine engel olmamalıdır.
6. Faset vidalar uygulandıktan sonra greft göndermeye uygun el aletleri olmalıdır.
7. Oda sıcaklığında depolanabilir olmalıdır.
8. Sistem CE sertifikasına sahip olmalıdır. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri genel Müdürlüğü'nün Tıbbi Cihaz Satın alma işlemleri Konulu ve 2008/36 sayılı genelgesi gereği; isteklilerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı olması ve alımı yapılacak cihazların "Sağlık bakanlığından onaylı" olması gerekmektedir. İsteklilerin söz konusu genelge gereği TİTUBB' a kayıtlı olduklarına dair firma tanımlayıcı numaralarını (istekli bayi ise bayi tanımlayıcı numaralarını) ve teklif ettikleri ürünlerin onaylanmış barkod numaralarını teklif zarfında sunmalıdırlar.
9. Sistem TİTUBB kayıtlarında aşağıda belirtilen SUT Kodları ile tanımlı olmalıdır.

| Sıra No | Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | SUT Kodu |
|---------|---|----------|
| 1 | Perkütan Bilateral Transfaset Servikal Distraksiyon Seti (PERKÜTAN FASET DİSTRAKSİYON APARATI, SERVİKAL) | 103.083 |

Op.Dr. Aykut SEZER
Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı
Dip. Tes. No: 1710798143
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hast.

Op.Dr. Yücel DÜZENLİ
Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı
Dip. Tes. No: 1710798143
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hast.

Op. Dr. Alper DOĞRUA
Dip. Tes. No: 128456 Uzm. Tec. No: 114
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve
Araştırma Hastanesi

DR. ERSİN ARSLAN E.A.H.
Adı: YETER ÇİCEK / H.NO: 2008187885
Kayıt Tarihi: 24.09.2021 10:28:00
Doğ. Tar/ Yeri: 26.11.1982 / SEHİTKAMİL
Beyin ve Sinir Cerrahi Servisi
Op. Dr. AYKUT SEZER
T.C.No: 65122243308 Prt: Y210019865

