

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

11.10.2021

İhale Kodu :20395
Sayı :53117430/
Konu :Teklif Mektubu

SAYIN

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun esas ve hükümlerine göre satın alınacaktır.Firmanız tarafından temini mümkün ise piyasa araştırmasına esas olmak üzere; Hastanemize **KDV Hariç** fiyat verilmesini rica ederim.

AÇIKLAMALAR

- 1.Teklif mektuplarına cevapların Hastanenin yada firmanın antetli kağıtlara yazılması,
- 2.İlgili firma tarafından kaşelenmesi, noter tasdikli vekalet verilmiş yetkili kişi tarafından imzalanması,
- 3.Teklifin yapıldığı tarihin belirtilmesi,
- 4.Teklif edilen fiyatlarda herhangi bir oynama ve düzeltme yapılmaması,
- 5.Yüklenici firma malzeme tesliminde garanti belgesi ve satış sonrası hizmet yeterlilik belgesini getirmek zorundadır.
- 6.Firma teklif mektubunda Marka ve UBB belirtmek zorundadır.
- 7.Teklif edilen ürünlerde Sağlık Bakanlığı Onaylı ve T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) kayıtlı olmalıdır.Teklif veren isteklilerin teklif ettiği ürünün tedarikçi firma tanımlayıcı numarası veya teklif ettiği ürünün bayisi olduğuna dair bayi tanımlayıcı numarası olmalıdır.
- 8.Teklif edilen ürünlerin ticari markası, modeli TİTUBB barkod numarası ve Firma ve/veya Bayi Tanımlayıcı numarası teklif sıra numarasına göre liste halinde ihale dosyasında verilecektir.
- 9.Ekteki teknik şartnameye göre teklif verilecektir.

NOT : Tekliflerde Karalama ve Daksil Kesinlikle Olmayacaktır.

Teklifler imza firma kaşesi olması şartıyla **13.10.2021** tarih saat **10:00** kadar ersinihale@gmail.com adresine ya da (342) 221 0142 nolu numaraya fax ile gönderilebilir.

Telefon : 342 221 0700
Faks : 342 221 0142
Mail : ersinihale@gmail.com


Vedat ARIKAN
İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.

S.N	Malzeme Adı	Miktar	Birimi	UBB - UTS	SUT KODU	Birim Fiyatı	ToplamTutar
1	BALON ANJİYOPLASTİ KATETERİ İLAÇ SALINIMLI YÜKSEK BASINÇLI 0,035 İNÇ OTW (EN AZ 16 ATM) (KV2035)	25	Adet				
2	PERİFERİK ANJİYOPLASTİ BALON KATETER İLAÇ SALINIMLI 0,018 İNÇ OTW (KV2041-GR2008)	5	Adet				
Genel Toplam (KDV Hariç)							

NOT : SUT kapsamında olan ürünler için SGK'da geri ödeme alınmazsa veya eksik alınırsa firmaya rücu edilecektir.

Teklif Mektubuna Esas Fiyat Bildiren Firmanın

Adı		Firma Yetkilisi
Adresi		
Telefon		Kaşe ve İmza
Faks		
Vergi D.No		

KV2033 KATETER, BALON, PERİFERİK, ANJİYOPLASTİ, İLAÇ SALINIMLI, 0.035", OTW TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Balon kateteri periferik damarların ve ya aterosklerotik lezyonların ve damar içi stentlerin takılma öncesi ve sonrası genişletilmesi için tasarlanmış olmalıdır.
2. Balon Kateteri radyopak platin-iridyum markerlara sahip olmalıdır.
3. Balon Kateteri over the wire olmalıdır.
4. Balon Kateterinin proksimal shaftı PTFE distal shaftı hidrofilik kaplı olmalıdır.
5. Kullanılabilir Balon Kateteri 80 cm ve 135 cm uzunluklarında olmalıdır.
6. Balon Kateteri shaftı 5F olmalıdır.
7. Balon Kateteri ölçülere bağlı olarak 6 ATM - 7 ATM basınçta nominal şişme çapına ulaşmalıdır.
8. Balon Kateteri ölçülere bağlı olarak patlama basıncı 11 ATM - 14 ATM arasında olmalıdır.
9. Balon Kateteri 0,035" kılavuz tel ile kullanılabilmelidir.
10. Balon Kateteri çapları 3,00mm – 4,00mm - 5,00mm – 6,00mm – 7,00mm – 8,00mm –9,00mm ve 10,00 mm olmalıdır.
11. Balon Kateteri uzunlukları 60mm – 80mm -120mm ve 150mm olmalıdır.
12. Balon Kateterinin CE belgesi olmalıdır

Dr. Serdar SAKALLI
Kardiyoloji Uzmanı
Din. Tes. No: 70255
Dr. Ersin Arslan
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Dr. Ayşe Çiğdem ÇELİK
Kardiyoloji Uzmanı
Din. Tes. No: 120 558
Dr. Ersin Arslan
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Dr. Fazıl POYRAZ
Kardiyoloji Uzmanı
Uzm. Tes. No: 114 336
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma
Hastanesi GAZİANTEP

KR2042 KATETER, BALON, PERİFERİK, ANJİYOPLASTİ, İLAÇ SALINIMLI, 0.018", OTW, UZUN BALONLU (EN AZ 10 cm) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Teklif edilen ürün, Dizaltı dahil olmak üzere periferik arterlerin perkütan transluminal anjiyoplasti (PTA) lezyonları için tasarlanan iliak, böbrek, popliteal, infrapopliteal, sentetik arteriovenöz diyaliz fistüllerinde, femoral ve iliofemoral obstrüktif lezyonlarda kullanılabilir.
2. Teklif edilen ürünün, şaftı en az 135cm uzunluğunda olmalıdır.
3. Teklif edilen ürün, paklitaxel ilaç yüklü olmalıdır.
4. Teklif edilen ürün, alt bacak ve tortiyöz damarsal lezyonlarında ilerlemesinin daha kolay olması için esnek olmalı, kink ve dirençlere karşı dayanıklı olmalıdır.
5. Teklif edilen ürün, Balon ve distal şaftta hidrofilik kaplama ile birlikte sorunsuz bir geçiş uç yapısında olmalı, yeteneği ile sıkı lezyonlarda geçebilmeli ve direnci azaltabilmelidir.
6. Teklif edilen ürün, Düşük profilli yapısı ile geri çekilebilmeli ve yeniden kılıfı ile geçiş için hazırlanabilmelidir.
7. Teklif edilen ürün, Çift lümenli tasarım sayesinde kan akışını yüksek seviyede sağlamalı ve hızla balonu şişirerek ve söndürerek kan restorasyon hızında değişime sebep olmamalıdır.
8. Teklif edilen ürün, Ürünlerin en düşük olan 2,2.5, 3, 4,5 mm çap seçeneği 5Fr sheath uyumlu olmalıdır.
9. Teklif edilen ürünün 2, 2,5, 3, 4mm çap seçenekleri olmalıdır.
10. Teklif edilen ürünün 4-15 cm arasında değişen uzunluk seçenekleri bulunmalıdır.
11. Teklif edilen ürün, 0.018 inch guide wire ile uyumlu ve over the wire kullanıma müsait olmalıdır.
12. Teklif edilen ürün, düşük profile sahip olmalı geçiş kolaylığı sağlamalıdır.
13. Teklif edilen ürünün, iki adet uç markeri sayesinde tam lezyona uygun olarak pozisyonlandırılabilir.
14. Teklif edilen ürünün, Normal basıncı 7 atmosfer, Patlama basıncı 11 atmosferin üzerinde olmalıdır.

Dr. Sedat SAKALLI
Kardiyoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 110255
Dr. Ersin Arslan
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Dr. Fatih Poyraz
Kardiyoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 157684
Dr. Ersin Arslan
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Dr. Fatih Poyraz
Kardiyoloji Uzmanı
Uzm. Tes. No: 114436
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma
Hastanesi GAZİANTEP