

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

14.10.2021

İhale Kodu :20457
Sayı :53117430/
Konu :Teklif Mektubu

SAYIN

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun esas ve hükümlerine göre satın alınacaktır.Firmanız tarafından temini mümkün ise piyasa araştırmasına esas olmak üzere; Hastanemize **KDV Hariç** fiyat verilmesini rica ederim.

AÇIKLAMALAR

- 1.Teklif mektuplarına cevapların Hastanenin yada firmanın antetli kağıtlara yazılması,
- 2.İlgili firma tarafından kaşelenmesi, noter tasdikli vekalet verilmiş yetkili kişi tarafından imzalanması,
- 3.Teklifin yapıldığı tarihin belirtilmesi,
- 4.Teklif edilen fiyatlarda herhangi bir oynama ve düzeltme yapılmaması,
- 5.Yüklenici firma malzeme tesliminde garanti belgesi ve satış sonrası hizmet yeterlilik belgesini getirmek zorundadır.
- 6.Firma teklif mektubunda Marka ve UBB belirtmek zorundadır.
- 7.Teklif edilen ürünlerde Sağlık Bakanlığı Onaylı ve T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) kayıtlı olmalıdır.Teklif veren isteklilerin teklif ettiği ürünün tedarikçi firma tanımlayıcı numarası veya teklif ettiği ürünün bayisi olduğuna dair bayi tanımlayıcı numarası olmalıdır.
- 8.Teklif edilen ürünlerin ticari markası, modeli TİTUBB barkod numarası ve Firma ve/veya Bayi Tanımlayıcı numarası teklif sıra numarasına göre liste halinde ihale dosyasında verilecektir.
- 9.Ekteki teknik şartnameye göre teklif verilecektir.

NOT : Tekliflerde Karalama ve Daksil Kesinlikle Olmayacaktır.

Teklifler imza firma kaşesi olması şartıyla **15.10.2021** tarih saat **11:00** kadar ersinihale@gmail.com adresine ya da (342) 221 0142 nolu numaraya fax ile gönderilebilir.

Telefon : 342 221 0700
Faks : 342 221 0142
Mail : ersinihale@gmail.com


Vedat ARKAN
İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.

S.N	Malzeme Adı	Miktar	Birimi	UBB - UTS	SUT KODU	Birim Fiyatı	ToplamTutar
1	NAZAL YÜKSEK AKIŞ KANÜLÜ	100	Adet				
2	NAZAL YÜKSEK AKIŞ SETİ	100	Adet				
Genel Toplam (KDV Hariç)							

NOT : SUT kapsamında olan ürünler için SGK'da geri ödeme alınmazsa veya eksik alınırsa firmaya rücu edilecektir.

Teklif Mektubuna Esas Fiyat Bildiren Firmanın

Adı		Firma Yetkilisi
Adresi		
Telefon		Kaşe ve İmza
Faks		
Vergi D.No		

YETİŞKİN NAZAL YÜKSEK AKIŞ KANÜLÜ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kanüller Nazal yüksek akış sistemleri ,Ventilatörlerin Nazal yüksek akış modunda kullanılabilmesi için özel üretilmiş olmalıdır.
2. Nazal yüksek akış kanülleri ayarlanabilir kafa sabitleme kayışı ile kolaylıkla hastaya takılabilmelidir.
3. Nazal yüksek akış kanülleri uzun süreli kullanımda hasta yüzünde deformasyon veya yara oluşturmayacak şekilde tasarlanmış olmalıdır .
4. Nazal yüksek akış kanüllerinin renk kodlu 3 farklı boyu olmalıdır bu boylar;
Pediatrik (S)
Küçük Yetişkin (M)
Yetişkin (L)
5. Firmanın Nazal yüksek akış kanülleri ile aynı tasarımda Trakeostamikanülü de bulunmalıdır. Bu sayede trakeaden soluma ihtiyacı bulunan hastalarda trakeostamikanülü kullanılabilmelidir.
6. Nazal yüksek akış kanülleri dakikada 60 litreye kadar Hava Oksijen karışımı iletebilmelidir.
7. Ventilatör setleri ile kullanılabilmesi için Nazal yüksek akış kanüllerinin girişlerinin universal olması gerekmektedir.
8. Nazal yüksek akış kanüllerinin hassas tedavilerde uygulanması sebebi ile DEPH ve LATEKS içermemesi gerekmektedir.
9. Nazal yüksek akış kanüllerinin septumu tahriş etmemesi için medikal silikondan üretilmiş olması gerekmektedir.
10. Ürünler CE belgeli olmalıdır.
- 11.Kitler ile birlikte cihazın çalışması için gerekli olan hava filtresi verilmelidir.
12. Her 50 adet kit ile birlikte 1 adet sıcaklık sensor probu verilmelidir.

Sevgi YÜZBASIOĞLU
GYBÜ Sorumlu Hemşire
Sicil: H110886

Uzm. Dr. Esin YARDIM
Yoğun Bakım Uzmanı
Dip. Tes. No: 145305
Dr. Ersin Arslan E.A.H.

Yerya ÇAKIR
Genel Yoğun Bakım
Sorumlu Hemşire

Uzman Dr. Mehmet ÖZ
İç Hastalıkları Uzmanı
Dip. Tes. No: 143451
Dr. Ersin Arslan
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

**NAZAL YÜKSEK AKIŞ KİTİ DİSPOSABLE (YETİŞKİN)
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Nazal Yüksek Akış Kiti ısıtıcı hortum hattı, su haznesi (chamber) parçasından oluşmalıdır.
2. Nazal yüksek akış kiti pediatric hastalarda kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.
3. Nazal yüksek akış kiti 10-60litre/dakika aralığında çalışabilmelidir.
4. Nazal yüksek akış kitinin hortum hattı içerisindeki ısıtıcı teller spirally yapıda olmalıdır ve bu özellik sayesinde devre içindeki hava homojen bir şekilde hastaya gönderilmeli ve inspirasyon hattı içerisinde su yoğunlaşması önlenmelidir.
5. Nazal yüksekakış Kiti paketi içerisinde bir adet tek şamandıralı otomatik beslemeli chamber bulunmalıdır. Tek şamandıralı sistemlerde şamandıra kaynaklı oluşabilecek cihaz arızalan yüklenici firma sorumluluğunda olup, arızalanan cihaz için 48 saat içerisinde yenisi teslim edilmelidir. Su seviyesi düştüğü durumlarda system uyarı vermelidir.
6. Nazal yüksek akış kitinin hortum hattına ısı veya akış probu entegre edilmiş olmalı ve bu sayede ek kablo bağlantısına gerek duymamalıdır.
7. Teslim edilecek devrenin ÜTS kaydı bulunmalıdır.
8. Chamber ve hasta devresi hastanemiz covid yoğun bakımda kullanılan cihazlara tam uyumlu ve original marka olmalıdır.
9. Kitlerle birlikte cihazın çalışması için gerekli olan hava filtresi verilmelidir.
10. Her 50 adet kit ile birlikte 1 adet sıcaklık sensor probu verilmelidir.


Sevgi YÜZBASIOĞLU
GYBÜ Sorumlu Hemşire
Sicil: H110836


Uzm. Dr. Esin YARDIM
Yoğun Bakım Uzmanı
Dip. Tes. No: 145305
Dr. Ersin Arslan E.A.H.


Derya ÇINAR
Yoğun Bakım Sorumlu Hemşire


Uzman Dr. Mehmet ÖZ
İç Hastalıkları Uzmanı
Dip. Tes. No: 143451
Dr. Ersin Arslan
Yoğun Bakım Araştırma Hastanesi