

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

18.10.2021

İhale Kodu :20459
Sayı :53117430/
Konu :Teklif Mektubu

SAYIN

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun esas ve hükümlerine göre satın alınacaktır.Firmanız tarafından temini mümkün ise piyasa araştırmasına esas olmak üzere; Hastanemize **KDV Hariç** fiyat verilmesini rica ederim.

AÇIKLAMALAR

- 1.Teklif mektuplarına cevapların Hastanenin yada firmanın antetli kağıtlara yazılması,
- 2.İlgili firma tarafından kaşelenmesi, noter tasdikli vekalet verilmiş yetkili kişi tarafından imzalanması,
- 3.Teklifin yapıldığı tarihin belirtilmesi,
- 4.Teklif edilen fiyatlarda herhangi bir oynama ve düzeltme yapılmaması,
- 5.Yüklenici firma malzeme tesliminde garanti belgesi ve satış sonrası hizmet yeterlilik belgesini getirmek zorundadır.
- 6.Firma teklif mektubunda Marka ve UBB belirtmek zorundadır.
- 7.Teklif edilen ürünlerde Sağlık Bakanlığı Onaylı ve T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) kayıtlı olmalıdır.Teklif veren isteklilerin teklif ettiği ürünün tedarikçi firma tanımlayıcı numarası veya teklif ettiği ürünün bayisi olduğuna dair bayi tanımlayıcı numarası olmalıdır.
- 8.Teklif edilen ürünlerin ticari markası, modeli TİTUBB barkod numarası ve Firma ve/veya Bayi Tanımlayıcı numarası teklif sıra numarasına göre liste halinde ihale dosyasında verilecektir.
- 9.Ekteki teknik şartnameye göre teklif verilecektir.

NOT : Tekliflerde Karalama ve Daksil Kesinlikle Olmayacaktır.

Teklifler imza firma kaşesi olması şartıyla **19.10.2021** tarih saat **10:00** kadar ersinihale@gmail.com adresine ya da (342) 221 0142 nolu numaraya fax ile gönderilebilir.

Telefon : 342 221 0700
Faks : 342 221 0142
Mail : ersinihale@gmail.com


Vedat ARIKAN
İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.

S.N	Malzeme Adı	Miktar	Birimi	UBB - UTS	SUT KODU	Birim Fiyatı	ToplamTutar
1	LOMBER DİSK PROTEZİ, LOMBER, POSTERİOR, MODÜLER, PEEK, İNFERİOR+SÜPERİOR PLAK +İNSERT KOMPLE	1	Adet				
Genel Toplam (KDV Hariç)							

NOT : SUT kapsamında olan ürünler için SGK'da geri ödeme alınamazsa veya eksik alınırsa firmaya rücu edilecektir.

Teklif Mektubuna Esas Fiyat Bildiren Firmann

Adı		Firma Yetkilisi
Adresi		
Telefon		Kaşe ve İmza
Faks		
Vergi D.No		

TEK PARÇADAN OLUŞAN LOMBER DİSK PROTEZİ TEKNİK ŞARTNAME

1. İmplant iki yüzeyi birbirine bağlı tek bir parçadan oluşmalıdır.
2. Protezin üst ve alt parçaları birbirine bridge sistemiyle bağlı olmalıdır.
3. İmplant posterior uygulamaya izin veren yapıya sahip olmalıdır.
4. İmplantın dış yüzeyi dişli bir yapıya sahip olmalıdır.
5. İmplant kapalı yapıda (yan duvarları olan) hareketli sisteme sahip olmalıdır.
6. Lomber disk protezinin tamamı titanyum alaşımdan olup üst ve alt kısımları endplatelere daha sıkı yerleşmesi açısından titanyum kumlama ve porous coating yöntemiyle pürüzlenmiş olmalıdır.
7. Lomber disk protezindeki korozyonu düşürmek için, implantın iç yüzeyi tin coating yöntemi ile kaplanmış olmalıdır.
8. İmplant fleksiyon - ekstensiyon doğrultusunda 15 derece lateral infleksiyonda 6 derece açı sağlamalıdır.
9. Set içerisinde 14X22X6, 14X22X7, 14X22X8, 14X22X9, 14X22X10, 14X22X11, 14X22X12, 14X22X13, 14X22X14, 14X22X15, 14X22X16, 16X24X6, 16X24X7, 16X24X8, 16X24X9, 16X24X10, 16X24X11, 16X24X12, 16X24X13, 16X24X14, 16X24X15, 16X24X16, 18X24X6, 18X24X7, 18X24X8, 18X24X9, 18X24X10, 18X24X11, 18X24X12, 18X24X13, 18X24X14, 18X24X15, 18X24X16, 16X26X6, 16X26X7, 16X26X8, 16X26X9, 16X26X10, 16X26X11, 16X26X12, 16X26X13, 16X26X14, 16X26X15, 16X26X16 boylarında bulunmalı ve protezin aynı boy ve ebatlarda crom cobalt ve peek seçeneği olmalıdır.

Op.Dr. Ayhan SEZER
Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı
Dip.Tescil No: 10/98143
Dr.Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Op.Dr. İnan GEZGİN
Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı
Dip. Tescil No: 146576
Gaziantep Dr. Ersin Arslan
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Op.Dr. Yücel DİZEMLİ
Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı
Dip.Tescil No: 10/1211
Gaziantep Dr. Ersin Arslan
Eğitim ve Araştırma Hastanesi