

T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü  
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

21.10.2021

İhale Kodu :20496  
Sayı :53117430/  
Konu :Teklif Mektubu

**SAYIN**

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun esas ve hükümlerine göre satın alınacaktır.Firmanız tarafından temini mümkün ise piyasa araştırmasına esas olmak üzere; Hastanemize **KDV Hariç** fiyat verilmesini rica ederim.

**AÇIKLAMALAR**

- 1.Teklif mektuplarına cevapların Hastanenin yada firmanın antetli kağıtlara yazılması,
- 2.İlgili firma tarafından kaşelenmesi, noter tasdikli ve kalet verilmiş yetkili kişi tarafından imzalanması,
- 3.Teklifin yapıldığı tarihin belirtilmesi,
- 4.Teklif edilen fiyatlarda herhangi bir oynama ve düzeltme yapılmaması,
- 5.Yüklenici firma malzeme tesliminde garanti belgesi ve satış sonrası hizmet yeterlilik belgesini getirmek zorundadır.
- 6.Firma teklif mektubunda Marka ve UBB belirtmek zorundadır.
- 7.Teklif edilen ürünlerde Sağlık Bakanlığı Onaylı ve T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) kayıtlı olmalıdır.Teklif veren isteklilerin teklif ettiği ürünün tedarikçi firma tanımlayıcı numarası veya teklif ettiği ürünün bayisi olduğuna dair bayi tanımlayıcı numarası olmalıdır.
- 8.Teklif edilen ürünlerin ticari markası, modeli TİTUBB barkod numarası ve Firma ve/veya Bayi Tanımlayıcı numarası teklif sıra numarasına göre liste halinde ihale dosyasında verilecektir.
- 9.Ekteki teknik şartnameye göre teklif verilecektir.

NOT : Tekliflerde Karalama ve Daksil Kesinlikle Olmayacaktır.

Teklifler imza firma kaşesi olması şartıyla **25.10.2021** tarih saat **10:00**kadar [ersinihale@gmail.com](mailto:ersinihale@gmail.com) adresine ya da (342) 221 0142 nolu numaraya fax ile gönderilebilir.

Telefon : 342 221 0700  
Faks : 342 221 0142  
Mail : [ersinihale@gmail.com](mailto:ersinihale@gmail.com)

  
**Vedat ARIKAN**  
İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.

S.No	Malzeme Adı	Birimi	Miktarı	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	SU ANALİZ TEST KİTİ	Adet	2		
<b>Genel Toplam (KDV Hariç)</b>					

NOT : SUT kapsamında olan ürünler için SGK'da geri ödeme alınmazsa veya eksik alınırsa firmaya rücu edilecektir.

**Teklif Mektubuna Esas Fiyat Bildiren Firmanın**

Adı		Firma Yetkilisi
Adresi		
Telefon		Kaşe ve İmza
Faks		
Vergi D.No		



T.C

GAZİANTEP VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

DR. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

**DR. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hemodiyaliz Servisi Su sisteminde Kullanılmak üzere ; Su Analizleri Test Kitleri Şartnamesi**

**Konu:**

Hastanemiz Hemodiyaliz Servisi Su sisteminde Kullanılmak üzere ; Su Analizleri Test Kitleri alım işini konu alır.

**GENEL AÇIKLAMA:**

1. Su analiz test kiti, suya ilişkin testlerin yapılabilmesi için geliştirilmiş olmalıdır.
2. Test kiti içinde, gerekli analizlerin yapılmasını sağlayan ayarlı çözeltiler, belirteçler, deney tüpleri, gerekirse 1 veya 5 ml. iğnesiz enjektör,mikro kaşık, renk eşekli ve kullanma talimatı bulunmalı bir veya birkaç test solüsyonunu koyabilecek polietilen veya antişok malzemeden yapılmış kutu kullanılmalıdır.
3. Test Kiti kutusu, kapaklı ve kolay açılabilir olmalı, içinde şişe ve deney tüplerini koyabilecek özel düzenek olmalı,şişelerin dik durumda olmasını sağlayacak ve aynı çapta yerler olmalı, şişeler 20 – 30 ml hacminde, damlalıklı ve kapakları akıtmayacak biçimde olmalıdır.
4. Deney tüpleri 5 ve 10 ml çizgileri ile işaretlenmiş olmalı, kapakları bulunmalı,Kutu içinde katı belirteçler için mikro kaşık olmalı,Kolorimetrik tayinler için o teste mahsus, renk eşekli bulunmalıdır.
5. Her Su Analiz Test kitinin içinde kullanma talimatı bulunmalıdır.
6. İçme suyu ve saf su kullanımına uygun olmalıdır.
7. Solüsyon kaplarında lot numarası ve solüsyonun son kullanma tarihi yazılı olmalıdır.
8. Test kiti kutusunda toplam sertlik ölçümü için Mordan Black renk belirteci, 1 damlası 1 Fr ye ayarlı EDTA çözeltisi, 5 ml enjektör ve kullanma talimatı olmalıdır.
9. Yüklenici firma iso 9001 kalite belgesine sahip olacak.
10. Yüklenici firma yedek parça ve yetkili servis belgesi olacak.

HAYVA NALBANT  
(Diyaliz Sorumlusu)

Dr.Ersin Arslan Eğt.ve Araşt.Hastanesi  
Biyomedikal Cihaz Teknikleri  
Muhammed Mustafa YAVUZ

Uzm.Dr.Mehmet TUNCAY  
Dahiliye ve Nefroloji Uzmanı  
Dip.Tes.No:419745 - 118850 - 10487  
Gaziantep Dr.Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hast.