

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

01.11.2021

İhale Kodu :20583
Sayı :53117430/
Konu :Teklif Mektubu

SAYIN

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun esas ve hükümlerine göre satın alınacaktır.Firmanız tarafından temini mümkün ise piyasa araştırmasına esas olmak üzere; Hastanemize **KDV Hariç** fiyat verilmesini rica ederim.

AÇIKLAMALAR

- 1.Teklif mektuplarına cevapların Hastanenin yada firmanın antetli kağıtlara yazılması,
- 2.İlgili firma tarafından kaşelenmesi, noter tasdikli vekalet verilmiş yetkili kişi tarafından imzalanması,
- 3.Teklifin yapıldığı tarihin belirtilmesi,
- 4.Teklif edilen fiyatlarda herhangi bir oynama ve düzeltme yapılmaması,
- 5.Yüklenici firma malzeme tesliminde garanti belgesi ve satış sonrası hizmet yeterlilik belgesini getirmek zorundadır.
- 6.Firma teklif mektubunda Marka ve UBB belirtmek zorundadır.
- 7.Teklif edilen ürünlerde Sağlık Bakanlığı Onaylı ve T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) kayıtlı olmalıdır.Teklif veren isteklilerin teklif ettiği ürünün tedarikçi firma tanımlayıcı numarası veya teklif ettiği ürünün bayisi olduğuna dair bayi tanımlayıcı numarası olmalıdır.

8.Teklif edilen ürünlerin ticari markası, modeli TİTUBB barkod numarası ve Firma ve/veya Bayi Tanımlayıcı numarası teklif sıra numarasına göre liste halinde ihale dosyasında verilecektir.

9.Ekteki teknik şartnameye göre teklif verilecektir.

NOT : Tekliflerde Karalama ve Daksil Kesinlikle Olmayacaktır.

Teklifler imza firma kaşesi olması şartıyla **03.11.2021** tarih saat **14:00** kadar ersinihale@gmail.com adresine ya da (342) 221 0142 nolu numaraya fax ile gönderilebilir.

Telefon : 342 221 0700

Faks : 342 221 0142

Mail : ersinihale@gmail.com

GÜLAKSU
İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.

S.N	Malzeme Adı	Miktar	Birimi	UBB - UTS	SUT KODU	Birim Fiyatı	ToplamTutar
1	KONSANTRİK EMG İĞNESİ 30 G 25MM KIRMIZI DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK)	150	Adet				
2	KONSANTRİK EMG İĞNESİ 26G 50MM DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK)	400	Adet				
3	KONSANTRİK EMG İĞNESİ 26G 40MM DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK)	200	Adet				
Genel Toplam (KDV Hariç)							

NOT : SUT kapsamında olan ürünler için SGK'da geri ödeme alınamazsa veya eksik alınırsa firmaya rücu edilecektir.

Teklif Mektubuna Esas Fiyat Bildiren Firmanın

Adı		Firma Yetkilisi
Adresi		
Telefon		Kaşe ve İmza
Faks		
Vergi D.No		

DISPOSABLE CONCENTRIC NEEDLE ELEKTRODE 0.30(30 G) X 25 mm

1. 25 mm uzunluğunda olmalıdır.
2. 0.30(30 G) çapında olmalıdır.
3. İğne boyu 0.30(30 G) X 25 mm olmalıdır.
4. Teklif iğne emg çalışması için uygun olmalıdır.
5. Disposable (tek kullanımlık) olmalıdır.
6. EMG iğneleri steril edilmiş ve steril tek paketler içinde olmalıdır.
7. EMG iğnelerinin dış kanülü paslanmaz çelik olmalıdır.
8. EMG iğne elektrod ağrı ve acı oluşturmada kolay girişli ve uç kısmı keskin yapıda olmalıdır.
9. İğne kavrama yerinde kayıt yüzey doğrultusunu elle hissetmeyi sağlayan belirteç olmalıdır.
10. Teklif edilen EMG iğnesi Sierra Summit (Cadwell) ve Nihon Kohden Emg Cihazları ile uyumlu olmalıdır.
11. Her 250 adet iğne elektrod için 1 adet iğne tutucu (HOLDER) verilmelidir.
12. İğne tutucu (HOLDER) 5 Pin DIN soket girişli olmalıdır.
13. Teklif veren firmalardan numune istenerek uygunluğu test edilerek karar verilecektir.

Dr. Seyda ÇERKÇİNERİ
Nöroloji Uzmanı
Dip. Tescil No: 139832
Dr. Ersin Arslan Eğitim Araştırma Hastanesi

Uzm. Dr. Barış AGCA
Nöroloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 303271
Gaziantep Dr. Ersin Arslan
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C.
Sağlık Bakanlığı
Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Arş. Hast.
Doç. Dr. Abdurrahman NEYAL
Nöroloji Uzmanı
Tescil No: 41518

DISPOSABLE CONCENTRIC NEEDLE ELEKTRODE 0.45(26 G) X 40 mm

1. 40 mm uzunluğunda olmalıdır.
2. 0.45 mm(26 G) çapında olmalıdır.
3. İğne boyu 0.45(26 G) X 40 mm olmalıdır.
4. Disposable (tek kullanımlık) olmalıdır.
5. EMG iğneleri steril edilmiş ve steril tek paketler içinde olmalıdır.
6. EMG iğnelerinin dış kanülü paslanmaz çelik olmalıdır.
7. EMG iğne elektrod ağrı ve acı oluşturmada kolay girişli ve uç kısmı keskin yapıda olmalıdır.
8. İğne kavrama yerinde kayıt yüzey doğrultusunu elle hissetmeyi sağlayan belirteç olmalıdır.
9. Teklif edilen EMG iğnesi Sierra Summit (Cadwell) ve Nihon Kohden Emg Cihazları ile uyumlu olmalıdır.
10. Her 250 adet iğne elektrod için 1 adet iğne tutucu (HOLDER) verilmelidir.
11. İğne tutucu (HOLDER) 5 Pin DIN soket girişli olmalıdır.
12. Teklif veren firmalardan numune istenerek uygunluğu test edilerek karar verilecektir.

Dr. Şeyda ÇEVİK GÜNERİ
Nöroloji Uzmanı
Dip. Tescil No: 139632
Dr. Ersin Arslan Eğitim Araştırma Hastanesi

Uzm. Dr. Barış AGCA
Nöroloji Uzmanı
Dip. Tescil No: 109241
Gaziantep Dr. Ersin Arslan
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C.
Sağlık Bakanlığı
Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğt. ve Arş. Hast.
Doç. Dr. Abdurrahman NEYAL
Nöroloji Uzmanı
Tescil No: 41518

DİSPOSABLE CONCENTRIC NEEDLE ELEKTRODE 0.45(26 G) X 50 mm

1. 50 mm uzunluğunda olmalıdır.
2. 0.45 mm(26 G) çapında olmalıdır.
3. İğne boyu 0.45(26 G) X 50 mm olmalıdır.
4. Disposable (tek kullanımlık) olmalıdır.
5. EMG iğneleri steril edilmiş ve steril tek paketler içinde olmalıdır.
6. EMG iğnelerinin dış kanülü paslanmaz çelik olmalıdır.
7. EMG iğne elektrod ağrı ve acı oluşturmadan kolay girişli ve uç kısmı keskin yapıda olmalıdır.
8. İğne kavrama yerinde kayıt yüzey doğrultusunu elle hissetmeyi sağlayan belirteç olmalıdır.
9. Teklif edilen EMG iğnesi Sierra Summit (Cadwell) ve Nihon Kohden Emg Cihazları ile uyumlu olmalıdır.
10. Her 250 adet iğne elektrod için 1 adet iğne tutucu (HOLDER) verilmelidir.
11. İğne tutucu (HOLDER) 5 Pin DIN soket girişli olmalıdır.
12. Teklif veren firmalardan numune istenerek uygunluğu test edilerek karar verilecektir.

Dr. Şeyda ÇELİK ÖNERİ
Nöroloji Uzmanı
Dip. Tescil No: 139852
Dr. Ersin Arslan Eğitim Araştırma Hastanesi

Uzm. Dr. Barış AGCA
Nöroloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 103271
Gaziantep Dr. Ersin Arslan
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C.
Sağlık Bakanlığı
Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğt. ve Arş. Hast.
Doç. Dr. Abdurrahman NEYAL
Nöroloji Uzmanı
Tescil No: 11518