

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

01.11.2021

İhale Kodu :20582
Sayı :53117430/
Konu :Teklif Mektubu

SAYIN

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun esas ve hükümlerine göre satın alınacaktır.Firmanız tarafından temini mümkün ise piyasa araştırmasına esas olmak üzere; Hastanemize **KDV Hariç** fiyat verilmesini rica ederim.

AÇIKLAMALAR

- 1.Teklif mektuplarına cevapların Hastanenin yada firmanın antetli kağıtlara yazılması,
- 2.İlgili firma tarafından kaşelenmesi, noter tasdikli vekalet verilmiş yetkili kişi tarafından imzalanması,
- 3.Teklifin yapıldığı tarihin belirtilmesi,
- 4.Teklif edilen fiyatlarda herhangi bir oynama ve düzeltme yapılmaması,
- 5.Yüklenici firma malzeme tesliminde garanti belgesi ve satış sonrası hizmet yeterlilik belgesini getirmek zorundadır.
- 6.Firma teklif mektubunda Marka ve UBB belirtmek zorundadır.
- 7.Teklif edilen ürünlerde Sağlık Bakanlığı Onaylı ve T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) kayıtlı olmalıdır.Teklif veren isteklilerin teklif ettiği ürünün tedarikçi firma tanımlayıcı numarası veya teklif ettiği ürünün bayisi olduğuna dair bayi tanımlayıcı numarası olmalıdır.
- 8.Teklif edilen ürünlerin ticari markası, modeli TİTUBB barkod numarası ve Firma ve/veya Bayi Tanımlayıcı numarası teklif sıra numarasına göre liste halinde ihale dosyasında verilecektir.
- 9.Ekteki teknik şartnameye göre teklif verilecektir.

NOT : Tekliflerde Karalama ve Daksil Kesinlikle Olmayacaktır.

Teklifler imza firma kaşesi olması şartıyla **03.11.2021** tarih saat **14:00** kadar ersinihale@gmail.com adresine ya da (342) 221 0142 nolu numaraya fax ile gönderilebilir.

Telefon : 342 221 0700
Faks : 342 221 0142
Mail : ersinihale@gmail.com

GÜL AKSU
İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.

S.N	Malzeme Adı	Miktar	Birimi	UBB - UTS	SUT KODU	Birim Fiyatı	ToplamTutar
1	BURR UCU DÜZ STANDART (AE2440)	5	Adet				
2	SHAVER UCU DÜZ STANDART (AE2340)	45	Adet				
Genel Toplam (KDV Hariç)							

NOT : SUT kapsamında olan ürünler için SGK'da geri ödeme alınmazsa veya eksik alınırsa firmaya rücu edilecektir.

Teklif Mektubuna Esas Fiyat Bildiren Firmanın

Adı		Firma Yetkilisi
Adresi		
Telefon		Kaşe ve İmza
Faks		
Vergi D.No		

ARTROSKOPİK SHAVER UCU TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 1- Artroskopik Shaver Bıçakları cerrahlar tarafından diz, omuz, ayak bileği, dirsek, el bileği, kalça dahil olmak üzere eklemlerde ve dokuyu rezekte etmek için kullanılabilir olmalıdır
- 2- Shaver uçları renk koduna sahip olmalıdır
- 3- Artroskopik shaver bıçakları set halinde paketlenmiştir ve iç kesiciler dış kılıftan çıkarılacak şekilde tasarlanmıştır. Bununla birlikte, tıkanıklık durumunda artroskopik oyucular temizlik için dış kılıftan çıkarılabilir olmalıdır
- 4- Shaver uçları eğilme, bükülme ve darbelere karşı dayanıklı olmalıdır
- 5- Shaver uçları yüksek volümlü aspirasyon yapabilmelidir
- 6- Shaver uçlarının ambalajları ürün kod numaralarının kolaylıkla görülebilmesine olanak sağlamalıdır
- 7- Shaver uçları steril halde, tek kullanımlık olarak ambalajlanmış, servise hazır halde bulunmalıdır
- 8- Formula Shaverları sadece doğru operasyonel parametreler içindeki operasyonlara izin veren bir RFID çipi içermeli. Hız, kullanıcı tarafından istenen rezeksiyon oranını elde etmek için ayarlanabilir olmalıdır
- 9- Tek kullanımlık Artroskopi Bıçakları, ambalaj etiketinde belirtildiği gibi, Etilen Oksit veya Gama Radyasyonu yöntemlerden biri ile sterilize edilmiştir olmalıdır
- 10- konsol handpiece ile tam uyumlu olmalıdır.

Op. Dr. Mustafa Kemal YILMAZ
Dip. Tes. No: 138282
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve
Araştırma Hastanesi

Op. Dr. Alper DOYURAN
Dip. Tes. No: 428456 Uzm. Tec. No: 11451
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve
Araştırma Hastanesi

Op. Dr. Mesut H. ÜNER
Dip. Tes. No: 428456
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve
Araştırma Hastanesi

Op. Dr. Serdar ÜNER
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hast.
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 124631

BİPOLAR RF PROBU TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Cihaza takılan probu cihaz otomatik olarak tanımalı ve ilgili çalışma aralığını otomatik olarak ayarlamalıdır
2. Yumuşak dokuların rezeksiyonu, ablasyonu ve koagülasyonu ile diz, omuz, ayak bileği, kalça, dirsek ve el bileği artroskopik ameliyatı olan hastalardaki kan damarlarının hemostazı için elektrocerrahi işlemlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış tek kullanımlık bir radyo-frekans probu olmalıdır
3. Prob, eş zamanlı sıvı aspirasyonu sağlayabilen birkaç farklı uç yapılandırması ve emme probunun yanı sıra enerji aktarımı kablosu da içermelidir
4. Bu probun üretilmesi için kullanılan malzeme aşağıdaki ftalatlardan birini veya daha fazlasını içermelidir

BBP = benzil butil ftalat
DBP = dibutil ftalat
DEHP = di (2-etilheksil) ftalat
DMEP = di (2-metoksiheksil) ftalat
DnPP = di-n-pentil ftalat

5. Cihaz ile uyumlu olan RF Probları bipolar özellikte ve bu özelliği ile hasta altı plağına ihtiyaç duymamalıdır
6. 5 seviyeli kesme ve 3 seviyeli (Low-Med-Hi) Koagulasyon yapmalıdır
7. Probların üzerinde el kumandası için butonlar olmalıdır
8. Değişik boy ve çapta problar seçeneği olmalıdır
9. Hafif, ergonomik ve kullanımı kolay olmalıdır
10. konsol ve handpiece ile tam uyumlu olmalıdır.

Op. Dr. Mustafa Kemal YILMA
Dip. Tes. No: 138282
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve
Araştırma Hastanesi

Op. Dr. Alper DOYURAN
Dip. Tes. No: 28456 Uzm. Tec. No: 11451
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve
Araştırma Hastanesi

Op. Dr. Serdar ÜNER
Dr. Ersin Arslan Eğit. ve Arş. Hast.
Ortopedi ve Travmatoloji
Uzmanı
Dip. Tes. No: 124631

Uzm. Dr. Mesut R. ...
Dip. Tes. No: 63451
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve
Araştırma Hastanesi

ARTROSKOPİK BURR UCU TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 1- Artroskopik Burr ucu cerrahlar tarafından diz, omuz, ayak bileği, dirsek, el bileği, kalça dahil olmak üzere eklemlerde ve kemiği oymak için kullanılabilir olmalıdır
- 2- Burr uçları renk koduna sahip olmalıdır
- 3- Artroskopik burr uçları set halinde paketlenmiştir ve iç kesiciler dış kılıftan çıkarılacak şekilde tasarlanmıştır. Bununla birlikte, tıkanıklık durumunda artroskopik oyucular temizlik için dış kılıftan çıkarılabilir olmalıdır
- 4- Burr uçları eğilme, bükülme ve darbelere karşı dayanıklı olmalıdır
- 5- Burr uçları yüksek volümlü aspirasyon yapabilmelidir
- 6- Burr uçları ambalajları ürün kod numaralarının kolaylıkla görülebilmesine olanak sağlamalıdır
- 7- burr uçları steril halde, tek kullanımlık olarak ambalajlanmış, servise hazır halde bulunmalıdır
- 8- Tek kullanımlık Artroskopi burr uçları, ambalaj etiketinde belirtildiği gibi, Etilen Oksit veya Gama Radyasyonu yöntemlerden biri ile sterilize edilmiştir olmalıdır
- 9- konsol handpiece ile tam uyumlu olmalıdır.

Op. Dr. Mustafa Kemal YILMAZ
Dip. Tes. No: 138282
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve
Araştırma hastanesi

Op. Dr. Alper DOYURAN
Dip. Tes. No: 428456 Uzm. Tec. No: 11451
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve
Araştırma Hastanesi

Uzm. Dr. Mesut B. ...
Dip. Tes. No: 428456
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve
Araştırma Hastanesi

Op. Dr. Serdar ÜNER
Dr. Ersin Arslan Eğt. ve Arş. Hast.
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 124631