

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

01.11.2021

İhale Kodu :20587
Sayı :53117430/
Konu :Teklif Mektubu

SAYIN

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun esas ve hükümlerine göre satın alınacaktır.Firmanız tarafından temini mümkün ise piyasa araştırmasına esas olmak üzere; Hastanemize **KDV Hariç** fiyat verilmesini rica ederim.

AÇIKLAMALAR

- 1.Teklif mektuplarına cevapların Hastanenin yada firmanın antetli kağıtlara yazılması,
- 2.İlgili firma tarafından kaşelenmesi, noter tasdikli vekalet verilmiş yetkili kişi tarafından imzalanması,
- 3.Teklifin yapıldığı tarihin belirtilmesi,
- 4.Teklif edilen fiyatlarda herhangi bir oynama ve düzeltme yapılmaması,
- 5.Yüklenici firma malzeme tesliminde garanti belgesi ve satış sonrası hizmet yeterlilik belgesini getirmek zorundadır.
- 6.Firma teklif mektubunda Marka ve UBB belirtmek zorundadır.
- 7.Teklif edilen ürünlerde Sağlık Bakanlığı Onaylı ve T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) kayıtlı olmalıdır.Teklif veren isteklilerin teklif ettiği ürünün tedarikçi firma tanımlayıcı numarası veya teklif ettiği ürünün bayisi olduğuna dair bayi tanımlayıcı numarası olmalıdır.
- 8.Teklif edilen ürünlerin ticari markası, modeli TİTUBB barkod numarası ve Firma ve/veya Bayi Tanımlayıcı numarası teklif sıra numarasına göre liste halinde ihale dosyasında verilecektir.
- 9.Ekteki teknik şartnameye göre teklif verilecektir.

NOT : Tekliflerde Karalama ve Daksil Kesinlikle Olmayacaktır.

Teklifler imza firma kaşesi olması şartıyla **02.11.2021** tarih saat **14:00** kadar ersinhale@gmail.com adresine ya da (342) 221 0142 nolu numaraya fax ile gönderilebilir.

Telefon : 342 221 0700
Faks : 342 221 0142
Mail : ersinhale@gmail.com

GÜL AKSU
İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.

S.N	Malzeme Adı	Miktar	Birimi	UBB - UTS	SUT KODU	Birim Fiyatı	ToplamTutar
1	KILAVUZ TEL TEFLON KAPLI 0,038 İNÇ 150 CM J UÇLU	1500	Adet				
2	İNDEFLATÖR	750	Adet				
Genel Toplam (KDV Hariç)							

NOT : SUT kapsamında olan ürünler için SGK'da geri ödeme alınmazsa veya eksik alınırsa firmaya rücu edilecektir.

Teklif Mektubuna Esas Fiyat Bildiren Firmanın

Adı		Firma Yetkilisi
Adresi		
Telefon		Kaşe ve İmza
Faks		
Vergi D.No		

KR 2004 KILAVUZ TEL TEFLON KAPLI 0,038 İNÇ 150 CM J UÇLU TEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-145-150 cm uzunlukta, proksimal ucu düz tip , distal ucu J uçlu olmalıdır, paslanmaz çelikten yapılı ve PTFE kaplı fixed core özellikte 0.038 inch olmalıdır.
- 2-Helezon koruyucu tüpte olmalıdır.
- 3-İşlem sırasında ucu deforme olmamalı, J curve kaybolmamalıdır.
- 4-Manevra kabiliyeti iyi olup fleksibl olmalıdır.
- 5-Radyopak bir görünüme sahip olmalıdır.
- 6-Kılavuz tel içinde J kısmında yönlendirici başlık olmalıdır.

KR2010 İNDEFLATÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Görülebilir enjektör haznesi ve pistonu olmalıdır, piston kilitleme ve boşaltma mekanizması rahat ve çabuk çalışmalıdır.
- 2- En az 20 ml sıvı almalıdır. İstenirse 30 ml seçeneği de olmalıdır.
- 3-En az 20 atm basınç gösteren manometresi olmalıdır.
- 4-Basınca dayanıklı uzatma hattı (luer konnektörlü) ve basınca dayanıklı üçlü musluk ile birlikte verilmelidir.
- 5-Basınç göstergesi otomatik sıfır ayarlı olmalıdır.
- 6- Özel kilit mekanizması içermeli, kilitledikten sonra basınç seviyesinde herhangi bir değişim olmamalıdır.

Uzm. Dr. Özkan KARACA
Kardiyoloji Uzmanı
Dip.Tes.No:165533 Uzm. Dr. Ersin Arslan Eği. ve Araştırma Hastanesi
136274

Uzm. Dr. Sedat SAKALLI
Kardiyoloji Uzmanı
Dip.Tes.No:110255 Uzm. Dr. Ersin Arslan Eği. ve Araştırma Hastanesi

Uzm. Dr. Sedat SAKALLI
Kardiyoloji Uzmanı
Dip.Tes.No:110255
Dr.Ersin Arslan
Eğitim ve Araştırma Hastanesi