

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

01.11.2021

İhale Kodu :20580
Sayı :53117430/
Konu :Teklif Mektubu

SAYIN

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun esas ve hükümlerine göre satın alınacaktır.Firmanız tarafından temini mümkün ise piyasa araştırmasına esas olmak üzere; Hastanemize **KDV Hariç** fiyat verilmesini rica ederim.

AÇIKLAMALAR

- 1.Teklif mektuplarına cevapların Hastanenin yada firmanın antetli kağıtlara yazılması,
- 2.İlgili firma tarafından kaşelenmesi, noter tastikli vekalet verilmiş yetkili kişi tarafından imzalanması,
- 3.Teklifin yapıldığı tarihin belirtilmesi,
- 4.Teklif edilen fiyatlarda herhangi bir oynama ve düzeltme yapılmaması,
- 5.Yüklenici firma malzeme tesliminde garanti belgesi ve satış sonrası hizmet yeterlilik belgesini getirmek zorundadır.
- 6.Firma teklif mektubunda Marka ve UBB belirtmek zorundadır.
- 7.Teklif edilen ürünlerde Sağlık Bakanlığı Onaylı ve T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) kayıtlı olmalıdır.Teklif veren isteklilerin teklif ettiği ürünün tedarikçi firma tanımlayıcı numarası veya teklif ettiği ürünün bayisi olduğuna dair bayi tanımlayıcı numarası olmalıdır.

8.Teklif edilen ürünlerin ticari markası, modeli TİTUBB barkod numarası ve Firma ve/veya Bayi Tanımlayıcı numarası teklif sıra numarasına göre liste halinde ihale dosyasında verilecektir.

9.Ekteki teknik şartnameye göre teklif verilecektir.

NOT : Tekliflerde Karalama ve Daksil Kesinlikle Olmayacaktır.

Teklifler imza firma kaşesi olması şartıyla **02.11.2021** tarih saat **14:00** kadar ersinihale@gmail.com adresine ya da (342) 221 0142 nolu numaraya fax ile gönderilebilir.

Telefon : 342 221 0700

Faks : 342 221 0142

Mail : ersinihale@gmail.com

GÜLAKSU
İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.

S.N	Malzeme Adı	Miktar	Birimi	UBB - UTS	SUT KODU	Birim Fiyatı	ToplamTutar
1	KILAVUZ TEL , ANJİYOPLASTİ, DİSTALİ HİDROFİLİK 0,014 300CM YUMUŞAK DÜZ	75	Adet				
2	UZATMA HATTI 1200 PSİ BASINCA DAYANIKLI M/F 100CM	500	Adet				
3	KILAVUZ TEL , ANJİYOPLASTİ, DİSTALİ HİDROFİLİK 0,014 190CM YUMUŞAK DÜZ	75	Adet				
Genel Toplam (KDV Hariç)							

NOT : SUT kapsamında olan ürünler için SGK'da geri ödeme alınmazsa veya eksik alınırsa firmaya rücu edilecektir.

Teklif Mektubuna Esas Fiyat Bildiren Firmanın

Adı		Firma Yetkilisi
Adresi		
Telefon		Kaşe ve İmza
Faks		
Vergi D.No		

**BAĞLANTI HORTUMU, OPAK MADDE İÇİN, BASINCA DAYANIKLI (1000PSI
VE ÜSTÜ)**

GR1254

1. Konnektörler kateter ile otomatik pompa arasında bağlantı amacı ile kullanılacaktır.
2. Tamamen şeffaf ve yumuşak plastikten imal edilmiş olmalı ve en az 1000 PSI basınca dayanıklı olmalıdır.
3. Bir ucu erkek ve bir ucu dişi olmalıdır.
4. Erkek uç universal "luer lock" sisteminde bağlantıya sahip olmalıdır.
5. Dişi uç universal "luer lock" sistemine uyumlu olmalıdır.
6. Uzunluğu 150+/-10 cm olmalıdır.
7. Bağlantı hattı halen mevcut kullanmakta olduğumuz Medrad marka enjektör cihazı şiringalarına uyumlu olacaktır.

Uzm. Dr. A. B. BOĞA
Radyasyon Fizik Uzmanı
Dip. No: 119377
Dr. Erhan Arslan Eğitim ve Araştırma Hast.
No: 113246

Dr. B. S. Said ULUSOY
Sicil No: DR.195644
Dr. Erhan Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Dr. Mehmet ONAY
Sicil No: DR124551
Dr. Erhan Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Zaferan)

**KILAVUZ TEL ANJİOPLASTİ 0,014", DİSTALİ HİDROFİLİK TEKNİK ŞARTNAMESİ
GR1091**

1. Mikrokateterler ile girişimsel radyolojik işlemlerde ve süper selektif kateterizasyon işlemlerinde kateter kontrolü için kullanıma uygun olmalıdır.
2. Kılavuz tel çekirdeği süper esnek özel metal alaşımlı paslanmaz çelikten, distali ise platinden yapılmış olmalıdır.
3. Distal platin kısım 20 cm uzunluğunda olmalıdır.
4. Kılavuz tel 180±20 cm uzunluğunda olmalıdır.
5. Kılavuz tel çapı 0,014 inç olmalıdır.
6. Kılavuz telin distal segmentleri bir hidrofilik polimer ile kaplı olup, çok kaygan ve hidrofilik olmalı, geriye kalan proksimal shaft ise PTFE veya benzeri materyalle kaplı olmalıdır.
7. Kılavuz tel yukarıdaki özellikleri sayesinde birlikte kullanılan mikrokateteri yeterince kolay ilerletme imkanı sağlamalıdır.
8. Kılavuz tel kullanım sırasında mükemmel döndürme (torque) kontrolü sağlamalıdır.
9. Kılavuz telin ucuna şekil verilebilmeli ve verilen şekil değiştirilmediği sürece kalıcı olmalıdır. Telin ucu birden çok kere şekillendirilebilmelidir.
10. Kılavuz telin distal kesimleri floroskopi altında net bir şekilde gözükmelidir.
11. Kılavuz telin distal ucu farklı damar yapılarına uyum sağlayabilmesi ve zarar vermemesi için yeterince esnek, yumuşak ve atravmatik olmalıdır.
12. Kılavuz telin kutusunun içinden torklama kilidi ve kılavuz tel yükleyicisi (introduser) çıkmalıdır.

Uzm.Dr.A. Buro BOĞA
Radyoloji
Dip.No:11977/1384
Dr.Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hast.

Dr. B.S.Said ULUSOY
Sicil No: DR.195644
Dr.Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Dr. Mehmet ÖZAY
Sicil No: DR.12451
Dr.Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gaziantep

**KILAVUZ TEL, ANJİOPLASTİ, 014-018", DİSTALİ HİDROFİLİK, 0,018", 260-300CM
GR1091**

1. Vasküler girişimsel işlemlerde, kullanılan malzemeye gereken ilave (ekstra) desteği verecek şekilde özel olarak dizayn edilmiş olmalıdır.
2. Yüksek yönlendirilebilirliği (steerable) olmalı ve birlikte kullanıldığı kateterin üzerinden ilerletilebilirliği kolay olmalıdır.
3. Gövdesi kullanılacak malzemeyi taşıyacak derecede sert (stiff) olmalıdır.
4. Kılavuz tel çekirdeği süper esnek özel metal alaşımlı paslanmaz çelikten, distali ise platinden yapılmış olmalıdır.
5. Kılavuz telin distal segmentleri bir hidrofilik polimer ile, geriye kalan proksimal shaft ise PTFE veya benzeri materyalle kaplı olmalıdır.
6. Dokuya zarar vermemesi için ucu yumuşak ve esnek (flexible) olmalı, bunun uzunluğu 3-5 cm olmalıdır. Bu ucun radyoopasitesi artırılmış olmalıdır.
7. Malzeme 0,018 inç kalınlığında olmalıdır.
8. 260-300 cm arası uzunlukta olmalıdır.
9. Uç kısım düz ve/veya J konfigürasyonda olmalıdır. Bu kısım sonradan şekillendirilebilir olmalıdır.
10. J uçlar 3 mm ölçülerinde olmalıdır.

Uzm.D. **BURAK BİNGÖÇ**
Uzm. Dr.
Dip.No: 113246
Dr.Ersin Eğitim ve Araştırma Hast.

Dr. **E.S. SAHULUSOY**
Sicil No: DR.195644
Dr.Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Dr. **Mehmet ONAY**
Sicil No: DR.124551
Dr.Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gaziantep