

T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü  
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

4.11.2021

İhale Kodu :20607  
Sayı :53117430/  
Konu :Teklif Mektubu

**SAYIN**

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun esas ve hükümlerine göre satın alınacaktır.Firmanız tarafından temini mümkün ise piyasa araştırmasına esas olmak üzere; Hastanemize **KDV Hariç** fiyat verilmesini rica ederim.

**AÇIKLAMALAR**

- 1.Teklif mektuplarına cevapların Hastanenin yada firmanın antetli kağıtlara yazılması,
- 2.İlgili firma tarafından kaşelenmesi, noter tasdikli vekalet verilmiş yetkili kişi tarafından imzalanması,
- 3.Teklifin yapıldığı tarihin belirtilmesi,
- 4.Teklif edilen fiyatlarda herhangi bir oynama ve düzeltme yapılmaması,
- 5.Yüklenici firma malzeme tesliminde garanti belgesi ve satış sonrası hizmet yeterlilik belgesini getirmek zorundadır.
- 6.Firma teklif mektubunda Marka ve UBB belirtmek zorundadır.
- 7.Teklif edilen ürünlerde Sağlık Bakanlığı Onaylı ve T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) kayıtlı olmalıdır.Teklif veren isteklilerin teklif ettiği ürünün tedarikçi firma tanımlayıcı numarası veya teklif ettiği ürünün bayisi olduğuna dair bayi tanımlayıcı numarası olmalıdır.
- 8.Teklif edilen ürünlerin ticari markası, modeli TİTUBB barkod numarası ve Firma ve/veya Bayi Tanımlayıcı numarası teklif sıra numarasına göre liste halinde ihale dosyasında verilecektir.
- 9.Ekteki teknik şartnameye göre teklif verilecektir.

NOT : Tekliflerde Karalama ve Daksil Kesinlikle Olmayacaktır.

Teklifler imza firma kaşesi olması şartıyla **08.11.2021** tarih saat **10:00** kadar ersinihale@gmail.com adresine ya da (342) 221 0142 nolu numaraya fax ile gönderilebilir.

Telefon : 342 221 0700  
Faks : 342 221 0142  
Mail : ersinihale@gmail.com

**Gül AKSU**  
**İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.**

S.N	Malzeme Adı	Miktar	Birimi	UBB - UTS	SUT KODU	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	PSG BAĞLANTI KABLOSU (N-S 7000 UYUMLU)	3	Adet				
2	PSG PULSE OKSİMETRE SENSÖRÜ	4	Adet				
<b>Genel Toplam (KDV Hariç)</b>							

NOT : SUT kapsamında olan ürünler için SGK'da geri ödeme alınmazsa veya eksik alınırsa firmaya rücu edilecektir.

**Teklif Mektubuna Esas Fiyat Bildiren Firmanın**

Adı		Firma Yetkilisi
Adresi		
Telefon		Kaşe ve İmza
Faks		
Vergi D.No		



T.C.  
GAZİANTEP VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Dr. Ersin ARSLAN Eğitim ve Araştırma Hastanesi

PSG BAĞLANTI KABLOSU (N-S 7000 UYUMLU )  
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Embla N-S 7000 PSG hasta ünitesi için 1 adet bağlantı kablosu verilmelidir.
2. Bağlantı kablosunun bir ucu Embla N-S 7000 PSG cihazı hasta ünitesine ,diğer ucu EMbla N-S 7000 Psg cihazı headbox ünitesine bağlanabilir özellikle olmalıdır.
3. Kablo ucundaki pinler,hastanede bulunan cihazın kabl giriş yerine uyumlu olmalıdır.
4. Bağlantı kablosunun uzunluğu 3 mt olmalıdır.
5. Teklif edilen ürünün UBB / ÜTS kaydı bulunmalıdır.
6. Teklif edilen ürünler en az 1 (bir) yıl garantili olmalıdır.
7. Numune değerlendirildikten sonra alım için karar verilecektir.

(Hemşire)  
Kobra Çankal  
K. Çankal

Gülten DOĞAN  
Hemşire

T.C.  
Sağlık Bakanlığı  
Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğt.ve Arş. Hast.  
Doç.Dr.Abdurrahman NEFAL Tescil No:41518  
Nöroloji Uzmanı



**T.C.**  
**GAZİANTEP VALİLİĞİ**  
**İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ**  
Dr. Ersin ARSLAN Eğitim ve Araştırma Hastanesi

**PULSE OKSİMETRE SENSÖRÜ**  
**TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Sensör, yetişkin ve pediatrik hastaların (20 kg üzerindeki) kullanımına uygun olarak dizayn edilmiş olmalıdır.
2. Sensör, işaret parmağından ve ayak baş parmağından (doku kalınlığının 5-21mm olduğu bölgeler) ölçüm yapılmasını sağlamalıdır.
3. Sensör tekrar kullanılabilir özelliğe sahip olmalıdır.
4. Sensör, tıbbi cihazlara ait 93 42/EEC numaralı EC Direktifi gerekliliklerini yerine getirmelidir.
5. Sensör, çift yönlü yapışkan bantlı şeritlerle veya parmak ya da ayak için Hydrojel bant şeritlerle beraber kullanılmalıdır.
6. Sensör, işaret parmağında ve ayak baş parmağında kullanım için IR ışın emici kısım ve tırnağın ters tarafına gelecek şekilde detektör içermelidir.
7. Sensör doğru konumlandırıldığı takdirde, SPO2 uygunsuzluklarına yol açan ışık bypasslarına izin vermemelidir.
8. Sensör deterjanla nemlendirilmiş yumuşak bir bez parçasıyla temizlenebilmelidir.
9. Sensör, ethylene oxide (EtO) kullanılarak sterilize edilebilmelidir.
10. Teklif edilen ürünün UBB / ÜTS kaydı bulunmalıdır.
11. Teklif edilen ürünler en az 1 (bir) yıl garantili olmalıdır.
12. Numune değerlendirildikten sonra alım için karar verilecektir.

Hemşire  
Kübra Çankal  
K. Çankal

**Gülten DOĞAN**  
Hemşire

T.C.  
Sağlık Bakanlığı  
Gaziantep Dr.Ersin Arslan Eğt.ve Arş. Hast.  
Doç.Dr.Abdurrahman TEYAL / Tescil No:41518  
Nöroloji Uzmanı