

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

16.11.2021

İhale Kodu :20682
Sayı :53117430/
Konu :Teklif Mektubu

SAYIN

Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun esas ve hükümlerine göre satın alınacaktır.Firmanız tarafından temini mümkün ise piyasa araştırmasına esas olmak üzere; Hastanemize **KDV Hariç** fiyat verilmesini rica ederim.

AÇIKLAMALAR

- 1.Teklif mektuplarına cevapların Hastanenin yada firmanın antetli kağıtlara yazılması,
- 2.İlgili firma tarafından kaşelenmesi, noter tasdikli vekalet verilmiş yetkili kişi tarafından imzalanması,
- 3.Teklifin yapıldığı tarihin belirtilmesi,
- 4.Teklif edilen fiyatlarda herhangi bir oynama ve düzeltme yapılmaması,
- 5.Yüklenici firma malzeme tesliminde garanti belgesi ve satış sonrası hizmet yeterlilik belgesini getirmek zorundadır.
- 6.Firma teklif mektubunda Marka ve UBB belirtmek zorundadır.
- 7.Teklif edilen ürünlerde Sağlık Bakanlığı Onaylı ve T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TİTUBB) kayıtlı olmalıdır.Teklif veren isteklilerin teklif ettiği ürünün tedarikçi firma tanımlayıcı numarası veya teklif ettiği ürünün bayisi olduğuna dair bayi tanımlayıcı numarası olmalıdır.
- 8.Teklif edilen ürünlerin ticari markası, modeli TİTUBB barkod numarası ve Firma ve/veya Bayi Tanımlayıcı numarası teklif sıra numarasına göre liste halinde ihale dosyasında verilecektir.
- 9.Ekteki teknik şartnameye göre teklif verilecektir.

NOT : Tekliflerde Karalama ve Daksil Kesinlikle Olmayacaktır.

Teklifler imza firma kaşesi olması şartıyla **19.11.2021** tarih saat **00:00** kadar ersinihale@gmail.com adresine ya da (342) 221 0142 nolu numaraya fax ile gönderilebilir.

Telefon : 342 221 0700
Faks : 342 221 0142
Mail : ersinihale@gmail.com

Gül AKSU
İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.

S.N	Malzeme Adı	Miktar	Birimi	UBB - UTS	SUT KODU	Birim Fiyatı	ToplamTutar
1	SİNİR STİMÜLATÖR CİHAZI İLE UYUMLU PLEKSUS ANESTEZİ KANÜLÜ 22G 80 MM	500	Adet				
Genel Toplam (KDV Hariç)							

NOT : SUT kapsamında olan ürünler için SGK'da geri ödeme alınamazsa veya eksik alınırsa firmaya rücu edilecektir.

Teklif Mektubuna Esas Fiyat Bildiren Firmanın

Adı		Firma Yetkilisi
Adresi		
Telefon		Kaşe ve İmza
Faks		
Vergi D.No		

**SİNİR STİMLATÖR CİHAZI İLE UYUMLU ULTRASONDA (USG) GÖRÜNÜR
PLEKSUS ANESTEZİ KANÜL
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Özel izole edilmiş ince ve şeffaf usg uyumlu teflon veya yalıtkan kaplama ile kaplı olmalıdır. Emin sinir lokalizasyonu için ultra ince atravmatik uçlu olmalıdır.
2. Ponksiyon kanülü, ponksiyon derinliğini gösteren uzunluk işaretli olmalıdır.
3. Ponksiyon kanülü, sinir stimulatör cihazına uygun elektrik kablolu ve enjeksiyon/aspirasyon için kullanıma uygun uzatma line'lı olmalıdır.
4. Ponksiyon kanülü, mükemmel bir şekilde kayma ve rahat giriş özelliklerine sahip olmalıdır.
5. Ultrasonda görünürlüğü çok iyi olmalı dik açılarda bile görüntü kalitesi kaybolmamalıdır. Ultrasonda bir çizgi doğrultusunda net bir görüntü vermeli ve yanıltıcı yansımalara izin vermemelidir. Bu özellik numune denenerek tespit edilecektir.
6. Teklif edilecek ürünler hastanede kullanılmakta olan cihaz ile aynı marka olmalı , farklı marka teklif edilmesi halinde firma 2 adet Türkçe kullanımlı cihazı setler tükenene kadar ücretsiz kullanıma sunmalıdır.
7. Keskinliği ile Sinir dokusuna zarar vermeyecek şekilde 30⁰ veya 22⁰ bileyli olmalı ve bileyşekli yapısı ambalaj üzerinde yazılı olmalıdır. Kanül üzerindeki x veya benzeri özel işaretler sayesinde titreşim hareketlerinde ve dik açılarda dahi iyi bir görüntü vermelidir.
8. Değişik çap ve uzunluklarda olmalıdır:
Kanül 20G ,21G,22G ; 80mm ve 100mm uzunluğunda olmalıdır.
9. Kullanım klavuzu ve/veya ambalaj üzerindeki bilgiler Türkçe, İngilizce veya Almanca dillerinden en az birinde yazılı olmalıdır.
10. Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, lot no, ürün uç yapısı, çap bilgisi gibi ürün hakkındaki tüm bilgiler belirtilmelidir.

Uzm.Dr. Gülden
Anestezi ve Reanimasyon
Dip. Tes. No: 88922
Dr. Ersin Arslan E. Arslan
Anestezi Hastanesi

Gaziantep Dr. Ersin Arslan E. Arslan
Uzm. Dr. Abdülkadir KAVILIOĞLU
Dip. Tes. No: 95108
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı

Uzm. Dr. Sibel ASLAN
Anestezi ve Reanimasyon
Dip. Tes. No: 88922
Gaziantep Dr. Ersin Arslan
E. Arslan Anestezi Hastanesi